

Specificatia tehnica Injector automat al mediului de contrast		Oferta: <i>IM Vivamed International SRL</i> , oferă injector cu medii de contrast introduc fluide vâscoase într-o arteră sau venă printr-unmic cateter, făcând vasele într-o angiogramă, astfel încât scanare CT sau studiu RMN săcontrasteze cu mediul înconjurător.	
<i>IMSP SR Orhei și IMSP SR Ungheni</i>			
EMDN CODE			
Cantitate	2 bucăți		
MEDEVIS	Injector, Contrast	Model: <i>MEDRAD Stellant CT Injection System</i>	
Descriere	Injectoarele cu medii de contrast introduc fluide vâscoase într-o arteră sau venă printr-unmic cateter, făcând vasele într-o angiogramă, astfel încât scanare CT sau studiu RMN săcontrasteze cu mediul înconjurător.	Producător: <i>Bayer Medical Care Inc.</i>	
		Adresa: <i>1 Bayer Drive, Indianola, Pennsylvania 15051-0750, USA</i>	
Parametri		Specificație minimă ceruta	Referință la <i>20190117_stellant_brochure.pdf</i>
Injector automat al mediului de contrast	Tip	Cap dublu	Da, Multi-Patient Syringe System , <i>(Brochure pag.3)</i>
	Capacitatea seringii	minim 50 mL - maxim 200 mL	Da, Syringes (Volume capacity): 200 mL . <i>(Brochure pag.11)</i>
	Gama de flux, mL/sec	0.1-10	Da, Flow Rate (range & increments): 0,1-10 mL <i>(Brochure pag.11)</i>
	Gama de presiune, psi	10-300	Da, Programmable Pressure Limit (psi/kPa): 10-325 psi <i>(Brochure pag.11)</i>
	Întârziere injectare/scanare	minim 300s.	Da, Scan Delay: 0 – 300 Seconds (5 minutes) in 1 Second Increments <i>(Brochure pag.11)</i>

	Oprire reglabilă a volumului		da	Da,
	Încălzire		da	Da,
	Memorie - Nr de protocoale de injectare admise		> 20	Da,
	Comutare	CT	da	Da, DualFlow by comparison Improve visualization, <i>(Brochure pag.4)</i>
		Cardio	da	
		Angio	da	
		Injectare	da	
	Tip control	Comutator de pornire manuală	da	Da,
		Controlat prin consola	da	Da,
		Interfața scanner	da	Da,
	Alerte operator			
		Purjați seringă	da	Da,
		Limită presiune	da	Da,
		Volum insuficient	da	Da,
	Consumabile injector (seringi)		pentru minim 300 pacienți	Da, inclus.
	Sursa de alimentare		220-240, 50Hz	Da, Electrical Requirements (VAC/Hz): 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, <i>(Brochure pag.11)</i>