

Specificații tehnice

Numărul licitației:

LP nr. 21056895/ ocde-b3wdp1-MD-1653052276101

Data: 07.06.2022

Denumirea licitației:

Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat 3)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000-1	7	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M	Anti-Treponema pallidum-Westernblot IgM ,24 teste/DY 2111-2401M	Germania	Euroimmun	Vezi AP	Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgM pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 1. Stripuri de teste pentru 24 teste 2. Enzima conjugata; 3. Buffer; 4. Substrate; 5. Tava de incubatie; 6. control pozitiv; 7. Instrucțiunea de utilizare Setul trebuie să conțină tot necesarul pentru a efectua 24 teste. Sensibilitate-100%; Specificitate ≥ 98%.	CE,ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun, Chișinău, str, Albișoara 64/2