

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1744978708263 din 22.05.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.9)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Autorefractometru	AR 7610	China	Nanjing Redsun Optical Co., Ltd	Cod 170400 Descriere Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Gama măsurilor de refracție: Distanța vertex, mm: diapazon minim 0, 10, 12, 13.5, 15 Putere sferă (SPH)"diapazon minim -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D)" Putere cilindru(CYL) "diapazon minim -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D)" Axa diapazon minim 0-180° (pasul 1°) Distanța pupilară, mm diapazon minim 10 - 85 (pasul 1)Diametru pupilar minim, mm 2 Display LCD Printer Obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz	Da , Autorefractometru AR 7610 este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. <i>Vedeți Manualul de utilizare atașat</i> Parametru Specificație Gama măsurilor de refracție: Da , Distanța vertex, mm: diapazon 0, 10, 12, 13.5, 15 <i>Vedeți pag.15 p.5.1.1 din Manualul de utilizare atașat</i> Da , Putere sferă (SPH)"diapazon minim -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D)" <i>Vedeți pag.15 p.5.1.2 din Manualul de utilizare atașat</i> Da , Putere cilindru(CYL) "diapazon -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D)" <i>Vedeți pag.15 p.5.1.3 din Manualul de utilizare atașat</i> Da , Axa diapazon minim 0-180° (pasul 1°) <i>Vedeți pag.15 p.5.1.5 din Manualul de utilizare atașat</i> Da , Distanța pupilară, mm diapazon minim 10 - 85 (pasul 1) <i>Vedeți pag.15 p.5.1.6 din Manualul de utilizare atașat</i> Da , Diametru pupilar minim, mm 2 <i>Vedeți pag.15 p.5.2.5 din Manualul de utilizare</i>	CE, ISO

						<i>atașat</i> Da , Display LCD 7 inch <i>Vedeți pag.15 p.5.2.1 din Manualul de utilizare atașat</i> Da . Printer <i>Vedeți pag.15 p.5.2.2 din Manualul de utilizare atașat</i> Da , Alimentare 220 V, 50 Hz <i>Vedeți pag.15 p.5.2.7 din Manualul de utilizare atașat</i>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Serana Grup SRL,
mun.Chisinau, str.31 August 1989,
nr.64, of.40