

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1759928552459 din 10 dec 2025, 16:03 - 2 ian 2026, 17:03

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100 000-1	2	Buton apă/aer	MH-438	Japonia	Olympus	Compatibil cu Endoscoapele olimpus seria 190 gastro/ colono	Compatibil cu Endoscoapele Olympus EXERA III seria 190 gastro/ colono piese.pdf, pag 2	ISO13485
33100 000-1	3	Buton de aspirație	MH-443	Japonia	Olympus	Compatibil cu Endoscoapele olimpus seria 190 gastro/ colono	Compatibil cu Endoscoapele Olympus EXERA III seria 190 gastro/ colono piese.pdf, pag 2	ISO13485
33100 000-1	5	Cablu monopolar pentru endoscopie flexibilă	CEP3	Italia	Alsa	Compatibil cu coagulatorul TOM 211	Compatibil cu coagulatorul TOM 211 La cerinta, putem prezenta mostra pentru dovada compatibilitatii cep3.jpg	ISO13485
33100 000-1	11	Clame hemostatice endoscopice (unica folosinta)	SX-HC-2300-090L SX-HC-2300-135L	China	SHANGXIAN	Clame hemostatice endoscopice (unica folosinta) : Lungime cateter - 2200mm Diametru - 2,8mm Open Width - 11mm	Clame hemostatice endoscopice (unica folosinta) : Lungime cateter - 2300mm Pentru canal de lucru de diametru - 2,8mm Deschidere - 13mm, cu cat mai mare deschiderea, cu atat este mai avantajoasa	DM0006597 03 DM0006597 04

							clipsa, deoarece poate acoperi o zona mai mare de clipare Diametrul de deschidere se controleaza usor prin manevrare manerului. clipse.pdf, pag 1	
33100 000-1	24	Endoclipse pentru hemostaza endoscopica	SX-HR-2300-1	China	SHANGXIAN	Lubgime- 230mm., redeschidere, preferabil rotabile, canal de lucru 2.8 mm., distanta de deschidere - 17 mm	Lungime- 2300mm., redeschidere multipla, rotabile, pentru canal de lucru 2.8 mm., distanta de deschidere - 16 mm clipse.pdf, pag 2	DM0006597 08
33100 000-1	28	Filtre bacteriene pentru aspirare KV-5	MH-481	Japonia	Olympus	Filtre bacteriene pentru aspirare KV-5 Compatibile cu aspiratoarele KV-5	Filtre bacteriene pentru aspirare KV-5 Compatibile cu aspiratoarele KV-5 piese.pdf, pag 3	ISO13485
33100 000-1	63	Papilotom canular biluminar	DSP-30520-111111 DSP-30525-111111 DSP-30530-111111	China	Micro-Tech	electrod de taiere arcuat 20- 30 mm, lungime nu mai mic de 2000 mm.	electrod de taiere arcuat 20,25,30 mm, lungime de 2300 mm. papilotom.pdf, pag 3	DM0006606 44 DM0006606 46 DM0006606 48
33100 000-1	67	Perie de curatare pentru endoscop, diametru 1,6mm -1,8mm.	CB18-T5050/23 CB18-3030/18	China	Micro-Tech	Perie de curatare pentru endoscop cu 2 capete lucratoare.Lungimea totala 2200-2300mm, diametru 1,6-1,8mm. Lungimea perii 20mm,diametru perii 3mm	Perie de curatare pentru endoscop cu 2 capete lucratoare.Lungimea totala 2300mm/1800mm, diametru 1,8mm. Lungimea perii 20mm,diametru perii 5mm/3mm periute.pdf, pag 2	ISO13485
33100 000-1	68	Perie de curatare pentru endoscop, diametru 2-2.4 mm	CB23-T5050/23	China	Micro-Tech	Perie de curățare pentru endoscop, de unică folosință, cu următoarele caracteristici tehnice: Tip: perie dublă (cu 2 capete lucrătoare) Lungime totală: 2200-2300 mm Diametrul tijei/cablului: 2-2.4 mm Lungimea fiecărei perii: 20 mm Diametrul fiecărei perii: 5-5.5 mm	Perie de curățare pentru endoscop, de unică folosință. Tip: perie cu 2 capete lucrătoare. Lungime totală: 2300 mm Diametrul tijei/cablului: 2.3 mm Lungimea fiecărei perii: 20 mm Diametrul fiecărei perii: 5 mm	ISO13485

							periute.pdf, pag 2	
33100 000-1	69	Perie de curățire pentru endoscop	CB18-5050-23	China	Micro-Tech	Perie de curățire pentru endoscop cu 2 capete lucrătoare, echivalent cu model CB18-5050-23 Micro-Tech	Perie de curățire pentru endoscop cu 2 capete lucrătoare periute.pdf, pag 2	ISO13485
33100 000-1	119	Tuburi pentru irigator EGA-500E	100130U	SUA	Steris/Cantel	Tuburi de irigare compatibile cu pompa Endostartus	Tuburi de irigare compatibile cu pompa Endostartus tuburi.pdf, pag 2	DM0003205 90
33100 000-1	121	Valve de biopsie	MB-358	Japonia	Olympus	Compatibil cu Endoscoapele olimpus seria 190 gastro/ colono	Compatibil cu Endoscoapele olimpus seria 190 gastro/ colono piese.pdf, pag 1	ISO13485
33100 000-1	122	Vas pentru aspirație la aspirator KV-5	K7503763	Japonia	Olympus	Vas pentru aspirator vol .min 2 l , compatibil cu aspirator KV5	Vas pentru aspirator vol .2 L , compatibil cu aspirator KV5 vas aspiratie.pdf	ISO13485

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**