

			Specificații tehnice						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. oeds-b3wdp1-MD-1754312845979 / 21463195					Data: „4” august 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA II (Suplimentar)					Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	37	Circuit de ventilare adult	Circuit de ventilare adult	2025310	Lituania	Intersurgical	Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1,6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 22F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru pacient adult cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru senzorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F	Circuit de ventilatie cu un fir incalzit, o capcana apa si camera de umidificare cu auto-umplere pentru adulti: - Circuit flexibil inspir cu ram incalzit - Circuit flexibil expir cu capcana de apa - Camera umidificare cu auto-umplere - Extensie cu l=0.5 m - Lungime circuit 1.6-1.8 m Accesorii: - doi conectori drepti 22M-22M - un conector in L, 22M-22F Fara latex. De unica folosinta. Ambalat individual. Inscriptiunare clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Producator: Intersurgical	DM000655545
33100000-1	39	Circuit de ventilare compatibil Drager Oxilog 3000 Plus	Circuit de ventilare compatibil Drager Oxilog 3000 Plus	2072000	Lituania	Intersurgical	Circuit de ventilare de unică folosință compatibil cu Ventilatorul pulmonar Drager oxilog 3000 Plus Echivalent cu model 5703041	Tubulatura flexibila cu lungimea de 2m si diametrul de 22mm Conectori 22F (la echipament) si 22M/15F la pacient La capatul dinspre pacient: conector in T dublu rotativ, cu port cu capac dublu Prevazut cu senzor de flux, valva de control si linie de monitorizare Capac de protectie la capatul dinspre pacient. Accesorii: un conector drept 22M/15F – 22M/15F Marcaj CE Producator: Intersurgical. Compatibil cu Ventilatorul pulmonar Drager oxilog 2000 Plus , 3000 si 3000 Plus	DM000649509
33100000-1	40	Circuit de ventilare CPAP nou nascut	Circuit de ventilare CPAP nou nascut	4800000+2310000+4703000+4702000+4701000+4907003 / 4907002 / 4907001	Lituania	Intersurgical	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive CPAP, single limb. Lungimea totală de lucru minim 1,6 m, . Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir al ventilatorului cu camera de umidificare cu diametre de conectare unul 22F al doilea 15M cu o lungime de minim 0,8 m, 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit cu port de la camera de umidificare 22F cu fir de încălzire conectat de la sistemul de umidificare, cu 2 porturi de conectare a senzorului de temperatură de 7.6 mm, unul la iesire de camera de umidificare al doilea lînga generatorul nazal, 4. generator nazal cu bandă de fixare pe cap și tub pentru monitorizarea presiunii cu conectare la dispozitivul CPAP și tub gofrat extensibil de exacuare a gazului expirat, 5. pronguri nazale mărimi S, M, L 6. caciulite de marimi 1, 2, 3 livrate in proportie de 33% fiecare la cantitatea totală.	Set circuit ventilatie neonat InfântFlow CPAP, cu fir incalzit compus din: -Circuit nFlow™ CosyFit nou-nascut CPAP cu fir incalzit, lungime 1,6m și generator de flux cu banda de fixare pe cap și tub pentru monitorizarea presiunii cu conectare la dispozitivul CPAP si tub gofrat extensibil de evacuare a gazului expirat; tub de conectare a portului de inspir al ventilatorului cu camera de umidificare cu diametre de conectare unul 22 -Camera umidificare, compatibila cu circuitele Fisher Paykel, MR 750/850, cu sistem de autoumplere, valva dubla, filtru prevenire impuritati, indicatori vizibili la nivelul apei; - Boneta nFlow nou-nascut (1 bucata), disponibila in 12 marimi de la 9 la 000; - Canula nazala nFlow (3 bucati), disponibila in 4 marimi de la XS la L. Rezistenta la flux la 15 L/min: 1,9 Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000652004 DM000652003 DM000652002
33100000-1	41	Circuit de ventilare nou nascut	Circuit de ventilare nou nascut	4508850+2330000	Lituania	Intersurgical	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim ≥1,6 m, diametru 10 mm. Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru senzorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F 4. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. 5. adaptoare incluse in set 15F la 22F	Circuit de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim ≥1.6 m, diametru 10 mm. Format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator. 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru senzorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F 4. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. 5. adaptoare incluse in set 15F la 22F Complianta la 60 cmH2O: La umplere maximă: 0.5 ml/cmH2O; La umplere minimă: 0.3 ml/cmH2O Rezistență la flux: La 2.5 L/min: 0.1 cmH2O; La 15 L/min: 0.6 cmH2O Nivel minim de umplere cu apă: 38 ml Nivel maxim de umplere cu apă: 167 ml Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000655554 DM000651998

33100000-1	42	Circuit de ventilare pediatric	Circuit de ventilare pediatric	4504810	Lituania	Intersurgical	Circuite de unică utilizare pentru pacient pediatric compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 15 mm. Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 22F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru pacient pediatric cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unică utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F	Circuit de ventilație 15mm Flextube cu un fir încălzit, cu capcană de apă, camera de umidificare cu autoumplere și extensie ≥ 1.2m. Format din: -Circuit flexibil inspir cu ram incalzit; - Circuit flexibil expir cu capcana de apa; - Camera umidificare cu auto-umplere - Extensie cu lungimea de aproximativ 0.4 m, 22F; - Lungime circuit 1.6m, cu diametrul 15mm si conexiune 22F; - o capcana de apa pe ramul de expir cu un volum de 70ml; - piesa in Y prevazuta cu porturi monitorizare gaze de 7.6mm si capac de protectie la capatul dinspre pacient, conexiune 22M/15F; - un conector drept 22M-22M; - un conector 22M/15F-22M si un conector 15M-10F. - Port pentru sonda de temperatura pe tubulatura de inspir. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM00065553
33100000-1	70	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	1944000	Marea Britanie	Intersurgical	Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,rezistenta fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 mL,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2	Tip produs: Filtru cu membrana plisata, cu protectie superioara HEPA, forma patrata Conexiuni pacient: 22M/15F Conexiuni aparat: 22F/15M Caracteristici tehnice: Eficiență bacteriană: >99.99999% Eficiență virală: >99.9999% Rezistență la flux la 30 L/min: 1.3 cmH2O Rezistență la flux la 60 L/min: 2.9 cmH2O Volum compresibil: 63 ml Volum tidal: 200 ml Greutate: 30 g Utilizare: De unică folosință. Perioadă de valabilitate: 5 ani. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000649492
33100000-1	78	Filtru pentru protecția dispozitivului de ventilare	Filtru pentru protecția dispozitivului de ventilare	1790000	Lituania	Intersurgical	Filtru hepa pentru protejarea dispozitivului ventilator cu port luer-lock, spatiu mort maxim 90 ml, rata de filtrare minim 99.999 %, rezistenta la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min, conector pentru dispozitiv 22F/15M pentru pacient 22M/15F.	Filtrul Air-Guard Clear este un filtru cu membrana plisata hidrofoba, conceput pentru protectia aparatelor concentratoare de oxigen si a altor echipamente respiratorii. Filtrul Air-Guard Clear functioneaza ca un filtru microbial atunci cand este utilizat pentru a proteja aparatele concentratoare de oxigen sau atunci cand este folosit in sistemele de respiratie pentru a proteja echipamentele impotriva contaminarii. Eficiență de filtrare antibacteriană și antivirală: >99.9999% Rezistență la flux: La 30 L/min: 0.9 cm H2O La 60 L/min: 1.9 cm H2O Volum compresibil: 120 ml Greutate: 56 g Volum tidal minim: >360 ml Volum tidal maxim: 1000 ml Conectori: 22F-22M/15F Produs ambalat individual, în camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1. De unică folosință. Ambalajul este clar inscripționat cu detalii privind modul de utilizare, data fabricației, data expirării, numărul de lot și marcajul CE. Termen de valabilitate: 5 ani. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000651986
33100000-1	216	Set tuburi gofate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)	Set tuburi gofate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)	2161000	Marea Britanie	Intersurgical	Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril	Circuitul de ventilație extensibil este destinat pacienților care necesită ventilație pe termen scurt. Componente: - Două tubulaturi cu lungimea de 2 metri, prevăzute cu conectori 22F și diametrul de 15 mm. - Piesă în Y, unghiulara, echipată cu port Luer-lock pentru monitorizarea gazelor de 7,6 mm și conector 22M/15F. Caracteristici: Rezistența la debit de 30 L/min: - În formă extinsă: 0,12 mbar - În formă compactă: 0,08 mbar Compliance la 60 cmH2O: - În formă extinsă: 5,3 ml/kPa - În formă compactă: 7,2 ml/kPa Circuitul are o lungime reglabilă și poate fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Este ambalat și fumizat în forma sa minimă de compresie, fiind extins ulterior la dimensiunea necesară în timpul utilizării. În formă extinsă, compliance este de 4,4 ml/kPa per metru de tub, sub limita maximă permisă de standardul ISO 5367:2000. Circuitul este conceput cu un profil gol, ceea ce permite un flux laminar mai eficient al gazului și reduce rezistența la flux. Produsul este ambalat în camere curate și medii controlate, conform standardului ISO 14644-1. Materiale polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex. De unică folosință. Ambalat individual, cu inscripționări clare care includ: Modul de utilizare,Data fabricației,Data expirării,Numărul de lot. Certificate CE 93/42 si ISO 13485 Termen de valabilitate: 5 ani.	DM000649500

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Durdun Margareta În calitate de: Administrator

Ofertantul: TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL Adresa: Str. Igor Vieru 15/3, MD-2075, Chisinau, Republica Moldova