

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783954678191 din 18 iul 2026, 10:30 - 21 iul 2026, 10:30

Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical (Pat manual de îngrijire a pacientului cu 3 manivele) conform necesității IMSP Spitalul de Stat

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100 000-1	1	Pat manual de îngrijire a pacientului cu 3 manivele	ME 30	Turcia	Optium	Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele Descriere Pat pentru îngrijirea a pacienților în IMSP, cu reglări mecanice Parametru Specificație Design ușor de utilizat, confortabil și elegant da Reglarea spătarului, a înălțimei și a picioarelor prin mecanismul menivelei da Manivele de mână ușor de depozitat da Șine laterale pliabile pe toată lungimea da Plăci detașabile (PP) pentru cap și picioare da Fowler și pozițiile vesculare da Suprafața de așezare metalică perforată da Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere da Reglarea suportului pentru picioare prin clichet da Stâlp IV reglabil pe înălțime da Roți pivotante minim 2 cu frână	Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele Descriere Pat pentru îngrijirea a pacienților în IMSP, cu reglări mecanice Parametru Specificație Design ușor de utilizat, confortabil și elegant da Reglarea spătarului, a înălțimei și a picioarelor prin mecanismul menivelei da Manivele de mână ușor de depozitat da Șine laterale pliabile pe toată lungimea da Plăci detașabile (PP) pentru cap și picioare da Fowler și pozițiile vesculare da Suprafața de așezare metalică perforată da Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere da Reglarea suportului pentru picioare prin clichet da Stâlp IV reglabil pe înălțime da Roți pivotante minim 2 cu frână	DM000395175

						Bare de protecție din plastic/cauciuc pe patru colțuri da Saltea inclusă da Lungimea totală 210 - 212 cm ± 3 cm Lățimea totală 90 - 98cm Interval de înălțime 46–76 cm ± 5 cm. Cursa de reglare pe înălțime (diferența dintre poziția minimă și cea maximă): minimum 21 cm. Unghiul spătarului minim 0 - 70 grade Unghiul picioarelor minim 0 - 30 grade Diametrul rolei minim 12,5 - 15 cm Spațiu liber sub pat minim 15 cm Sarcină de lucru sigură 250 kg Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Bare de protecție din plastic/cauciuc pe patru colțuri da Saltea inclusă da Lungimea totală 212 cm Lățimea totală 98cm (la comanda) Interval de înălțime 46–76 cm ± 5 cm. Cursa de reglare pe înălțime (diferența dintre poziția minimă și cea maximă): minimum 21 cm. Unghiul spătarului minim 0 - 70 grade Unghiul picioarelor minim 0 - 30 grade Diametrul rolei minim 12,5 Spațiu liber sub pat minim 15 cm Sarcină de lucru sigură 250 kg Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**