

| | |
|---|---|
| Denumire sistem | Instalație radiologică, model XFM |
| Producător, Țară de origine | Italray SRL , Italia |
| <i>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i> | <i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i> |
| <p>Documentele obligatorii, prezentate de către Participantul la licitație:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizație radiologică de la ANRANR, pentru echipamentele de imagistică în dependență de oferta depusă, 2. Certificat, ce atestă pregătirea specialiștilor pentru deservirea tehnică a instalațiilor radiologice (pentru modelul solicitat) - copie cu ștampila participantului. 3. Certificat de instruire de la producător pentru inginerului angajat pe modelul solicitat , care atestă, că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparație a dispozitivului dat. <p>Executorul se obligă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Să efectueze lucrările de mentenanță corectivă, conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta. 2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de utilizare (pașapoarte tehnice): evaluarea parametrilor definatorii de securitate și de performanță, prin examinare și testare; 3. Inspectia stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă. 4. Intervenția se face, doar în prezenta persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii; 5. Intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documtele ulterioare specifice lucrării; La finalul lucrărilor prestatorul de servicii mentenanță, va întocmi un act de predare- primire, Raport de Service, în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care, va fi semnat de inginerul instituției, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu- zis. 6. Serviciile de mentenanță corectivă a dispozitivelor medicale radiologice, se vor efectua la solicițarea autorității contractante; 7. Prestatorul va instrui utilizatorul, cu privire la exploatarea aparatelor, ori de cate ori, primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante. 8. Garantia lucrarilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție. 9. In caz de defectare, Executantul se obligă sa răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului. 10. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris). 11. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor nu va depăși max. 5 zile lucrătoare. 12. Toate comunicările între parti, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal; confirmarea solicitării fiind obligatorie. | <p>Documentele obligatorii, prezentate de către Participantul la licitație:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Da, Autorizație radiologică de la ANRANR, pentru echipamentele de imagistică în dependență de oferta depusă; 2. Da, Certificat, ce atestă pregătirea specialiștilor pentru deservirea tehnică a instalațiilor radiologice (pentru modelul solicitat) - copie cu ștampila participantului. 3. Da, Certificat de instruire de la producător pentru inginerului angajat pe modelul solicitat, care atestă, că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparație a dispozitivului dat. <p>Executorul se obligă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Da, Să efectueze lucrările de mentenanță corectivă, conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta. 2. Da, Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de utilizare (pașapoarte tehnice): evaluarea parametrilor definatorii de securitate și de performanță, prin examinare și testare; 3. Inspectia stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă. 4. Da, Intervenția se face, doar în prezenta persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii; 5. Da, Intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și în documtele ulterioare specifice lucrării; La finalul lucrărilor prestatorul de servicii mentenanță, va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service, în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care, va fi semnat de inginerul instituției, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu- zis. 6. Da, Serviciile de mentenanță corectivă a dispozitivelor medicale radiologice, se vor efectua la solicițarea autorității contractante; 7. Da, Prestatorul va instrui utilizatorul, cu privire la exploatarea aparatelor, ori de cate ori, primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante. 8. Da, Garantia lucrarilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție. 9. Da, In caz de defectare, Executantul se obligă sa răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului. 10. Da, Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris). 11. Da, Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor nu va depăși max. 5 zile lucrătoare. 12. Da, Toate comunicările între parti, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal; confirmarea solicitării fiind obligatorie. |