

### Specificații tehnice (F4.1)

COP: <b>21010136</b>	Data: <b>03.08.2019</b>	Alternativa nr. <b>NU</b>
Denumirea licitației: <b>Procurarea echipamentului medical</b>	Lot: <b>1, 2</b>	Pagina <b>_1_ din _1_</b>

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot Denumirea bunurilor și/ sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
3310 0000 -1	1	<b>Compresor de aer medical</b>	DK50 DE Advanced	Slova cia	Ekom	Anexa din setul de licitație	Compresor de aer medical Fluxul de aer la presiunea de 3,5 bar – 60 L/min Presiunea de aer – 3,5 bar Alimentarea electrică – 230V, 50Hz Rezervor pentru aerul comprimat – 2L Nivelul de filtrație a particulelor – 5uc Regim de lucru – continuu Dispozitiv clasa IIB Nivelul de zgomot produs - <51dB Dimensiunile exterioare - 470x380x505 mm Greutatea netă – 36 kg Mobil, dotat cu 4roți 2 roți dotate cu frână	ISO/CE
3310 0000 -1	2	<b>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale-cardiomonitor</b>	uMEC 12	China	Mindray	Anexa din setul de licitație	Anexa nr. 1	ISO/CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: ***Prodan Sveatoslav*** În calitate de: ***Director***

Ofertantul: ***Î.M. "Dutchmed-M" SRL*** Adresa: ***str. Decebal 76 of 807/808, mun. Chișinău; tel: 022 522-022***