

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1621941439948
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 7						
	7.1	Cablu fibrooptic	495ND	Germania	Karl Storz	Cablu fibrooptic: Diametru: 3,5 mm +/- 0,2 mm; compatibil cu lot 1 și 2 Lungime: 3,5m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.	Cablu fibrooptic: Diametru: 3,5 mm; compatibil cu lot 1 și 2, Lungime: 3 m ; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotareaIMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.	EC, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316