



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg02-2381 din 12.08.2022

**OE participanți la procedura de achiziție
Beneficiari**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1651847965407 privind "Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022)", vă comunică decizia nr. 1 din 11.08.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Țara de origine/ Producător	Ofertant
1	1-65407	Masina de anestezie (caracteristici de baza) Cod 110110	buc	2	360000	432000	720000	864000	WATO EX- 35 + uMEC10/ China/ Mindray	Dutchmed-M SRL
2	2-65407	Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130	buc	1	615000	738000	615000	738000	WATO EX- 65 + BeneVision N15 /China /Mindray	Dutchmed-M SRL
3	3-65407	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici	buc	1	300000	360000	300000	360000	Ventilator pulmonar Zisline MV 300/ Rusia/	Romedcom SRL

		avansate) Cod 110330							Triton Electronic System LTD	
4	4- 65407	Ventilator pulmonar portabil Cod 110360	buc	1	259141	310969,2	259141	310969,2	Falco 202 EVO, Cod.980104 /Siare/ Italia	Eyecon Medical SRL
5	5- 65407	Laringoscop adult standard Cod 110600	buc	1	3840	4608	3840	4608	03.11000.721+ 03.12010.612+ 03.12010.622+ 03.12010.632+ 03.12010.642+ 03.90003.001 /Germania/ Kirchner &Wilhelm	GBG-MLD SRL
6	6- 65407	Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610	buc	3	9680	11616	29040	34848	03.41140.521+ 03.42013.621+ 03.42013.631+ 03.42013.641+ 03.42013.651+ 12.80005.002+ 03.90003.001 /Germania/ Kirchner &Wilhelm	GBG-MLD SRL
7	7- 65407	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240	buc	1	136000	163200	136000	163200	Ceiling mounted LED Operating light LED 720/520 (Deckel Maho model) /China/ Shandong Mingtai Medical Equipment Group	M-Inter-Farma SA

									Co., Ltd.	
8	8- 65407	Aspirator toracal Cod 130310	buc	1	4750	5700	4750	5700	F-40/ Italia /Fazzini	GBG-MLD SRL
9	9- 65407	Aspirator urgente Cod 130320	buc	2	9360	11232	18720	22464	Super Vega Battery (28190)/ Italia /Gima	GBG-MLD SRL
10	10- 65407	Aspirator chirurgical portabil Cod 130330	buc	1	10390	12468	10390	12468	Askir C30 BR (RE 410251) /Italia /Ca-Mi	DataControl SRL
11	11- 65407	Aspirator chirurgical (performanta medie) Cod 130340	buc	2	14130	16956	28260	33912	New Hospivac 350 FS5 (RE 410356/40)/ Italia/ Ca-Mi	DataControl SRL
12	12- 65407	Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	buc	4	16200	19440	64800	77760	SA01HT /Turcia /Elmaslar	Dutchmed-M SRL
13	13- 65407	Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400	buc	1	44833,5	53800,2	44833,5	53800,2	SVP-B0007 conf- rech Semi- Automatic AED with ECG Monitoring Manual Override (Synchronized Cardioversion)/ Italia /AMI	Biosistem-MLD SRL
14	14- 65407	Defibrilator extern, automat Cod 130410	buc	2	45150	54180	90300	108360	BeneHeart C1A/ China /Mindray	Dutchmed-M SRL

15	15-65407	Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza) Cod 130420	buc	1	74800	89760	74800	89760	BeneHeart D3 /China/ Mindray	Dutchmed-M SRL
16	16-65407	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza) Cod 130500	buc	5	13280	15936	66400	79680	Semi-2/ China/ Beyond	Ancotec-Sistem SRL
17	17-65407	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510	buc	12	17550	21060	210600	252720	Medrena Unifuzion Pro /China/ MedRena Biotech	ImpulsProGroup SRL
18	18-65407	Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile Cod 130650	buc	7	44550	53460	311850	374220	Ampir 01 cu stativ Suir /TahatAksi/ Belarus	Jako Life Clinic SRL
19	19-65407	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza) Cod 140100	buc	2	175000	210000	350000	420000	OM-6N/ Uzumcu /Turcia	Eyecon Medical SRL
20	20-65407	Autorefractometru Cod 170400	buc	2	58220	69864	116440	139728	AR7610 /China/ RedSun Opt	GBG-MLD SRL
26	26-65407	Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710	buc	1	3810	4572	3810	4572	S7350HR/ Italia /Fazzini	GBG-MLD SRL
28	28-65407	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	buc	1	18950	22740	18950	22740	Dynamic 2.0 /Turcia /Meissa	DataControl SRL

29	29-65407	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	buc	7	24100	28920	168700	202440	Pioneer 4.3 /Turcia /Meissa	DataControl SRL
30	30-65407	Pat electric, pentru adulti Cod 140490	buc	35	17840	21408	624400	749280	Pioneer 2 /Turcia /Meissa	DataControl SRL
31	31-65407	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	buc	10	11640	13968	116400	139680	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Model:SE301/ China/ EDAN INSTRUMENT S INC.	Romedcom SRL
32	32-65407	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211	buc	5	12250	14700	61250	73500	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Model: SE 301 /China/ EDAN INSTRUMENT S INC	Romedcom SRL
33	33-65407	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222	buc	4	14915	17898	59660	71592	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Model:SE601B /China /EDAN INSTRUMENT S INC.	Romedcom SRL
34	34-65407	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260231	buc	2	21915	26298	43830	52596	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe	Romedcom SRL

									rotile Model:SE1200 Express /China/ EDAN INSTRUMENT S INC.	
35	35- 65407	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320	buc	18	19000	22800	342000	410400	BMO 210D /China/ BMV	Ancotec-Sistem SRL
36	36- 65407	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	buc	8	6750	8100	54000	64800	N2 Type-30/China/ BMV	Ancotec-Sistem SRL
37	37- 65407	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440	buc	28	260	312	7280	8736	Beurer pulsoximetr PO45 /Germania /Beurer	Tetis International SRL
38	38- 65407	Termometru mecanic Cod 260600	buc	1698	34,41	41,292	58428,18	70113,816	Termometru fara mercur Model: CR.W00 DM000213618 /China/ Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.	Farmina SRL
39	39- 65407	Termometru digital Cod 260610	buc	100	28,9	34,68	2890	3468	Flexible digital thermometer MC-202/ China/ Wuxi Exanovo	Farmina SRL

									Medical Instrument Co., Ltd	
40	40-65407	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620	buc	9	480	576	4320	5184	Beurer FT65/ Germania/ Beurer	Tetis International SRL
43	43-65407	Tensiometru Adult Cod 260700	buc	5	155	186	775	930	TENSIOMETRU MECANIC Medline Cu stetoscop, MC-50A DM000213605/ China/ Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd	Farmina SRL
44	44-65407	Tensiometru Adult cu fonoscop Cod 260710	buc	273	146,95	176,34	40117,35	48140,82	Tensiometru Moretti DM333 /Italia /Moretti	Tetis International SRL
46	46-65407	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	buc	80	1189	1426,8	95120	114144	Beurer BM55 (2 manjete+adaptor)/ Germania /Beurer	Tetis International SRL
47	47-65407	Tensiometru electronic automat Pediatric Cod 260770	buc	1	1789	2146,8	1789	2146,8	Beurer BM55 (2 manjete pediatrice+adaptor)/ Germania/ Beurer	Tetis International SRL
49	49-65407	Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) Cod 300500	buc	1	402187	482624,4	402187	482624,4	WAKIe 2TC/ Franța/ Atys Medical	Health Medical Solutions SRL

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 2 Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Vaporizator / tip vaporizator acceptate / Enfluran s-a oferit fara;
2. S-a solicitat Ventilator automat / volumul Tidal, ml 5-1500 s-a oferit 20-1600;
3. S-a solicitat Ventilator automat / raportul I:E / minim 4:1 la 1:8 s-a oferit 1:2 la 1:8;
4. S-a solicitat Baterie internă / autonomie de lucru $\geq 1.5h$ s-a oferit 1 h;

Lotul 3 Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Display / Mărimea ≥ 15 inch s-a oferit 12.1 inch.

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Gama de control/setări / Volum total - 20-2,500 mL s-a oferit 30-2200 ml;
2. S-a solicitat Timp inspir - 0.1 - 8 s. s-a oferit 1-15 s.;
3. S-a solicitat Rata I:E 1:8 to 4:1 s-a oferit 1:99 to 3:1;
4. S-a solicitat PEEP/CPAP 0-50 cm H₂O s-a oferit 0-40 cm H₂O;
5. S-a solicitat Suport presiune 0-50 cm H₂O s-a oferit 0-40 cm H₂O;
6. S-a solicitat Display / Mărimea ≥ 15 inch s-a oferit 12.1 inch

Lotul 4 Ventilator pulmonar portabil Cod 110360

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Gama de control/setări / Flux inspir 0-170 L/min s-a oferit 0-30 L/min.;
2. S-a solicitat FiO₂, % 21-100 s-a oferit 40-100%;
3. S-a solicitat PEEP/CPAP 0-45 cm H₂O s-a oferit 0-30 cm H₂O;

Lotul 6 Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Trusă / trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectarea lamelelor solicitate s-a oferit trusa doar pentru 3 lamele însă conform complectării este necesar trusa pentru 4 lamele.

Lotul 9 Aspirator urgente Cod 130320

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Timp de lucru la vacuum maxim ≥ 60 min. s-a oferit 30 min.

Lotul 10 Aspirator chirurgical portabil Cod 130330

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Timp operare > 1 h s-a oferit 30 min.

Lotul 12 Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA s-a oferit 51.7 dBA

Lotul 14 Defibrilator extern, automat Cod 130410

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Baterie / Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare ≥ 5 ani, după care bateria poate fi înlocuită s-a oferit 3 ani.

- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Defibrilator / Energia maximală de descărcare ≥ 300 J s-a oferit 200 J;
2. S-a solicitat Baterie / Timp de operare ≥ 300 de descărcări la energia maximă s-a oferit 225

Lotul 15 Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza) Cod 130420

- Oferta operatorului economic **M-Inter-Farma SA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Display / Indicator al devierii derivațiilor cardiace s-a oferit fără;
2. S-a solicitat Imprimantă pentru ECG / Viteza hîrtiei - 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sec s-a oferit fără 6.25
3. S-a solicitat Memorie / Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie s-a oferit fără.

Lotul 16 Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza) Cod 130500

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele expuse în documentația de atribuire și anume: Nu dispune de certificatul ISO 13485. In urma scrisorii de clarificare de asemenea nu a fost prezentat certificatul ISO 13485.

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 1. S-a solicitat Capacitatea pompei / Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului - minim IP23 s-a oferit IPX3.

- Oferta operatorului economic **Romedcom SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat pompa de infuzie (perfuzor), volum mare a fost oferit pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă.

Lotul 17 Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) / Setarea parametrilor implicați dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei;
2. S-a solicitat Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) / Programe de analiză presetate;

Nu dispune de certificatul ISO 13485. In urma scrisorii de clarificare de asemenea nu a fost prezentat certificatul ISO 13485.

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 1. S-a solicitat Capacitatea pompei / Rata fluxului / Setarea prin incrementare începând cu 0.01 ml s-a oferit 0.1
- 2. S-a solicitat Capacitatea pompei / Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului - minim IP23 s-a oferit IPX3.
- Oferta operatorului economic **Romedcom SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat pompa de infuzie (perfuzor), volum mare a fost oferit pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă.
- Oferta operatorului economic **Ancotec-Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Capacitatea pompei / Rata fluxului / Setarea prin incrementare începând cu 0.01 ml s-a oferit 0.1.
- Oferta operatorului economic **Health Medical Solutions SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta.

Lotul 18 Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile Cod 130650

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv / minim IP22 s-a oferit IPX4.

Lotul 19 Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza) Cod 140100

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Înclinarea: Secția cap de la +35 la - 45 grade (minim) s-a oferit de la +30 la - 80 grade.

Lotul 23 Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140

Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, se vor accepta inclusiv echipamente electrice.

Lotul 24 Lampa germicida (varianta stationara 20m) Cod 130150

Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, se vor accepta inclusiv echipamente electrice.

Lotul 25 Lampa germicida (varianta mobila) Cod 130160

Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, se vor accepta inclusiv echipamente electrice.

Lotul 26 Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat cintar electronic s-a oferit tip mecanic;
2. S-a solicitat Ecran LCD / $\geq 65 \times 25 \text{mm}$ s-a oferit fara;
3. S-a solicitat Alimentare / rețea 220V, 50Hz s-a oferit tip mecanic;

Lotul 30 Pat electric, pentru adulti Cod 140490

- Oferta operatorului economic **Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Înălțime / Ajustabilă $\geq 80 \text{ cm}$ s-a oferit 46.5 - 78 cm.

Lotul 37 Pulsoximetru de buzunar Cod 260440

- Oferta operatorului economic **Alex Standard SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Afișaj / Indicele de perfuzie (PI) - da s-a oferit fără afișarea Indicele de perfuzie (PI).

Lotul 40 Termometru digital cu infrarosu Cod 260620

- Oferta operatorului economic **Alex Standard SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Regim de măsurare / temperatura urechii (timpanic) s-a oferit fara acet regim;

2. Eroarea $\leq \pm 0.2$ °C s-a oferit ± 0.3 °C

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Regim de măsurare / temperatura urechii (timpanic) s-a oferit fara acet regim;

Lotul 41 Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630

Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, se vor accepta certificate de CE sau declarație CE pentru dispozitive medicale sau certificate CE pentru echipamente electrice, sau orice alt document ce confirmă calitatea produsului.

Lotul 42 Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640

Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, se vor accepta certificate de CE sau declarație CE pentru dispozitive medicale sau certificate CE pentru echipamente electrice, sau orice alt document ce confirmă calitatea produsului.

Lotul 46 Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760

- Oferta operatorului economic **Ancotec-Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele expuse în documentația de atribuire și anume: In formularul de pret nu este indicat termen de livrare la lotul dat

S-a solicitat prezentarea dovezii privind parametrul Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet. Nu fost oferit raspuns la scrisoare de clarificare.

Lotul 48 Ecoencefalograf Cod 300400

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele expuse în documentația de atribuire și anume: In formularul de pret nu este indicat termen de livrare la lotul dat.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

Lotul 48 Ecoencefalograf Cod 300400

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 21 Laser diod, chirurgical, 20 W Cod 280110

Lotul 22 Lampa germicida (varianta de masa) Cod 130130

Lotul 27 Pat cu aer fluidizat Cod 140300

Lotul 45 Tensiometru semi-automat Adult Cod 260740

Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice:

Lotul 23 Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140

Lotul 24 Lampa germicida (varianta stationara 20m) Cod 130150

Lotul 25 Lampa germicida (varianta mobila) Cod 130160

Lotul 41 Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630

Lotul 42 Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **24.08.2022**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

Președintele grupului de lucru

Gheorghe GORCEAG

*Ex. Irina Arvinte
Tel. 022 222 364*

OE

Alex-Standard SRL
Ancotec-Sistem SRL
Biosistem-MLD SRL
Dutchmed-M SRL
Ericon SRL
Eyecon Medical SRL
Farmina SRL
Health Medical Solutions SRL
ImpulsProGroup SRL
Jako Life Clinic SRL
Medglobalfarm SRL
Meditech SRL
Medpunkt SRL
Natusana SRL
Neotec SRL
Tehoptimed SA

Beneficiari

AMT Botanica
SR Cimisia
Spitalul Clinic de Psihiatrie
SCM Sfanta Treime
Institutul Oncologic
SR Strășeni
SR Soroca „A. Prisacari”
Sp Municipal de Copii nr.1
SC de Traumatologie și Ortopedie
SR Călărași
CS Gura Galbenei
CS Chirsova
CS Pelinia
Institutul Mamei si Copilului
Centrul de Plasament Temporar si Reabilitare pentru Copii Balti
Centru Republican de Reabilitare pentru Copii
SR Hîncești