

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21016409							din 20.12.2019	
Denumirea licitației: Alcotester Conform necesitatilor I.M. Regia "Autosalubritate"							Lot: conform listei solicitate	Alternativa nr. Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
38500000-0		Lotul 1						
		Alcotest in set	Dräger Alcotest® 6820 83 22 660 + Dräger Mobile Printer 83 19 310 + Printer paper 83 19 002 + MOUTHPIECE 68 10 830 + case + încărcător de la 220V, 50Hz, pentru încărcarea bateriilor NiMH	Germania	Dräger Safety AG & Co. KGaA	Aparat electronic care verifică cantitatea alcoolului în aerul expirat, trebuie să aibă capacitatea de a memora minim 5000 de rezultate precedente, echipat cu printer, în stare să efectueze minim 300 de analize pe zi, alimentare autonomă și de rețea, va fi echipat cu minim 100 muștucuri, rezistent la lovituri, posibilitate de conectare la calculator pentru verificarea datelor, compatibil cu operațiunile de calibrare.	Senzor electrochimic Dräger pentru tehnologia 1/4 ". Monitorizarea datelor pe monitor LCD meniul dispozitivului în limba rom sau rus. Unitatea de măsură mg/L. Interval de test 0 până la 2,5 mg / l; afișare atunci când depășește intervalul de testare. Pasul de măsurare 0,01. Eșantionare standard: prelevare automată a probelor la atingerea volumului minim Eșantionarea pasivă sau declanșarea manuală a eșantionării este posibilă. Memorie - spațiu pentru salvarea ultimelor 5000 de teste cu numărul de test, data și timp. Alarmer acustică, vizuală. Gata de utilizare Aprox. 2 s după pornire. Afișarea rezultatelor testului Aprox. 3 s (cu 0 mg / l), 10 s (la 0,5 mg / l, temperatura camerei). Alimentați două baterii AA sau baterii NiMH, indicatorul bateriei pe ecran. Aproximativ 1500 de teste de respirație pot fi efectuate cu un set de baterii (NiMH). În aparat pot fi încărcate baterii NiMH reîncărcabile. Încărcător de la 220V, 50Hz, pentru încărcarea bateriilor NiMH Temperatura de funcționare -5 până la +50 ° C.Tipul de protecție IP 54. Umiditatea 10 - 100%, fără condens. Carcasa rezistent la șocuri, căderi. Case rezistent pentru transportare și depozitare. Este dotat cu buzunare, spațiu pentru dispozitiv, imprimantă, muștiuri, hârtie și alte accesorii. În stare să efectueze 500 de analize pe zi. posibilitate de conectare la calculator pentru verificarea datelor, compatibil cu operațiunile de calibrare. Dräger Mobile Printer (83 19 310) separata, cu transmitere datelor interfață optică de transmisie de date fără fir de la Alcotest® 6820 la imprimanta mobilă Dräger. Hârtie pentru imprimantă (rolurile 83 19 002) -5 buc. Muștuc igienice, aseptice (68 10 830) - 300 buc. Pentru informatii mai complete studiatii Anexa Nr.1. Termenul de garanție pentru echipament - de 12 luni din data instalării/livrării. Alcotest® 6820 este inclus "Registrul de stat al mijloacelor de masurare permise spre utilizare in Republica Moldova" nr. 1- 0969:2016. Certificat de aprobare de model Nr. 995 din 03.08.2016. INSTITUTUL NATIONAL DE METROLOGIE. Certificat de calibrare. Certificat de metrologie.	CE ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23