

Specificații tehnice								
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1710158049778				Data: „27” Martie 2024	
Denumirea licitației:			Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2024 (repetat)				Pagina: __din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
33100000-1	1.1	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8-1,9 m2,coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8-1,9 m2,coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg.	Dializor flux crescut Diacap Pro 19H (720DH19)	Germania	B. Braun Avitum AG	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,8- 1,9 m². Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice Kt Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfați ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 180 5 inulina ≥ 115	A se vedea DOC DIACAP PRO.pdf Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,8- 1,9 m². Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice Kt Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfați ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 180 5 inulina ≥ 115
33100000-1	1.2	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Linie de protecție pentru hemodiafiltrare, buclă IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Linie de protecție pentru hemodiafiltrare,	HDF on-line Tubing (7210558)	Germania	B. Braun Avitum AG	Cerințe tehnico-medicale a liniilor de protecție pentru hemodiafiltrare generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da	A se vedea pag. 14 din catalogul B. Braun Cerințe tehnico-medicale a liniilor de protecție pentru hemodiafiltrare generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1	1.3	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun): Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, buclă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului	DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER (7107366)	Germania	B. Braun Avitum AG	Cerințe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Dialog +, (BBraun)) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da	A se vedea pag. 17 din catalogul B. Braun Cerințe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Dialog +, (BBraun)) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1	1.4	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Dialog +, (BBraun):	Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi	A/V-SET FOR DIALOG(R) STANDARD (7036604)	Germania	B. Braun Avitum AG	Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da Clemă de conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluaire Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22	A se vedea pag. 11 din catalogul B. Braun Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da Clemă de conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluaire Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Șarco Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști 4