

SPECIFICATII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: **nr. ocds-b3wdp1-MD-1612534465125, ID: 21035966 din 23.03.2021**

Denumirea licitației: **Produse parafarmaceutice – 2021**

Cod CPV	Nr.lot	Descrierea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producatorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
336000 00-6	162	162.Set p/u cateterizare arteriilor periferice după metoda Seldinger, p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză	5206332 5206316	Germania	B.Braun Melsungen	Set p/u cateterizare arteriilor periferice după metoda Seldinger, p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză. Mărimea: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm.	Set p/u cateterizare arteriilor periferice după metoda Seldinger, p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză. Mărimea: alb 20G/160mm, galben 22G/80mm.	CE, ISO 13485, ISO 9001
336000 00-6	163	163.Set p/u cateterizare arteriilor periferice după metoda Seldinger, p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză + linia de extensie cu supapă hemostatică specială	5206332 5206316	Germania	B.Braun Melsungen	Set p/ru cateterizare arteriilor periferice după metoda Seldinger, p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză + linia de extensie cu supapă hemostatică specială. Marimea: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm.	Set p/ru cateterizare arteriilor periferice după metoda Seldinger, p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză + linia de extensie cu supapă hemostatică specială. Marimea: alb 20G/160mm, galben 22G/80mm.	CE, ISO 13485, ISO 9001
336000 00-6	164	164.Set p/u cateterizarea venelor centrale metoda Seldinger (monolumen)	5206332	Germania	B.Braun Melsungen	Set cateter G14-G16; componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min	Set cateter G14-G16; componenta setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min	CE, ISO 13485, ISO 9001
336000 00-6	181	181.Set operații coxo-femorale Ortopedie	60602 + 803026	Suedia	Molnlycke Health Care	Set p/u implant coxo-femoral, împachetat steril, ambalaj individual. SET: 1.Câmp femoral 230x330cm (±2 cm), cu orificiu universal p/u toate mărimile, circular, cu marginile flexibile p/u articulația coxo-femorală 20x15cm (±2 cm), cu 2 saci laterali p/u poziționare membre și colectare lichide 130x75cm (±2 cm), ambii saci cu robineti; zonă superabsorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50x150cm (±2 cm), cu 2 saci p/u instrumente minim 30x25cm (±2 cm),	Set p/u implant coxo-femoral, împachetat steril, ambalaj individual. SET: 1.Câmp femoral 230x330cm (±2 cm), cu orificiu universal p/u toate mărimile, circular, cu marginile flexibile p/u articulația coxo-femorală 20x15cm (±2 cm), cu 2 saci laterali p/u poziționare membre și colectare lichide 130x75cm (±2 cm), ambii saci cu robineti; zonă superabsorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50x150cm (±2 cm), cu 2 saci p/u instrumente minim 30x25cm (±2 cm),	CE, ISO 13485, ISO 9001

						bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat superabsorbant, fixatoare tip "velcro" - 1 buc; 2.Câmp absorbant 75x75cm (±2 cm). Material neșesut absorbant, polistratificat, minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat absorbant. Bord adeziv aplicat implicit pe marginea câmpului, fără colofoniu (p/u asigurarea etansietății 100% se va exclude lipiciul cu 2 fețe) - 2 buc; 3.Șervețele absorbante din celuloză 20x25cm (±2 cm) 4 buc; 4.Panglică de operație minim 10x50cm (±2 cm) 2 buc. Impermeabilă, absorbantă, cu clei pe toată suprafața, liber de colofoniu; 5.Câmp tip Mayo ranforsat p/u masă de instrumente 145x80cm (±2 cm), rezistentă la instrumente grele și ascuțite. Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictogramă p/u ghidare 1 buc; 6.Câmp p/u masă 150x190cm (±2 cm), ranforsat, bi-stratificat cu zona absorbantă minim 75x190cm (±2 cm); 7.Câmp p/u pacient 150x190cm (±2 cm), bi-stratificat cu zona absorbantă minim 75x190cm (±2 cm); 8.Film de incizie dimensiuni minim 30x25cm (± 2 cm) 1 buc. Cerințe de calificare: *Certificat CE. *Certificat ISO 13485. *Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice p/u produsul oferit (în format electronic). *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit p/u a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat superabsorbant, fixatoare tip "velcro" - 1 buc; 2.Câmp absorbant 75x75cm (±2 cm). Material neșesut absorbant, polistratificat, minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat absorbant. Bord adeziv aplicat implicit pe marginea câmpului, fără colofoniu (p/u asigurarea etansietății 100% se va exclude lipiciul cu 2 fețe) - 2 buc; 3.Șervețele absorbante din celuloză 20x25cm (±2 cm) 4 buc; 4.Panglică de operație minim 10x50cm (±2 cm) 2 buc. Impermeabilă, absorbantă, cu clei pe toată suprafața, liber de colofoniu; 5.Câmp tip Mayo ranforsat p/u masă de instrumente 145x80cm (±2 cm), rezistentă la instrumente grele și ascuțite. Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictogramă p/u ghidare 1 buc; 6.Câmp p/u masă 150x190cm (±2 cm), ranforsat, bi-stratificat cu zona absorbantă minim 75x190cm (±2 cm); 7.Câmp p/u pacient 150x190cm (±2 cm), bi-stratificat cu zona absorbantă minim 75x190cm (±2 cm); 8.Film de incizie dimensiuni minim 30x25cm (± 2 cm) 1 buc. Cerințe de calificare: *Certificat CE. *Certificat ISO 13485. *Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice p/u produsul oferit (în format electronic). *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit p/u a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
336000 00-6	182	182.Acute thoracic set (chirurgie Toracică și chirurgie Spinală)	669600	Suedia	Molnlycke Health Care	1.Câmp p/u masa Mayo, dimensiuni 80x145cm (±2cm), zona absorbantă 65x85cm (±2cm), fortificat. Ranforsat, rezistent la instrumentele chirurgicale grele,	1.Câmp p/u masa Mayo, dimensiuni 80x145cm (±2cm), zona absorbantă 65x85cm (±2cm), fortificat. Ranforsat, rezistent la instrumentele chirurgicale grele,	CE, ISO 13485, ISO

					compus din 3 straturi bine delimitate: a)strat impermeabi pe toată suprafață, grosime min 80μ; b)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (±2cm); c)strat absorbant, nu mai puțin de 20g/m² - 1 buc; 2.Ștergar p/u mâni, 20x25cm (±2cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se va exclude poliesterul - 6 buc; 3.Absorbant perineal 20x40cm (±2cm), impermeabil - 1 buc; 4.Susținător p/u tuburi velcro 2,5x30cm (±2cm) - 2 buc; 5.Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75cm (±2cm). Compus din minim 3 straturi bine delimitate: a)strat impermeabi pe toată suprafață, grosime min 80μ; b)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (±2cm); c)strat absorbant, nu mai puțin de 20g/m². Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu față dublă (p/u a nu forma impereabilitatea la microbi și lichide) - 1 buc; 6.Sac p/u defibrilator, minim 30x40cm (±2cm), transparent, cu lipici, detașabil - 1 buc; 7.Panglica de operație minim 10x50cm (±2cm) impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafață, liber de colofoniu - 2 buc; 8.Cearșaf toracic minim 200/300x330cm (±2cm), aria de incizie 30x40cm (±2cm). Compus din minim 4 straturi bine delimitate: a)strat confort p/ru pacient; b)strat impermeabil pe toată suprafață; c)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150cm (±2cm); d)strat absorbant pe toată suprafața. Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme p/u ghidare. Rezistent nu mai puțin de 80kPa;>100col H₂O în zona critică - 1 buc; 9.Cerșaf absorbant minim 150x240cm (±2cm), zonă absorbantă minim 80x240cm (±2cm), compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, nu mai puțin de 60μ; b)strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² - 1 buc... * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va	compus din 3 straturi bine delimitate: a)strat impermeabi pe toată suprafață, grosime min 80μ; b)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (±2cm); c)strat absorbant, nu mai puțin de 20g/m² - 1 buc; 2.Ștergar p/u mâni, 20x25cm (±2cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se va exclude poliesterul - 6 buc; 3.Absorbant perineal 20x40cm (±2cm), impermeabil - 1 buc; 4.Susținător p/u tuburi velcro 2,5x30cm (±2cm) - 2 buc; 5.Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75cm (±2cm). Compus din minim 3 straturi bine delimitate: a)strat impermeabi pe toată suprafață, grosime min 80μ; b)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (±2cm); c)strat absorbant, nu mai puțin de 20g/m². Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu față dublă (p/u a nu forma impereabilitatea la microbi și lichide) - 1 buc; 6.Sac p/u defibrilator, minim 30x40cm (±2cm), transparent, cu lipici, detașabil - 1 buc; 7.Panglica de operație minim 10x50cm (±2cm) impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafață, liber de colofoniu - 2 buc; 8.Cearșaf toracic minim 200/300x330cm (±2cm), aria de incizie 30x40cm (±2cm). Compus din minim 4 straturi bine delimitate: a)strat confort p/ru pacient; b)strat impermeabil pe toată suprafață; c)strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150cm (±2cm); d)strat absorbant pe toată suprafața. Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme p/u ghidare. Rezistent nu mai puțin de 80kPa;>100col H₂O în zona critică - 1 buc; 9.Cerșaf absorbant minim 150x240cm (±2cm), zonă absorbantă minim 80x240cm (±2cm), compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, nu mai puțin de 60μ; b)strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² - 1 buc... * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic pentru produsului oferit. * În ofertă se va	9001
--	--	--	--	--	---	---	------

						indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
336000 00-6	183	183.Set chirurgical absorbant p/u operații craniene (set desfășurat) Neurochirurgie	97095457	Suedia	Molnlycke Health Care	Componente 1 set împachetat steri, ambalaj individual: 1.Câmp craniotomie 230x300cm (±2cm), aria de incizie transparentă 30x20cm (±2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Material nețesut absorbant, nu mai puțin de 42g/m², polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil - 1 buc; 2.Câmp absorbant 50x50cm (±2cm). Material nețesut absorbant, nu mai puțin de 42g/m², polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil - 4 buc; 3.Șervețele absorbante din celuloza 20x20cm (±2cm) - 2 buc; 4.Panglica de operație minim 10x50cm (±2cm). Impermiabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafață, liber de colofoniu. P/u fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul intervenției chirurgicale - 1 buc; 5.Câmp p/u masa Bobrov 190x280cm (±2cm). Să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Polistratificat, ranforsat în zona critică - 1 buc; 6.Câmp tip Mayo p/u masa de instrumente 145x80cm (±2cm). Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictograma p/u ghidare - 1 buc; 7.Cateter de aspirație 12 CH - 1 buc; 8.Burete abraziv p/u instrumentele de coagulare, 5x5cm (±2cm) - 1 buc; 9.Seringa 20ml, Luer Lock - 3 buc; 10.Mânere p/u lampa de operație - 2 buc; 11.Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator Rg-contrast, dimensiuni 12x70mm (±2cm) - 10 buc; 12.Bisturiu jetabil №15 - 1 buc; 13.Bisturiu jetabil №21 - 1 buc; 14.Buzunar cu bandă adezivă p/u instrumentele de diatermie și aspirație - 1 buc; 15.Bol gradat 120ml p/u ace utilizate - 1 buc; 16.Husă microscop cu trei porturi - 1 buc; 17.Forceps jetabil p/u coagulator bipolar. Design baionetă, compatibil la aparatul de coagulare „Aesculap” - 1 buc;.. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic	Componente 1 set împachetat steri, ambalaj individual: 1.Câmp craniotomie 230x300cm (±2cm), aria de incizie transparentă 30x20cm (±2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Material nețesut absorbant, nu mai puțin de 42g/m², polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil - 1 buc; 2.Câmp absorbant 50x50cm (±2cm). Material nețesut absorbant, nu mai puțin de 42g/m², polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil - 4 buc; 3.Șervețele absorbante din celuloza 20x20cm (±2cm) - 2 buc; 4.Panglica de operație minim 10x50cm (±2cm). Impermiabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafață, liber de colofoniu. P/u fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul intervenției chirurgicale - 1 buc; 5.Câmp p/u masa Bobrov 190x280cm (±2cm). Să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Polistratificat, ranforsat în zona critică - 1 buc; 6.Câmp tip Mayo p/u masa de instrumente 145x80cm (±2cm). Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictograma p/u ghidare - 1 buc; 7.Cateter de aspirație 12 CH - 1 buc; 8.Burete abraziv p/u instrumentele de coagulare, 5x5cm (±2cm) - 1 buc; 9.Seringa 20ml, Luer Lock - 3 buc; 10.Mânere p/u lampa de operație - 2 buc; 11.Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator Rg-contrast, dimensiuni 12x70mm (±2cm) - 10 buc; 12.Bisturiu jetabil №15 - 1 buc; 13.Bisturiu jetabil №21 - 1 buc; 14.Buzunar cu bandă adezivă p/u instrumentele de diatermie și aspirație - 1 buc; 15.Bol gradat 120ml p/u ace utilizate - 1 buc; 16.Husă microscop cu trei porturi - 1 buc; 17.Forceps jetabil p/u coagulator bipolar. Design baionetă, compatibil la aparatul de coagulare „Aesculap” - 1 buc;.. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic	CE, ISO 13485, ISO 9001

						pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	pentru produsului oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
336000 00-6	184	184.Set individualizat steril p/u operații la genunchi (cu câmp Bobrov)	97105321	Suedia	Molnlycke Health Care	Set p/u implant genunchi, împachetat steril, ambalaj individual. SET: 1.Câmp p/u operații la genunchi 230x320cm (±2 cm), cu orificiu universal p/u toate mărimile, circular, cu bordura elastică transparentă p/u articulația genunchiului 10x10x15cm (±5 cm) p/u colectarea lichidului, cu stockinet integrat, cu robineti. Material din minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat superabsorbant, fixatoare tip "velcro" - 1 buc; 2.Câmp absorbant 75x75cm (±2 cm). Material neșesut absorbant, polistratificat, minim 3 straturi bine delimitate: strat care respiră dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat absorbant. Bord adeziv aplicat implicit pe marginea câmpului, fără colofoniu (p/u asigurarea etansității 100% se va exclude lipiciul cu 2 fețe) - 2 buc; 3.Sac detașabil p/u instrumente de diatermie și aspirație 30x40cm (±2 cm) – 2 buc; 4. Film de incizie dimensiuni minim 30x25cm (±2 cm) - 1 buc; 5.Câmp tip Mayo ranforsat p/ru masă de instrumente 145x80cm (±2 cm), rezistentă la instrumente grele și ascuțite. Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictogramă p/u ghidare – 1 buc; 6.Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280cm (±2 cm). Să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Polistratificat, ranforsat în zona critică - 1 buc;.. Cerințe de calificare: *Certificat CE. *Certificat ISO 13485. *Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice p/u produsul oferit (în format electronic). *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	Set p/u implant genunchi, împachetat steril, ambalaj individual. SET: 1.Câmp p/u operații la genunchi 230x320cm (±2 cm), cu orificiu universal p/u toate mărimile, circular, cu bordura elastică transparentă p/u articulația genunchiului 10x10x15cm (±5 cm) p/u colectarea lichidului, cu stockinet integrat, cu robineti. Material din minim 3 straturi bine delimitate: strat dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat superabsorbant, fixatoare tip "velcro" - 1 buc; 2.Câmp absorbant 75x75cm (±2 cm). Material neșesut absorbant, polistratificat, minim 3 straturi bine delimitate: strat care respiră dinspre pacient, strat impermeabil 100% și strat absorbant. Bord adeziv aplicat implicit pe marginea câmpului, fără colofoniu (p/u asigurarea etansității 100% se va exclude lipiciul cu 2 fețe) - 2 buc; 3.Sac detașabil p/u instrumente de diatermie și aspirație 30x40cm (±2 cm) – 2 buc; 4. Film de incizie dimensiuni minim 30x25cm (±2 cm) - 1 buc; 5.Câmp tip Mayo ranforsat p/ru masă de instrumente 145x80cm (±2 cm), rezistentă la instrumente grele și ascuțite. Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm. Pictogramă p/u ghidare – 1 buc; 6.Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280cm (±2 cm). Să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Polistratificat, ranforsat în zona critică - 1 buc;.. Cerințe de calificare: *Certificat CE. *Certificat ISO 13485. *Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice p/u produsul oferit (în format electronic). *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CE, ISO 13485, ISO 9001