

**Specificații tehnice**

<b>Numărul procedurii de achiziție Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1707314884435/ 21167738 conform SIA RSAP M-Tender</b>						
<b>Obiectul achiziției: Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie</b>						
<b>Denumirea bunurilor</b>	<b>Denumirea modelului bunului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 2</b> Set chirurgical standard steril	Set chirurgical standard steril	Turcia	NURTEKS TEKSTIL İTH. İHR. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/-10 cm) - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioarS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x200cm - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm - 1 buc Servetel pentru absorbtie - sa nu lase scame - 30x35 cm - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioară. 150x270 cm - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 - 1 buc *Dispozitivele medicale sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE, DC, ISO 13485 Nr de inregistrare la AMDM - DM00042221 6

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice  
Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23