

Planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor (ocds-b3wdp1-MD-1770042691449)



Nr	Modelul dispozitivului	Lista lucrărilor de mentenanță	Cantitatea intervenție	Periodicitatea
12	Mentenanță anuală Storz Medical Modulith SLK	* Inspectarea sistemului general pentru deteriorări vizibile. * Efectuarea unui scurt test funcțional de blocare a brațului, circuit de apă și posibilitatea de eliberare unde de șoc cu comutatorul manual și cu pedala opțională. * Verificarea conexiunile cablurilor și clemelor de cablu pentru a detecta deteriorări mecanice și ameliorarea tensiunii corespunzătoare. * Demontarea capacelor externe. Verificarea capacelor și punctelor de fixare. * Verificarea caracterului complet și lizibilității tuturor elementelor de comandă de pe panoul de comandă. * Verificarea funcționalității panoului de comandă pe ambele puncte de conectare. * Verificarea comutatorul manual și opțional în funcționalitatea pe ambele puncte de conectare * Testarea automată a lămpii * Eliberarea frânelor cu butonul de deblocare de la capul dispozitivului și verificarea mișcării libere și line pe toate axele. * Verificarea mișcării sus / jos a brațului de terapie pentru echilibrare corectă. * Verificarea funcționalității motorului și mișcării capului de terapie în toate cele trei axe '. * Verificarea mișcărilor motorizate a capului de terapie în timpul eliberării undelor șoc. Verificarea circuitului Apă/aer Verificarea circuitului hidraulic Verificarea duratei de viață a componentelor produsului pentru informații reale despre numărul de șocuri de undă și timp.	4	1 intervenție/ per 3 luni

Lucrările de mentenanță includ piesele de schimb, schimbate la necesitate: 8905 filter water cpl - 1 buc, 5925 dummy stone - 1 buc, 8398 water additive - 2 buc, 4230 filterelement 150 micron - 1 buc, 10211 ultrasound foil - 1 buc. Piesele de schimb, altele decât cele menționate mai sus, nu sunt incluse în ofertă.

Lucrările de reparație nu sunt incluse în prețul lucrărilor de mentenanță. În cazul necesității lucrărilor de reparație, un cont adițional va fi înaintat pentru acestea.

O vizită include în complex toate lucrările sus-menționate



25.02.2026

**Către IMSP Spitalul Clinic
Republican „Timofei Moșneaga”
ocds-b3wdp1-MD-1770042691449**

Prin prezenta, “Denolga Medical” SRL declară că timpul de intervenție maxim 24 ore, timp intervenție telefonică maxim 1 oră.

Cu stimă și profund respect,

Irina I. Gherman

Director, MBA

SC “DENOLGA MEDICAL” Ltd