

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1689580202960](#) din 17.07.2023

Obiectul achiziției: Servicii de deservire a utilajului pentru hemodializă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sistem de purificare a apei	Aqua B 750 (1 buc.)	Germania	Fresenius Medical Care	<p><b>Vizita 1: Mentenanța sistemului de curățire a apei</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Înlocuirea componenteî coloanei de nisip, instalarea și ajustarea sistemului de dirijare.</li> <li>- Înlocuirea componenteî coloanei de cărbune, instalarea și ajustarea sistemului de dirijare.</li> <li>- Înlocuirea membranelor de pe stația de osmoză.</li> <li>- Dezinfecția și înlocuirea inelului de permeat</li> </ul> <p><b>Vizita 2:</b> Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)</p>	<p><b>Vizita 1: Mentenanța sistemului de purificare a apei</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dezinfecția și înlocuirea inelului de permeat</li> </ul>	
Dispozitiv pentru dializă acută	multiFiltrate (1 buc.)	Germania	Fresenius Medical Care	<p><b>Vizita 2:</b> Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)</p>	-	
Dispozitiv pentru dializă	4008 B (5 buc.)	Germania	Fresenius Medical Care	<p><b>Vizita 2:</b> Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)</p>	<p><b>Vizita 2:</b> Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)</p>	
Sistem de mixare a soluțiilor	Granumix 107 S (1 buc.)	Germania	Fresenius Medical Care	<p><b>Vizita 2:</b> Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)</p>	-	

Semnat: \_\_\_\_\_ **Dumitru Babinetchi** în calitate de: **administrator**  
Ofertantul: “**PRO-BIODIAGNOSTIC**” SRL  
Adresa: **mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 ap.153**