

		Specificații tehnice (F4.2)							
		Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2,							
Numărul licitației:		LP nr. ocde-b3wdp1-MD-1718362709919					Data: „ ” 20	Alternativa nr.: ____	
Denumirea licitației:		Achiziționarea procesoarelor de sunet pentru implanturi cohleare, conform necesarului IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat 3)					Lot: _____	Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr.	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8	
3310 0000- 1	2	Procesor de sunet model Med-El Rondo 3	Procesor de sunet model Med-El Rondo 3	RONDO 3 (ME1550)	Austria	MED-EL Medical Electronics	Procesor de sunet pentru implant cohlear tip Med-El Rondo 3 pentru Sistemul Implan Cohlear. Compatibilitate cu implanturile cohleare din generațiile anterioară. Garanția de minim 3 ani pentru procesorul de sunet. Garanția de minim 1 an pentru cablurile de conectare ale procesorului și pentru antenă.	Procesor de sunet pentru implant cohlear tip Med-El Rondo 3. Compatibilitate cu implanturile cohleare din generațiile anterioară. Garanția de minim 3 ani pentru procesorul de sunet. Garanția de minim 1 an pentru cablurile de conectare ale procesorului și pentru antenă.	
		Semnat: _____							
		În calitate de: administrator							
		Numele, Prenumele: Andrei Timuș							
		Ofertantul: "Global Premier Group" SRL							
		Adresa: str. Sergiu Radautanu 7, of. 130, mun. Chisinau							

[illegible]