

### Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1562744542509</b> din 30 iulie 2019						
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație publică pentru Achiziționarea consumabilelor pentru laboratorul microbiologic						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 29</b> Cilindri din inox	0-144-0005	SUA	BioLogics, Inc.	Conform Ph. Eur. 2.7.2., Din oțel inoxidabil, de tip plat, Cu Certificat de Etalonare, diametrul extern 8,0 mm, diametrul intern aproximativ 6 mm, înălțimea 10,0 mm.	Conform European Pharmacopeia, 2.7.2. Din oțel inoxidabil, de tip plat, diametrul extern: 8,0 mm, diametrul intern: 6 mm, înălțimea 10,0 mm (± 0.1 mm) Certificat de etalonare pentru 20 de bucăți	

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**  
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str.București 23a, of.415, Chișinău, MD 2001, Republica Moldova**

**Destinatar:** Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

**Adresa:** MD-2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Korolenko 2/1