

Numărul procedurii de achiziție:		21035966 din 23 martie 2021							
Denumirea procedurii de achiziție:Produce parafarmaceutice-2021									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	S	
1		2	3	4	5	6	7		
33600000-6	142	142.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” p/u 72 ore, endotraheal 14Fr/4,6mm	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradajie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradajie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm Codul Produsului Z210-14 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.		

Numele, Prenumele: Budurin Igor

În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL

Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Prođu-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	S
1		2	3	4	5	6	7	