

Specificatii tehnice (F4.1)

IMSP Institutul de Cardiologie

Numărul procedurii de achiziție: 21034495						Data: 25.01.2021, 8:30	Alternativa nr.
Denumirea procedurii de achiziție: Rapid Test Device Antigen Covid-19 echivalent Nadal R						Lot:	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Rapid Test Device Antigen Covid-19 echivalent Nadal R	ICOV-502	China	AT	Ușor de folosit Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: 97,56% Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute. Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene. Poate fi depozitat la temperatura camerei Toate componentele testului - inclusiv tampoane sterile - sunt incluse. Să nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B) Specificitatea diagnosticului (97 – 100%). Echivalent NADAL COVID-19 Ag Test	Rapid Test Device Antigen Covid-19 Ușor de folosit Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: de la 96,4% Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute. Testarea poate fi efectuată folosind probe nazofaringiene. Poate fi depozitat la temperatura camerei Toate componentele testului - inclusiv tampoane sterile - sunt incluse. Să nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B) Specificitatea diagnosticului (99 – 100%). Echivalent NADAL COVID-19 Ag Test	ISO, CE.

Semnat: _____ **Nume:** Varman Irina **În calitate de:** Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL **Adresa:** mun. Chisinău, str. Miorita, 5