

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1751379964124/21442349 din 28.07.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice

Lot/ Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1/2	3	4	5	6	7	8
Lotul 6						
Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet	Intelect Mobile 2	Franta/ SUA	DJO/ Chattanooga	Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet Parametru Specificație Ecran dimensiune Minim 4 inch, color, tactil Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu sau pulsatoriu Timpul de tratament ≥ 1–30 minute Programe presetate Obligatoriu Programe personalizate Obligatoriu Tensiune 220 V, 50 Hz Accesorii: Sonda cu suprafață de ~1 cm²: ≥ 1 bucată Sonda cu suprafață de ~4-5 cm²: ≥ 1 bucată Gel de contact: ≥ 1 litru	Da, Intelect Mobile 2 Ultrasound Parametru Specificație Da, 7inch, tactil, color Brosura Intelect Mobile 2, pag3 Da, 1 – 3MHz, Brosura Intelect Mobile 2, pag7 Da, 10%, 20%, 50% Continuu, Brosura Intelect Mobile 2, pag7 Da, Manual Intelect Mobile 2, pag27 Da, SPS, Brosura Intelect Mobile 2, pag4 Da, produce custom treatment, Brosura Intelect Mobile 2, pag4 Da, Brosura Intelect Mobile 2, pag7 Accesorii: Da, Aplicator 1cm2 inclus, Brosura Intelect Mobile 2, pag7 Da Aplicator 5cm2 inclus, Brosura Intelect Mobile 2, pag7 Da, Gel 1L	Registrul de stat: DM000626921
Lotul 15						
Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet	Intelect Mobile 2	Franta/ SUA	DJO/ Chattanooga	Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet Ecran dimensiune Minim 4 inch, color, tactil Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale,	Da, Intelect Mobile 2 Ultrasound Parametru Specificație Da, 7inch, tactil, color Brosura Intelect Mobile 2, pag3 Da, 1 – 3MHz, Brosura Intelect Mobile 2, pag7	Registrul de stat: DM000626921

				fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu sau pulsatoriu Timpul de tratament $\geq 1-30$ minute Programe presetate Obligatoriu Programe personalizate Obligatoriu Tensiune 220 V, 50 Hz Accesorii: Sonda cu suprafață de $\sim 1 \text{ cm}^2$: ≥ 1 bucată Sonda cu suprafață de $\sim 4-5 \text{ cm}^2$: ≥ 1 bucată Gel de contact: ≥ 1 litru	Da, 10%, 20%, 50% Continuu, Brosura Intellect Mobile 2, pag7 Da, Manual Intellect Mobile 2, pag27 Da, SPS, Brosura Intellect Mobile 2, pag4 Da, produce custom treatment, Brosura Intellect Mobile 2, pag4 Da, Brosura Intellect Mobile 2, pag7 Accesorii: Da, Aplicator 1cm2 inclus, Brosura Intellect Mobile 2, pag7 Da Aplicator 5cm2 inclus, Brosura Intellect Mobile 2, pag7 Da, Gel 1L	
Lotul 19						
Electroterapie cu 4 canale	Intellect Neo	Franta/ SUA	DJO/ Chattanooga	Electroterapie cu 4 canale Electroterapie: Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Ecran color Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de curenti: TENS – obligatoriu Minim alte 10 tipuri de forme de unde – (de ex. Galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert) Calcul automat al reobazei, cronaxiei - obligatoriu Semnal stimulare CC si CV Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament obligatoriu Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii (., să se indice codurile produselor oferite) Cabluri bipolare 4 buc. Electrod electroterapie 4 buc. Troleu dispozitiv 1 buc. Cerințe: Anul producerii minim 2024	Intellect Neo Da, Brosura Intellect Neo, pag 2 Da, ecran color, Brosura Intellect Neo, pag 7 Da, 4 canale , Brosura Intellect Neo, pag 6 Da, Manual Intellect Neo, pag35-39 Da, S/D Curve, Manual Intellect Neo, pag56 Da, CC, CV, Manual Intellect Neo, pag35 Da, Manual Intellect Neo, pag35 Da, sunet finalizare tratament Da, CPS, Brosura Intellect Neo, pag 3 Da, custom programs, Brosura Intellect Neo, pag 4 Da, USB, Brosura Intellect Neo, pag 4 Da, Manual Intellect Neo, pag29 Da, 4 cabluri, Manual Intellect Neo, pag18, 19 Da, Dura-Stick, Manual Intellect Neo, pag40 Da, troleu, Manual Intellect Neo, pag18, 19 Cerințe: Da, anul producerii 2025	Registrul de stat: DM000657566

				Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. Ghid rapid de utilizare în limba română	Da, 24 luni Da, servicii de mentenanță pe perioada de garanție Manual de utilizare în română Manual de service în engleză Da, training de utilizare inclus Da, training pentru personal ethnic Da Da, ghid rapid în română	
Lotul 24						
Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet	Intelect Mobile 2	Franta/SUA	DJO/ Chattanooga	Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet Parametru Specificație Ecran dimensiune Minim 4 inch, color, tactil Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu sau pulsatoriu Timpul de tratament ≥ 1–30 minute Programe presetate Obligatoriu Programe personalizate Obligatoriu Tensiune 220 V, 50 Hz Accesorii: Sonda cu suprafață de ~1 cm²: ≥ 1 bucată Sonda cu suprafață de ~4-5 cm²: ≥ 1 bucată Gel de contact: ≥ 1 litru	Da, Intelect Mobile 2 Ultrasound Parametru Specificație Da, 7inch, tactil, color Brosura Intelect Mobile 2, pag3 Da, 1 – 3MHz, Brosura Intelect Mobile 2, pag7 Da, 10%, 20%, 50% Continuu, Brosura Intelect Mobile 2, pag7 Da, Manual Intelect Mobile 2, pag27 Da, SPS, Brosura Intelect Mobile 2, pag4 Da, produce custom treatment, Brosura Intelect Mobile 2, pag4 Da, Brosura Intelect Mobile 2, pag7 Accesorii: Da, Aplicator 1cm2 inclus, Brosura Intelect Mobile 2, pag7 Da Aplicator 5cm2 inclus, Brosura Intelect Mobile 2, pag7 Da, Gel 1L	Registrul de stat: DM000626921

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav În calitate de: Director
Ofertantul: I.M. „, Dutchmed-M” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21 oficiu S108