



MD – 2020, or. Chișinău,
srt. Calea Orheiului 111/5
tel. 406 - 299; 406 – 282,
tel./fax. 406 – 271
GSM 069140864
www.becor.md

МД 2020, г.Кишинэу,
ул. Калеа Орхейулуй 111/5
тел. 406 - 299;406 - 282
факс. 406 - 271
GSM 069140864
www.becor.md

Nr :209/24
Data:16.12.2024

Catre: I.M.S.P. SR Telenesti

În atenția : Comisiei de evaluare a ofertelor la procedura privind achiziția Achizitionarea reagenți si consumabile de laborator pentru aparatele de sistem inchis pentru anul 2025 prin procedura de achiziție licitație deschisa Nr: ocds-b3wdp1-MD-1733822068949 din data de 20.12.2024

Declarație

Prin prezenta, confirmam:

Prin prezenta ,garantam :

- 1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
- 2.Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.
- 3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului.
- 4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).
- 5.Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător).
- 6.Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigider sau încăpere dotată cu echipament specific).
- 7.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul, lotul, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cel de pe eticheta componentului incluse în set.
- 8.Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza,). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

Multumim pentru colaborare!
Cu consideratie,

Iurie Bezer
Director ,IM Becor SRL
Ex.Lazari Cristina