

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1714661820063 / 21223571 din 10/05/2024						Data: 10/05/2024		
Obiectul achiziției: Piese pentru dispozitive medicale (repetat))						Lot: 5, 6, 10		
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință
3310000-1	5	Capcană de vapori compatibil cu autoclav BMT SP HP E 6618 2E	31815	Germania	MMM Group	Capcană de vapori compatibil cu autoclav BMT SP HP E 6618 2E	Condensate drain-off 1/2" BPT 13 A-E	ISO
3310000-1	6	Element încălzitor compatibil cu generator de aburi de la autoclav BMT SP HP E 6618 2E, garanție 1 an	574402	Germania	MMM Group	Element încălzitor compatibil cu generator de aburi de la autoclav BMT SP HP E 6618 2E, garanție 1 an	Heat.element 9KW R11/2"VA220/380	ISO
3310000-1	10	Sensor de nivel al apei compatibil cu autoclav BMT SP HP E 6618 2E	10048372	Germania	MMM Group	Sensor de nivel al apei compatibil cu autoclav BMT SP HP E 6618 2E	Float level switch FD-1S110065	ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova