

Specificațiile sistemului de pipetare

Specificațiile sistemului de pipetare	
Tipuri de probe	Ser/plasmă Urină Lichid cefalorahidian (LCR) Supernatant Sânge integral pentru HbA1c; utilizând pipetorul S2 Hemolizat pentru HbA1c; utilizând pipetorul S1. Salivă Hemolizat Lichid amniotic Scaun procesat Plasmă Ser
Durata ciclului de pipetare	Pipetorul S1: 3,6 s Pipetorul S2: 7,2 s
Volum de pipetare a probelor (S1)	1,0–25,0 µl (pași de 0,1 µl) Sunt necesare 2 cicluri pentru 15,1–25,0 µl
Volum de pipetare a probelor (S2)	1,3–2,0 µl (pași de 0,1 µl) cu metoda de împingere a apei
Detecție nivel lichid probă	Da
Detecția cheagurilor	Da
Detecția aspirării aerului (S1)	Da Este detectată o presiune de aspirare anormală pentru aspirarea pipetorului S1.

Specificațiile sistemului de pipetare al unității analitice **c 503**

Subiecte asociate

- Despre unitatea analitică **c 503** (126)

Specificațiile sistemului de reacție

Specificațiile sistemului de reacție	
Număr de aplicații	680
Capacitate maximă de procesare^(a)	Fotometric: 1000 teste/oră HbA1c: 500 probe/oră
Numărul de celule de reacție	221
Numărul segmentelor celulelor de reacție	13 (17 celule/segment)
Volum de reacție	75–185 µl (volum de reacție detectabil)

(a) Capacitatea de procesare poate fi redusă din cauza unor condiții cum ar fi diluția probelor, spălarea specială sau întârzieri cauzate de furnizarea probelor.

Specificațiile generale ale sistemului de reacție al unității analitice **c 503**