

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1664979956308	Data: 14.11.2022
Obiectul achiziției:	Achiziționarea centralizată de Consumabile pentru Dispozitive Medicale de tip deschis Lista Suplimentară conform necesităților	Lot: 16,18,22,30-35,37,38,56-59,61

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	16	Hartie ECG 80 mm x 20 m (80x30)	BIOCARE ECG iE300 10.080.12 80*20	Spania	AB MEDICA GROUP, S.A.	Hârtie ECG 80 mm x 20 m (80x30) compatibil cu 3K 3T-01-P-J/2	Hârtie ECG 80 mm x 20 m (80x30) compatibil cu 3K 3T-01-P-J/2. (pagina din catalog 3)	CE, ISO
33100000-1	18	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă	COMEN CM1200B 10.215.03 215*25	Spania	AB MEDICA GROUP, S.A.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj roșu/albastru, compatibil cu ECG CM 1200B	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj roșu/albastru, compatibil cu ECG CM 1200B (pagina din catalog 6)	CE, ISO
33100000-1	22	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: plătat.	GENERAL ELECTRIC MAC 2000 29.210.22 210*295*150 RED	Spania	AB MEDICA GROUP, S.A.	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: plătat, compatibil cu GE Medical MAC-2000	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: plătat, compatibil cu GE Medical MAC-2000. (pagina din catalog 9)	CE, ISO
33100000-1	30	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x200m	STERILIZATION REEL 10 cm * 200 m SR10200	Turcia	MEDSTER TIBBİ CIHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Rolă din hârtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie tiparită dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare	Rolă din hârtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie tiparită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a	CE, ISO
33100000-1	31	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x200m	STERILIZATION REEL 15 cm * 200 m SR15200	Turcia	MEDSTER TIBBİ CIHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Rolă din hârtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie tiparită dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare	Rolă din hârtie măr. 150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie tiparită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a	CE, ISO
33100000-1	32	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x200m	STERILIZATION REEL 20 cm * 200 m SR20200	Turcia	MEDSTER TIBBİ CIHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Rolă din hârtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie tiparită dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare	Rolă din hârtie măr. 200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie tiparită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a	CE, ISO
33100000-1	33	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x200m	STERILIZATION REEL 25 cm * 200 m SR25200	Turcia	MEDSTER TIBBİ CIHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ.	Rolă din hârtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie tiparită dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a	Rolă din hârtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tiparita dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN	CE, ISO

33100000-1	34	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	STERILIZATION REEL 30 cm * 200 m SR30200	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.	Rollă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a	Rollă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN	CE, ISO
33100000-1	35	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 350mm x 200m	STERILIZATION REEL 35 cm * 200 m SR15200	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.	Rollă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare	Rollă din hîrtie măr. 350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a	CE, ISO
33100000-1	37	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 50mm x 200m	STERILIZATION REEL 5 cm * 200 m SR05200	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.	Rollă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare	Rollă din hîrtie măr. 50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a	CE, ISO
33100000-1	38	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 75mm x 200m	STERILIZATION REEL 7,5 cm * 200 m SR75200	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.	Rollă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare	Rollă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a	CE, ISO
33100000-1	56	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal	60.103	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.	2 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pină la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	2 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pină la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. <u>Pagina din catalog 11</u>	CE, ISO
33100000-1	57	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal	60.105	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.	2,5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, Trmoplastic la 37C, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	2,5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, Trmoplastic la 37C, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. <u>Pagina din catalog 11</u>	CE, ISO
33100000-1	58	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern	60.103	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.	3, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pină la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	3, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pină la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. <u>Pagina din catalog 11</u>	CE, ISO
33100000-1	59	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern	40.100	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. <u>Pagina din catalog 9</u>	CE, ISO
33100000-1	61	Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern	40.100	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. <u>Pagina din catalog 9</u>	CE, ISO
TOTAL								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS "Farmina" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**