

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Institutul de Cardiologie

adresa: 2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, str. Testimitanu 29/1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1680759807719 din 18.04.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Kituri și consumabile pentru dializa 2023 noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 13.04.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Institutul de Cardiologie

adresa: 2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, str. Testimianu 29/1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Kituri și consumabile pentru dializa 2023"

prin procedura de achiziție - Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) Nr.
ocds-b3wdp1-MD-1680759807719 din 18.04.2023

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de
18.05.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 13.04.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

		Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1680759807719 din 18.04.2023				
		Obiectul achiziției:		Kituri și consumabile pentru dializa 2023				
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Kit therapy CRRT (Amplya Kit)	Kit therapy CRRT (Amplya Kit)	IB0580914 CRRT KIT (mix configuration) 0.3, 0.5, 0.8, 1.4, 1.7,2.2 m2	SUA/Italia	Medtronic/Bellco	Setul alcatuit din segmente de tubulatura, linii si camere de de aerare, precum si filtru, montate pe o placa, total preconectate. Kitul contine: Linie arteriala cu linii auxiliare pentru heparina si citrat, 5 linii pentru solutia de dializat, dotat cu punga de incalzire, Linie de predilutie pentru pompa nr. 5 auxiliara. Linie de evacuare 5 pungi effluent cu volum de 5 L Filtru cu membrana din DIAPES 5 filtre pentru protectia porturilor de presiune Kitul trebuie sa fie destinat tuturor terapiilor CRRT si este disponibile in 6 variante de suprafete ale membranelor, cuprinse intre 0,3mp si 2,2 mp Kitul permite un flux de sange cuprins intre 10 ml/min si 500 ml/min . Setul trebuie sa aiba marcaj CE	Setul alcatuit din segmente de tubulatura, linii si camere de de aerare, precum si filtru, montate pe o placa, total preconectate. Kitul contine: Linie arteriala cu linii auxiliare pentru heparina si citrat, 5 linii pentru solutia de dializat, dotat cu punga de incalzire, Linie de predilutie pentru pompa nr. 5 auxiliara. Linie de evacuare 5 pungi effluent cu volum de 5 L Filtru cu membrana din DIAPES 5 filtre pentru protectia porturilor de presiune Kitul trebuie sa fie destinat tuturor terapiilor CRRT si este disponibile in 6 variante de suprafete ale membranelor, cuprinse intre 0,3mp si 2,2 mp Kitul permite un flux de sange cuprins intre 10 ml/min si 500 ml/min . Setul trebuie sa aiba marcaj CE	ISO, CE
1.2		Punga de golire Waste bag 5 L.	IB0507006 Waste bags 2 pieces	SUA/Italia	Medtronic/Bellco	Punga trebuie sa aiba un port de golire si unul pentru conectarea liniei effluent prosusul trebuie sa detina marcaj CE	Punga trebuie sa aiba un port de golire si unul pentru conectarea liniei effluent prosusul trebuie sa detina marcaj CE	ISO, CE
1.3		Bicarbonat hemofiltration solution	IB0930246/4/5 Bag bicompartimental 5 lt HMB36/4/2	SUA/Italia	Medtronic/Bellco	Solutia trebuie sa fie destinata terapiilor CRRT si sa fie fara lactat. Trebuie sa aiba 2 moli potasiu si o osmolaritate mai mare de 295 mOsm/l Concentratia de bicarbonat sa fie cuprinsa intre 34 si 36 mmol/l, iar pH-ul solutiei sa fie cuprins intre 7-8 Trebuie sa fie ambalata in pungi de polietilena, dublu compartimentate- electrolitii si solutia tampon.	Solutia trebuie sa fie destinata terapiilor CRRT si sa fie fara lactat. Trebuie sa aiba 2 moli potasiu si o osmolaritate mai mare de 295 mOsm/l Concentratia de bicarbonat sa fie cuprinsa intre 34 si 36 mmol/l, iar pH-ul solutiei sa fie cuprins intre 7-8 Trebuie sa fie ambalata in pungi de polietilena, dublu compartimentate- electrolitii si solutia tampon.	ISO, CE

1.4	Kit Cateter Dializa High Flow Elite cu mandren 13.5 Fr x 200 mm	8888211220 Mahurkar Elite High Flow 13.5F/200MM *5KIT	SUA/Italia	Medtronic/Bellco	Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodinamic Mandren preinserat pentru insertie usoara Ac punctie 18 G Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.89 / 700 mm Sectiuni (arteriala si venoasa) impartite in mod egal 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock Dilator 13.5 Fr	Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodinamic Mandren preinserat pentru insertie usoara Ac punctie 18 G Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.89 / 700 mm Sectiuni (arteriala si venoasa) impartite in mod egal 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock Dilator 13.5 Fr	ISO, CE
-----	---	---	------------	------------------	--	--	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1680759807719 din 18.04.2023										
Obiectul achiziției:		Kituri și consumabile pentru dializa 2023										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Kit therapy CRRT (Amplya Kit)	Kit therapy CRRT (Amplya Kit)	buc	5	33 773.36	40 528.03	168 866.80	202 640.15	la solicitare, timp de 24 ore.	33100000-1	-	-
1.2		Punga de golire Waste bag 5 L.	buc	30	30.32	36.38	909.60	1 091.40	la solicitare, timp de 24 ore.	33100000-1	-	-
1.3		Bicarbonat hemofiltration solution	buc	300	265.82	318.98	79 746.00	95 694.00	la solicitare, timp de 24 ore.	33100000-1	-	-
1.4		Kit Cateter Dializa High Flow Elite cu mandren 13.5 Fr x 200 mm	buc	5	792.71	856.13	3 963.55	4 280.65	la solicitare, timp de 24 ore.	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							253 485.95	303 706.20				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90