

la Contractul nr. _____
din „__” _____ 20__

SPECIFICAȚIE Nr.2

(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]	Certificate de calitate / Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	33100 000-1	Dispozitiv de control al infecțiilor aerogene (aparat dezinfectie aer cu tehnologie plasma)	MidasAnAir 12015	România	MIDAS electronics	Specificație: Principiul de lucru: distrugere de microorganisme; Locul distrugerii microorganismelor: în interiorul dispozitivului; Tehnologia de bază: generare câmp plasmatic sau tehnologie analogică care asigură distrugerea microorganismelor fără a dăuna pacienților și lucrătorilor medicali în timpul lucrului; Nota! Pentru tehnologia UVC dispozitivul trebuie să ofere o zonă maximă de expunere la razele ultraviolete din aerul care trece, trebuie să fie proiectat pentru a direcționa fluxul de aer prin corpul dispozitivului, cu orificii de intrare și ieșiri situate la capetele opuse (longitudinal) ale corpului. Ventilatoarele și alte orificii care	Specificație: Principiul de lucru: distrugere de microorganisme cu o eficiență ridicată; Locul distrugerii microorganismelor: în interiorul dispozitivului; Tehnologia de bază: radiația ultravioletă Concentrată, este inofensivă, fără a dăuna pacienților și lucrătorilor medicali în timpul lucrului; Nota! Pentru tehnologia UVC dispozitivul trebuie să ofere o zonă maximă de expunere la razele ultraviolete din aerul care trece, trebuie să fie proiectat pentru a direcționa fluxul de aer prin corpul dispozitivului, cu orificii de intrare și ieșiri situate la capetele opuse (longitudinal) ale corpului.	Certificat CE, ISO 9001:2015 EN 61000, EN 51060, EN 61547, EN 170

					se află pe suprafețele superioare sau laterale ale carcasei nu sunt permise. Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Puterea totală a lămpilor UV ≥ 200 W Consum de energie maximal: ≤ 500W/h Volum de aer prelucrat: minim 250 m³/oră Construcție: carcasă metal, acoperit cu un strat anticoroziv sau carcasă inox Nivelul de zgomot: ≤ 56 dB Utilizarea dispozitivului în prezența personalului medical Prezența de produse secundare: fără emisie a produse secundare Dovada eficacității dispozitivului: Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de către alte laboratoare decât producătorul alimentarea : 230 VAC, 50 HZ	Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Puterea totală a lămpilor UV $\geq 4 \times 55$W Consum de energie maximal: ≤ 500W/h Volum de aer prelucrat: 400 m³/oră Construcție: carcasă metal, acoperit cu un strat anticoroziv sau carcasă inox Nivelul de zgomot: ≤ 40 dB Utilizarea dispozitivului în prezența personalului medical fără emisie a produse secundare Dovada eficacității dispozitivului: Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de către alte laboratoare decât producătorul: Buletine de analiză Institutul Național de Sănătate Publică București, România alimentarea : 110/230 VAC, 50 HZ	
--	--	--	--	--	---	--	--

Vînzătorul:

L.Ș.

Beneficiarul:

L.Ș.