Anexa nr. 22
La Documentatia standard nr. "115" din 15.09.2021

Specificaţii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1744978708263**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.9)**

Autoritatea contractantă: **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

nr. crt	Cod	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
1		Lampă bactericidă	T8 30 W	China	Haining Xinguangyuan Lighting	Lampă bactericidă 30W OZONE FREE ch (90 cm)	Lampă bactericidă 30W OZONE FREE ch (90 cm) **da**	CE, Declaratie de conformitate
2		Termometru pentru frigider	TC-7M1 (-30+100C)	Ucraina	Steclopribor	Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade Acurateț̦e 0.1 grade Descrierea Afișare (-30.0/+30.0°C)	Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii Material fără de mercur **da** Rezoluție 0.1 grade **da** Acurateț̦e 0.1 grade **da** Descrierea Afișare **(-30.0/+100.0°C)**	Declaratia de conformitate
9		Tonometru Maclakov	Maclakov	Rusia	AO Crasnogvardeet	Descriere: Măsurarea tensiunii intraoculare. Set de 2 greutăți de 10 grame, Rigla pentru măsurare. Temperatura de păstrare: 15 până la 35 °C Umiditatea relativă de funcționare: până la 85%, fără condensare.	Descriere: Măsurarea tensiunii intraoculare. Set de 2 greutăți de 10 grame, **da** Rigla pentru măsurare. **da** Temperatura de păstrare: **-50 până la 40 °C** Umiditatea relativă de funcționare: până la **98**%, fără condensare.	Declaratia de conformitate
27		Pulsoximetru de buzunar	Pulsoximetru LOX100A	China	Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acurateț̦e SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarme Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" obligatoriu "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 **70-99%** Pulsul **30-240 bpm** Acurateț̦e SPO2 **2% intre 70-100%** Pulsul **2% intre 30-250 bpm** Rezoluția SPO2 **1%** Pulsul **1 bpm** Afișaj SPO2 obligatoriu **da** Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu **da, p12** Valoare pulsului obligatoriu **da, p 7** Indicator baterie descărcată obligatoriu **da, p 7** Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu **da, p 13** Display **OLED p 12** Alarme Auditiv obligatoriu **nu, p 3 punctul 20** Vizual obligatoriu **da, p 8** Alimentare Baterie tip AAA Alkaline **da, p 6** "Stingerea automată în caz de neutilizare" obligatoriu **da, p 8** "Durata de funcționare în continuu" **20 ore** Set de baterii inclus 1 set **da, p 9**	ISO, CE

Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator

Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

Digitally signed by Potînga Stela
Date: 2025.06.10 14:54:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ