

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica

Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1676645057596 din 06.03.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2023 (repetat)

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 03.03.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile
conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2023 (repetat)"
prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1676645057596 din 06.03.2023
pentru o durată de 120 (una sută douăzeci) zile, respectiv până la data de
04.07.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 03.03.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1676645057596 din 06.03.2023		
Obiectul achiziției:						Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2023 (repetat)		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotică N 17 Manjetă redusă	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotică N 17 Manjetă redusă	ICV0917 BICARBON SLIMLINE	UK	Corcym	Aortice -Inel valvular și elementul de ocluzie sa fie confecționat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minimă -regurgitarea minimă în poziția închisă -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogenică și cu marker de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valve oferite sa fie cunoscute și utilizate curent în unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 17 Manjetă redusă	Aortice -Inel valvular și elementul de ocluzie sa fie confecționat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minimă -regurgitarea minimă în poziția închisă -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogenică și cu marker de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valve oferite sa fie cunoscute și utilizate curent în unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 17 Manjetă redusă	ISO, CE
2	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotică N19	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotică N19	ICV0919 BICARBON SLIMLINE	UK	Corcym	Aortice -Inel valvular și elementul de ocluzie sa fie confecționat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minimă -regurgitarea minimă în poziția închisă -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogenică și cu marker de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valve oferite sa fie cunoscute și utilizate curent în unități de specialitate din străinătate Mărimile solicitate: N19 Manjetă redusă	Aortice -Inel valvular și elementul de ocluzie sa fie confecționat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minimă -regurgitarea minimă în poziția închisă -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogenică și cu marker de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valve oferite sa fie cunoscute și utilizate curent în unități de specialitate din străinătate Mărimile solicitate: N19 Manjetă redusă	ISO, CE

3	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 21	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 21	ICV0921 BICARBON SLIMLINE	UK	Corcym	Aortice -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea $\geq 75-85^\circ$ -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima în poziția închisa -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marker de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Mărimile solicitate: N 21 Manjetă redusă	Aortice -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea $\geq 75-85^\circ$ -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima în poziția închisa -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marker de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Mărimile solicitate: N 21 Manjetă redusă	ISO, CE
4	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 23	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica N 23	ICV0923 BICARBON SLIMLINE	UK	Corcym	Aortice -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea $\geq 75-85^\circ$ -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima în poziția închisa -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marker de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 23 Manjetă redusă	Aortice -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea $\geq 75-85^\circ$ -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima în poziția închisa -valva ratabilă după inserție -material textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marker de implantarea -mecanism de protecție a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unități de specialitate din străinătate Marimele solicitate: N 23 Manjetă redusă	ISO, CE
9	Petic din PTFE, steril	Petic din PTFE, steril	1PCM001 Pericardial Membrane / 30P6004 PTFE patch	SUA	Gore-Tex / Bard	Latimea 5(+,-3) cm, lungimea 9(+,-3) cm, grosimea: 0.1 mm – 0.4 mm , cantitatea pentru dimensiunile expuse, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.	Latimea 5(+,-3) cm, lungimea 9(+,-3) cm, grosimea: 0.1 mm – 0.4 mm , cantitatea pentru dimensiunile expuse, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției.	ISO, CE

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 22
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

10	Clei chirurgical, medical,steril	Clei chirurgical, medical,steril	BG3515-5-G Adeziv chirurgical BioGlue 5 ml	SUA	Artivion Inc (Cryolife)	Bioadeziv medical, cantitatea 5-10 ml,setul este format din doua seringi care se conecteaza la o singura canula.Setul sa fie steril.Perioada de valabilitatea minimum 2 ani de data procurarii.	Bioadeziv medical, cantitatea 5-10 ml,setul este format din doua seringi care se conecteaza la o singura canula.Setul sa fie steril.Perioada de valabilitatea minimum 2 ani de data procurarii.	ISO, CE
----	----------------------------------	----------------------------------	--	-----	-------------------------	---	---	---------

Semnat: _____Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1676645057596 din 06.03.2023												
Obiectul achiziției:				Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2023 (repetat)								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotică N 17 Manjetă redusă	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotică N 17 Manjetă redusă	2	bucată	13 097.70	13 097.70	26 195.40	26 195.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
2	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotică N19	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotică N19	6	bucată	13 097.70	13 097.70	78 586.20	78 586.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
3	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotică N 21	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotică N 21	10	bucată	13 097.70	13 097.70	130 977.00	130 977.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
4	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotică N 23	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotică N 23	6	bucată	13 097.70	13 097.70	78 586.20	78 586.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
9	Petic din PTFE, steril	Petic din PTFE, steril	50	bucată	25 116.00	25 116.00	1 255 800.00	1 255 800.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
10	Clei chirurgical, medical,steril	Clei chirurgical, medical,steril	10	bucată	11 169.28	12 062.82	111 692.80	120 628.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	33100000-1	-	-
						TOTAL Oferta	1 681 837.60	1 690 773.00				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poiata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1676645057596 din 06.03.2023
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- termenul de valabilitate va fi cel puțin 80% din termenul de valabilitate inițial, de la momentul livrării-
- mostrele va fi prezentate în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante

Data completării: 03.03.2023

Cu stimă,

Poiata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)

DECLARAȚIE

**privind înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**

Noi SRL Biosistem mld ne obligăm să înregistrăm în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale bunurile oferite în cadrul procedurii de achiziției publice nr. ocde-b3wdp1-MD-1676645057596 din 06.03.2023 privind Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2023 (repetat)

La solicitarea autorității contractante ne obligăm să prezentăm numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în termen de 15 zile. Ne asumăm riscul respingerii ofertei în caz de neprezentare în termen a numărului de înregistrare la AMDM.

Data completării: 03.03.2023

Cu stimă,

Poiana Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____
(semnătura)