

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1637761078234** din 01/01/2022

Obiectul achiziției: necesarul de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 187: Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi	OctaCare	Turcia	Octamed	9,5x6,5 cm Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii. Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergen, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adesiune foarte bună, să fie radiotransparent.	9,5x6,5 cm Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii. Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergen, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adesiune foarte bună, să fie radiotransparent.	Certificate CE M3722.09

Lot 354: Test fluorescein	Bio Fluoro	India	Biotech Vision Care	Benzi de testare Fluoresceină: cu capăt absorbant oval, secțiune colorată cu margine rotunjite, ambalaj individual steril, fiecare bandă conține 1mg sodică, porțiunea colorată produsă din hârtie absorbantă, impregnată cu colorant.	Benzi de testare Fluoresceină: cu capăt absorbant oval, secțiune colorată cu margine rotunjite, ambalaj individual steril, fiecare bandă conține 1mg fluoresceină sodică, porțiunea colorată produsă din hârtie absorbantă, impregnată cu colorant.	Certificate CE 243116-2017-CE- Ind-NA-PS
Lot 355: Test Schirmer	Bio Schirmer	India	Biotech Vision Care	Benzi de testare Schirmer: confecționate din hârtie filtru special, cu lățimea 5mm, lungimea 4-5cm, cu capăt oval, ambalaj individual steril. Gradație milimetrică.	Benzi de testare Schirmer: confecționate din hârtie filtru special, cu lățimea 5mm, lungimea 4-5cm, cu capăt oval, ambalaj individual steril. Gradație milimetrică.	Certificate CE 243116-2017-CE- Ind-NA-PS



Semnătură: [Signature] Numele, Prenumele: Periceașu Elena în calitate de: Director
 Ofertantul: Genius Group SRL Adresa: Chișinău-dor, Fierarilor d.