

### Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

## I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE CAUSENI

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1771239980427 / 21566939 din 17.04.2026</b>						LOT : 7
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Reactive de laborator CS Căușeni 2026</b>						Pagina 1 din 1
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 7.</b> Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale	<b>FOB Rapid Test Cassette, nr.catalog TFO-602</b>	China	ALLTEST	Teste FOB cu metoda imunocromatografică de apreciere a cantităților minime de hemoglobină umană în masele fecale. Sensibilitate: 99 %; Specificitate: 99,9 %	<b>FOB Rapid Test Cassette</b> -test rapid pentru determinarea singelui ocult în mase fecale ,metoda imunocromatografică . Sensibilitate: 97.6 % ; Specificitate : 99,9 % <b>Nr.inregistrarii la AMDM- DM000377425</b> <b>Se anexeaza</b> : CE,Conformity,Catalog de la producator,Instrucțiune de utilizare,ISO	ISO, CE.

**Nume:** Varman Irina **În calitate de:** Administrator

**Ofertantul:** ProfilabDiagnostic SRL **Adresa:** mun. Chisinau, Dokucaev 6. of.61  
Semnat electronic