

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. 21176020 / ocds-b3wdp1-MD-1708528083253						Data: 13 martie 2024	Alternativa
Denumirea licitației:		Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor conform necesităților și IMSP beneficiare pentru anul 2024						Pagina: 1 din 2	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1	2		3		4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Introducer 6-9F de tip "peel-away" cu ghid hidrofil	Peel Away Introducer	405104 sau 405108 sau 405112 sau 405116 sau 405120	USA	SJM /Abbott	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038". (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 14 cm, diametru 6F-10F. (suplimentar la cele obligatorii vom livra si alte dimensiuni, la solicitare ulterioara) <i>Atasam pagina din catalog.</i>	DM000309278, DM000309279, DM000309280, DM000309281, DM000309281,
33100 000-1	2	Introducer 6-9F de tip "peel-away" cu valva hemostatica	Peel Away Introducer	405104 sau 405108 sau 405112 sau 405116 sau 405120	USA	SJM /Abbott	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038", contine valva siliconata hemostatica, care previne hemoragia si dilatator, diametru 6-10F, (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 14 cm, diametru 6F-10F. (suplimentar la cele obligatorii vom livra si alte dimensiuni, la solicitare ulterioara) <i>Atasam pagina din catalog.</i>	DM000309278, DM000309279, DM000309280, DM000309281, DM000309281,
33100 000-1	25	Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala	Swartz™ Braided Transseptal Guiding Introducers SL Series 63 cm Length 8 F–8.5 F	407449, 407439, 407453, 407451	USA	SJM /Abbott	Lungimea canulei utile de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatica,(pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatura SL0 si SL1; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi intrun plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teaca și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca sa fie acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm.	Lungimea canulei utile de 63 cm, cu ID de 8-8,5 F cu valva hemostatica, (pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral, cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatura SL0 si SL1; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul intr-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teaca și dilatator cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm.	Dosar in asteptare pentru notificare, pentru a fi inregistrat in RS al AMDM

33100 000-1	27	Electro cardiostimulator, steril	Endurity MRI™ Dual-Chamber Pacemaker	PM2172 + 2088TC- 52 + 2088TC-58 sau 2088TC-65	USA	SJM /Abbott	Implantabil in set cu electrod endocardial DDDR. – obligator adoptarea automata a regimului de stimulare; – termenul de functionare peste 7 ani . Operatorul economic va oferta în comodat un programator pe perioada utilizării electro cadiostimulatoarelor sau va oferta electro cadiostimulatoare compatibile cu programatoarele de la producătorul Medtronic sau ST. Jude Medical.	Implantabil in set cu electrod endocardial DDDR. – obligator adoptarea automata a regimului de stimulare; – termenul de functionare peste 7 ani. Vom oferta în comodat un programator pe perioada utilizării electro cadiostimulatoarelor, de la St Jude Medical. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	DM000307931 DM000503631 DM000503632
33100 000-1	28	Electro cardiostimulator, steril	Endurity MRI™ Single-Chamber Pacemaker	PM1172 + 2088TC- 52 sau 2088TC-58 sau 2088TC-65	USA	SJM /Abbott	Implantabil in set cu electrod VVI; – fregventa de stimulare (imp/min)-30-150 ; – termenul nominal de functionare peste 7 ani . Operatorul economic va oferta în comodat un programator pe perioada utilizării electro cadiostimulatoarelor sau va oferta electro cadiostimulatoare compatibile cu programatoarele de la producătorul Medtronic sau ST. Jude Medical.	Implantabil in set cu electrod VVI; – fregventa de stimulare (imp/min)-30-150 ; – termenul nominal de functionare peste 7 ani. Vom oferta în comodat un programator pe perioada utilizării electro cadiostimulatoarelor, de la St Jude Medical. <i>Atasam pagina din catalog.</i>	DM000307930 DM000503631 DM000503632

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi; În calitate de: director general;

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara64/2;

