

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1782975212152 din 18 august 2026
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100 000-1	1	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie (004221)	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie (004221)	ADV DSP BACKFLUSH SOFT TIP,25G	SUA	Alcon	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon De unică folosință, steril Pentru manipularea țesuturilor, hemoragiei și sângerării (echivalent cu GRIESHABER® Backflush)	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon De unică folosință, steril Pentru manipularea țesuturilor, hemoragiei și sângerării (echivalent cu GRIESHABER® Backflush) p.20 Vitret Global Catalog	337.84; DM000381561
33100 000-1	23	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon (004244)	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon (004244)	CEN FMS PACK,ACT.,9U 45 BAL	SUA	Alcon	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon Alcon surgical product guide p.41	8065752201; DM000430832
33100 000-1	24	Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie Constellation Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie (004245)	Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie Constellation Casete combinate pentru cataracta și vitrectomie (004245)	25+ CMB PAK 10K CPM,V,STD 0.9	SUA	Alcon	1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile;	1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile; p.4 Vitret Global Catalog	8065752450; DM000324187
33100 000-1	25	Casete pentru facoemulsificare Constellation Casete pentru facoemulsificare C (004246)	Casete pentru facoemulsificare Constellation Casete pentru facoemulsificare C (004246)	Ant pak 0.9 w/o pro	SUA	Alcon	1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2)Sterile;	1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2)Sterile; p.7 Vitret Global Catalog	8065751155; DM000324185
33100 000-1	26	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G (004247)	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G (004247)	CHANDELIER,25 GA,W/RFID	SUA	Alcon	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril p.10 Vitret Global Catalog	8065751577; DM000324160
33100 000-1	28	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc (004249)	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc (004249)	Lentila i/o SA60AT	SUA	Alcon	Cu cartuş pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuş cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acrylic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibile.	Cu cartuş pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul, getabile. Acrylic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG- laser compatibile. Alcon surgical product guide p.13	SA60AT; DM000001567

33100 000-1	29	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus (004250)	Cristalin artificial camera posteroara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus (004250)	Lentila i/o SY60WF	SUA	Alcon	Cu cartuș pentru incizia 2,2 – 2,4 mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile. Acrilic, hidrofob, biomaterial feniletilacrilat/hydroxyetilmecrilat copolimer. Optic asimetric biconvex 6,0 mm, haptica 13,0 mm, angulatia hapticelor 0 grade, margine patrată de 360°. Indice de refracție:1,55, obligator sa fie indicate, pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm,filtru lumina albastră. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119.1, să fie indicată obligatoriu pe mabalajul exterior. Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cît și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril , cît și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil	Cu cartuș pentru incizia 2,2 – 2,4 mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile. Acrilic, hidrofob, biomaterial feniletilacrilat/hydroxyetilmecrilat copolimer. Optic asimetric biconvex 6,0 mm, haptica 13,0 mm, angulatia hapticelor 0 grade, margine patrată de 360°. Indice de refracție:1,55, obligator sa fie indicate, pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm,filtru lumina albastră. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119.1 Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D P.10 Surgical Cataract Catalog, instructiune de utilizare	SY60WF; DM000821791
33100 000-1	42	Cristalin artificial camera posteroara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus (004254)1720	Cristalin artificial camera posteroara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus (004254)1720	Lentila i/o MA60AC	SUA	Alcon	Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. *	Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. * P.13 Alcon Surgical Product guide, Instructiune de utilizare	MA60AC; DM000269792
33100 000-1	37	Cristalin artificial multifocal (004259)	Cristalin artificial multifocal (004259)	Lentila i/o CNWTT0 Clareon PanOptix	SUA	Alcon	Cristalin artificial camera posteroară trifocal plialbil biomaterial copolimer hidrofob, rezistent la microvacuole (glistenings free) feniletilacrilat/hydroxyetilmecrilat cu filtru pentru UV si lumina albastră. Optic biconvex asferic cu zona diafractivă de 4,5 mm. Partea optica cu diametrul de 6,0mm, haptica 13,0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție:1.55. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 119,1, metoda prin imersie 118.7, să fie indicată obligatoriu pe mabalajul exterior. Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Cu o putere de adaugare pentru vederea intermediară de +2,17 si vederea de aproape de +3,25. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cît și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril , cît și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil	Cristalin artificial camera posteroară trifocal plialbil biomaterial copolimer hidrofob, rezistent la microvacuole (glistenings free) feniletilacrilat/hydroxyetilmecrilat cu filtru pentru UV si lumina albastră. Optic biconvex asferic cu zona difractivă de 4,5 mm. Partea optica cu diametrul de 6,0mm, haptica 13,0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție:1.55. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 119,1, metoda prin imersie 118.7 Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Cu o putere de adaugare pentru vederea intermediară de +2,17 si vederea de aproape de +3,25 P.10 Surgical Cataract Catalog, instructiune de utilizare	CNWTT0; DM000831575

33100 000-1	42	Cristalin artificial, camera posteroara, foldabil, monobloc, toric asferic (004260)	Cristalin artificial, camera posteroara, foldabil, monobloc, toric asferic (004260)	Lentila i/o CNW0T2-9 Clareon Toric	SUA	Alcon	Cristalin artificial acrylic, hidrofob, copolimer, rezistent la microvacuole (glistenings free) feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat cu filtru pentru UV +400nm si lumina albastră. Optic biconvex 6,0 mm., haptica 13,0mm, agulația hapticelor 0 grade, angulatia hapticelor 0 grade, marginea pastrată 360°. Destinat inciziei 2,2 – 2,4 mm, cartuş inclus. Gama dioptrică: pasul de +0.5D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Cilindrul 1,0-6,0D. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 119,1, metoda prin imersie 118.8. Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cît și a cartuşului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril, cît și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil.	Cristalin artificial acrylic, hidrofob, copolimer, rezistent la microvacuole (glistenings free) feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat cu filtru pentru UV +400nm si lumina albastră. Optic biconvex 6,0 mm., haptica 13,0mm, agulația hapticelor 0 grade, marginea pastrată 360°. Destinat inciziei 2,2 – 2,4 mm, cartuş inclus. Gama dioptrică: pasul de +0.5D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Cilindrul 1,0-6,0D. Constanta A: SRK/T metoda biometrică 119,1, metoda prin imersie 118.8. P.10 Surgical Cataract Catalog, instructiune de utilizare	CNW0T2-9; DM000821790
33100 000-1	49	Foarfece endooculare Curved (004272)	Foarfece endooculare Curved (004272)	REVOLUTION DSP 25GA CURVED	SUA	Alcon	Foarfece endooculare 25 G Curved, steril	Foarfece endooculare 25 G Curved, steril p.17 Vitret Global Catalog	705.52; DM000381565
33100 000-1	52	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului (004275)	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului (004275)	EXPRESS GLAUCOMA FILTRATION	SUA	Alcon	Implant OFTALMalmic biocompatibil, sistemul de drenaj, lungimea 2,64mm. Diametrul lumenului 50 µm, diametrul extern 0,4mm; 27G, preloaded.	Implant OFTALMalmic biocompatibil, sistemul de drenaj, lungimea 2,64mm. Diametrul lumenului 50 µm, diametrul extern 0,4mm; P.69 EU Surgical Catalog, instructiune de utilizare	8065050002;DM000654153
33100 000-1	56	Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System (004279)	Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System (004279)	ASSY SHIP KIT 9U	SUA	Alcon	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm.	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm. Alcon surgical product guide p.47	8065752900; DM000891920
33100 000-1	58	Pense endooculare ILA (004281)	Pense endooculare ILA (004281)	REVOLUTION DSP 25GA+ILM FORCEP	SUA	Alcon	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril P.17 Vitret GLOBAL Catalog	705.44P; DM000381566
33100 000-1	59	Pense endooculare Tips: MAX Grip (004282)	Pense endooculare Tips: MAX Grip (004282)	MAXGrip® REV DSP,25GA+	SUA	Alcon	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril P.17 Vitret GLOBAL Catalog	705.13P; DM000381562
33100 000-1	61	Piesa pentru vitrectomie anteroara compatibil cu Constellation Vision System (004284)	Piesa pentru vitrectomie anteroara compatibil cu Constellation Vision System (004284)	Assy, Ship, Anterior UltraVit 23 GA, 5000 CPM	SUA	Alcon	Piesa pentru vitrectomie anteroara compatibil cu Constellation Vision System 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 20GA;	Piesa pentru vitrectomie anteroara compatibil cu Constellation Vision System 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 23GA; P.19 E- Catalog Vitreo	8065751561;DM000337041
33100 000-1	62	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI PIESE p/u irigatie- as537piratie tehnica bimanuală compatibil cu aparatul ALCON INFINITI (004285)	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI PIESE p/u irigatie-as537piratie tehnica bimanuală compatibil cu aparatul ALCON INFINITI (004285)	ASSY,SHIP,I/A INTREPID BM HP	SUA	Alcon	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta P.48 Alcon Surgical Product guide	8065751922; DM000390700
33100 000-1	63	Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon (004286)	Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon (004286)	DIATHERMY PROBE DSP, 25GA	SUA	Alcon	Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta	Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta P.62 Alcon Surgical Product guide	339.21; DM000381676
33100 000-1	64	Proba endoîluminator compatibil cu Alcon Constellation (004287)	Proba endoîluminator compatibil cu Alcon Constellation (004287)	WIDE ANG ILL 25PLUS W/RFD	SUA	Alcon	"Proba endoîluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril	"Proba endoîluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril P.10 Vitred Global Catalog	8065751486; DM000324159
33100 000-1	65	Proba vitrectomie anteroara pentru aparatul Centurion Alcon (004288)	Proba vitrectomie anteroara pentru aparatul Centurion Alcon (004288)	ASSY,SHIP,CEN T ULTRAVIT 23GA	SUA	Alcon	Proba vitrectomie anteroara pentru aparatul Centurion Alcon, 23 GA steril,unica folosinta	Proba vitrectomie anteroara pentru aparatul Centurion Alcon, 23 GA steril,unica folosinta Alcon surgical product guide p.32	8065752134; DM000390688
33100 000-1	66	Set pentru injectarea uleiului de silicon (004289)	Set pentru injectarea uleiului de silicon (004289)	ASSY,SHIP,CO NS TELLATION VFC	SUA	Alcon	Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, Steril. Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. Canule 23G / 25G / 27G	Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, Steril. Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. Canule 23G / 25G / 27G Alcon surgical product guide p.62	8065750957; DM000390679
33100 000-1	67	Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon (004290)	Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon (004290)	BSS BAG 500ML CE 6 EU	SUA	Alcon	Solutie irigare-aspirare, in pungi de 500 ml, sterila, pentru facoemulsicatorul Centurion Alcon	Solutie irigare-aspirare, in pungi de 500 ml, sterila, pentru facoemulsicatorul Centurion Alcon Alcon surgical product guide p.54	0017950061;DM000320506
33100 000-1	68	Sonda endolaser (004291)	Sonda endolaser (004291)	ASSY,SHIP,FLE X LSR RFID 25GA	SUA	Alcon	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril.	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; curbata; 3) Steril. P.12 Vitred Global Catalog	8065751114; DM000390694

33100 000-1	69	Sonda endolaser 25 g, curbata (004292)	Sonda endolaser 25 g, curbata (004292)	25GA ILLUM FLEX CURVED LASER PRB	SUA	Alcon	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; curbata; 3) Steril.	Pentru aparatul Constellation Vision System; 25G; curbata;iluminata Steril. P.12 Vitret Global Catalog	8065751593;DM000390696
33100 000-1	71	Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G (004295)	Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G (004295)	25GA VALVED ENTRY SYS.3CT	SUA	Alcon	25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril	25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, P.8 Vitret Global Catalog	8065751658; DM000390667
33100 000-1	74	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatur ALCON INFINITI (004298)	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatur ALCON INFINITI (004298)	DIATHERMY PROBE DSP, 25GA	SUA	Alcon	Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, DSP 25G steril,unica folosinta	Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta P.62 Alcon Surgical Product guide	339.21; DM000381676
33100 000-1	75	Virf pentru faoemulsificare p-u aparatur Constellation Vision System (004299)	Virf pentru faoemulsificare p-u aparatur Constellation Vision System (004299)	0.9MM ABS MINI 45K TIP	SUA	Alcon	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0, 9 mm, curbat, 45 °, jentabil de unică folosință, steril . Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0, 9 mm, curbat, 45 °, jentabil de unică folosință, steril . Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip P.13 EU Surgical Catalog	8065752066; DM000390681
33100 000-1	85	Cristalin multifocal toric (S forma). (004309)	Cristalin multifocal toric (S forma). (004309)	CNWT2-6 Clareon PanOptix Toric	SUA	Alcon	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,5D la 6,0D cu pasul 0,75D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,0D la 3,75D cu pasul 0,75D P.10 Surgical Cataract Catalog, instructiune de utilizare	CNWT2-6; DM000831570;DM000831571;DM00 0831572;DM000831573;DM0008315 74
33100 000-1	90	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatur Centurion Alcon (004316)	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatur Centurion Alcon (004316)	Bipolar Cable 12 FT. Silicone, IEC- 601	SUA	Alcon	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon. P.47 Alcon surgical product guide	8065128402;DM000323507
33100 000-1	91	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatur Centurion Alcon N6 (cutie cu 6 buc) Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatur Centurion Alcon (004317)	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatur Centurion Alcon N6 (cutie cu 6 buc) Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatur Centurion Alcon (004317)	DIATHERMY PROBE DSP, 25GA	SUA	Alcon	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon	Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta P.62 Alcon Surgical Product guide	339.21; DM000381676
33100 000-1	95	Cristalin multifocal, toric (004321)	Cristalin multifocal, toric (004321)	Lentila i/o CNWT2-6 Clareon PanOptix Toric	SUA	Alcon	Cristalin multifocal, toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru 1D-3,75D	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,0D la 3,75D cu pasul 0,75D P.10 Surgical Cataract Catalog, instructiune de utilizare	CNWT2-6; DM000831570;DM000831571;DM00 0831572;DM000831573;DM0008315 74
33100 000-1	96	Cristalin toric (004322)	Cristalin toric (004322)	CNWET2-6 Clareon Vivify Toric	SUA	Alcon	Cristalin toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic assymetric X-Wave biconvex wavefront- shaping, asfericitate -0,2 µm.	Cristalin artificial camera posterioară pliabil cu vedere extinsă EDOF, toric, material copolymer hidrofob, filtru UV si lumina albastra. Optic biconvex X- Wave wavefront shaping, asferic anterior, asfericitate -0,2 µm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica L form de 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica – 119.2, metoda prin imersie – 118.8. Gama dioptrica +10.0...+30.0D cu pasul 0.5D Cilindru 1-3,75D. Destinat inciziei 2,2 mm, cartus inclus. P.7 Surgical Cataract Catalog, instructiune de utilizare	CNWET2-6; DM000831578;DM000831579;DM00 0831580;DM000831581;DM0008315 82
33100 000-1	112	Miner pentru instrument vitreoretinian (008243)	Miner pentru instrument vitreoretinian (008243)	REVOLUTION HANDLE BLUE	SUA	Alcon	Miner pentru instrument vitreoretinian model prin presare, control cu 2 degete, lungimea 120 mm	Miner resterilizabil pentru instrument vitreoretinian model prin presare, control cu 2 degete P.34 E-Catalog Vitreo	712.00.42; DM000381495

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Perepelița În calitate de: Administrator

Ofertantul: _____ Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3