

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice v ☐de încheiere a acordului-cadru ☐de anulare a procedurii de atribuire ☐

DECIZIE DE REEVALUARE

în baza: ☐ deciziei ANSC; ☐ raportului de monitorizare; ☐ decizie autoritatii contractante

Nr1 din 09 iulie 2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Nisporeni
Localitate	Or. Nisporeni
IDNO	1007601004788
Adresa	Str. Ioan vodă,2
Număr de telefon	026422440
Număr de fax	026422058
E-mail oficial	achizitiinisporeni@gmail.com
Adresa de internet	www.nisporeni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Nina Guțanu

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri v ☒ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri v ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	Dispozitiv de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală
Cod CPV	3319100-5
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1622547223706 Data publicării: 25,05,2021
Platforma de achiziții publice utilizată	v ☒ achizitii.md ; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 20.05.2021 Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat ; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: (donații)

Valoarea estimată (lei, fără TVA)

2080000.00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	01 iunie 2021
Expunere succintă a rezumatului demersului 01,06,2021	Specificatii tehnice Întrebare: Buna ziua, Nu ati atasat specificatiile tehnice a bunului
Expunerea succintă a rezumatului raspuns, data răspuns 01,06,2021	Răspuns (1 iun 2021, 15:57): Bună ziua , specificațiile tehnice sunt indicate în anunț(pag. 1,2) și în documentația standart
Expunere întrebare,Data transiterii 03,06,2021	La începutul specificațiilor tehnice: „Conceput p/u fărămișarea și decontaminarea prin sterilizare/autoclavare ... automatizat”. Ce presupune noțiunea „automatizat” ?
Răspunsul la demers, data 08,06,2021	Răspuns (8 iun 2021, 08:28): Dispozitivul trebuie să funcționeze automat.
Expunere succintă demers,data03,06,2021	3 iun 2021, 14:24 Subiectul întrebării: Clarificare nr. 2 - specificatie tehnica Întrebare: Timpul maxim pentru deșeuri densitate medie – 35 min deșeuri umede, lichide – 50 min. De unde așa informație? Durata ciclului depinde nu de gradul de umiditate a deșeurilor, dar de alți factori, cum ar fi materialul, structura, volumul/greutatea totală etc. Articolul 37 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice - Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor Pct. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret.
Expunere succintă răspuns, data-07,06,2021	Nu considerăm că am făcut referință la o anumită marcă comercială. În viziunea noastră, am solicitat ceea ce considerăm necesar.
Expunere succintă demers 03,06,2021	Subiectul întrebării: Clarificare nr. 3 - specificatie tehnica Întrebare: Capacitatea de fărămișare și decontaminare pentru deșeuri cu densitate medie – cel puțin 12 kg/oră, pentru deșeuri umede sau

	lichide – cel puțin 20 kg/oră. Fărâmițarea 12...20 kg/oră? Sau decontaminare 20 kg/oră? Dar dacă deșeuri în amestecate – și umede, și uscate? Dacă parametru se referă la viteza fărâmițării, se va aștepta ca 20 kg de deșeuri să se macine timp de cel puțin 1 oră? „Cel puțin 1 oră”: Se poate și mai mult de 1 oră?
Expunere succintă răspuns, data 07,06,2021	presupunem ca deșeurile medicale vor fi separate în depebndență de gradul de densitate.
Expunere succintă demers , data 03,06,2021	Clarificare nr. 4 - specificație tehnica Întrebare: Tip- Shredder cu mecanism automat de presare a deșeurilor către shredder”. Dar nicăieri nu se indică – shredderul trebuie să fie încorporat în autoclav? Sau separat? Dacă separat, cine va decontamina shredderul acesta?
Expunere succintă răspuns, data 08,06,2021	Da, încorporat
Expunere succintă demers, data 03,06,2021	„Încărcarea – automat”. Se face remiterea spre pct. 1, unde se menționează despre faptul că dispozitivul trebuie să fie automatizat? Sau sunt 2 cerințe ce țin despre aspecte diferite? Ce presupune încărcarea automatizată? Operatorul nu încarcă deșeurile în mod manual în dispozitiv, dar le încarcă într-un bac care pe urmă se răstoarnă în camera de autoclavare? Sau le pune pe un conveyer? Cine pe urmă dezinfectează bacul/conveierul?
Expunere succintă răspuns, data 08,06,2021	Deșeurile vor fi colectate în saci de polietilenă, care, ulterior vor fi încărcate în camera de autoclavare.
Expunere succintă demers, data 03,06,2021	„Filtru de protecție pentru utilizator contra contaminării cu covid-19”. Ce are comun aparat de tip dat cu filtru de protecție? Unde el se utilizează? La care etapă de funcționare? De ce doar protecție contra covid-19? Deșeuri medicale sunt îmbibate cu orice tip de boală.
Expunere succintă răspuns 08,06,2021	Filtru de protecție pentru utilizator contra contaminării cu covid-19 , se solicită ca și accesoriu.
Expunere succintă demers 03,06,2021	„Sistemă de răcire a blocului electric”. Ce fel de răcire? O răcire specială? A cărui bloc electric? Piese electrice sunt în tot volum al aparatului.
Expunere succintă răspuns 08,06,2021	Sistemă de răcire integrată ,a blocului electric principal.
Expunere succintă demers 03,06,2021	„Termoprinter integrat, cu transmiterea datelor pe USB”. Termoprinter are rol de a imprima hârtie cu raportul ciclului de sterilizare, dar de nu a transmite date prin USB. Dar dacă se are în vedere că dispozitivul transmite date de la sine la imprimantă termică prin cablu USB, oare aceasta are sens? Oare nu este indiferent prin ce interfață se transmit date la imprimantă termică încorporată?

Expunere succintă răspuns 08,06,2021	Cu transmiterea datelor pe un purtător extern USB.
Expunere succintă demers 03,06,2021,	Accesorii incluse: Șervețele de curățare. Pentru ce ele se vor utiliza? Ce de curățat? Aparatul se autoclavează, el nu trebuie curățat în interior.
Expunere succintă răspuns 08,06,2021	Pentru curățare exterioară.
Expunere succintă demers 03,06,2021	Mănuși de protecție termică. Pentru ce ele se vor utiliza? Operatorul nu va scoate cu mănuși deșeurile autoclavate. Ele trebuiesc evacuate fără necesitatea ca să le răscolești cu mâna.
Expunere succintă răspuns 08,06,2021	Operatorul va lucra cu dispozitivul în mănuși de protecție. E clar că nu va scoate deșeurile manual, doar dispozitivul va fi automatizat.
Expunere succintă demers 03,06,2021	„Amenajarea spațiului se va face de către operator economic.” Ce presupune amenajarea spațiului? Lucrări de reparație capitală/reparație estetică? Tragerea comunicațiilor către aparat? Sau doar conectarea comunicațiilor (apă, canalizare, electricitate) existente în camera unde va fi instalat dispozitivul nemijlocit la aparat?
Expunere succintă răspuns 08,06,2021	Se are în vedere conectarea comunicațiilor.
Expunere succintă demers 03,06,2021	Lotul a fost numit „Incinerator”. Incinerator este un dispozitiv care prelucrează încărcătura prin incinerare, adică prin ardere. Este complet diferit de aceea ce se cere în specificații tehnice, în care se descrie sistem care constă din autoclav și shredder. Nu corespunde ceea ce se cere cu ceea ce se descrie în specificație.
Expunere succintă răspuns 07,06,2021	A fost modificată denumirea obiectului achiziției.
Expunere succintă demers 03,06,2021	Documente: Ce are comun certificatul de la ANRANR cu decontaminarea deșeurilor? ANRANR - Agenția Națională de Reglementare a Activităților NUCLEARE SI RADIOLOGICE
Expunere succintă răspuns 07,06,2021	Cerința respectivă a fost exclusă.
Expunere succintă demers 03,06,2021	Pentru ce e necesară autorizație de la ANRANR pentru decontaminarea deșeurilor? ANRANR reglementează activitatea în domeniul radiațiilor ionizante.
Expunere succintă răspuns 07,06,2021	S-a exclus din cerințe autorizația de la ANRANR.
Expunere succintă demers 08,06,2021	Buna ziua, nu ati operat modificari si in specificatia tehnica atasata. In continuare figureaza "Specificatii tehnice pentru Incinerator-Conceput pentru fărîmîțarea și decontaminarea prin sterilizare/ ". Solicitam respectuos sa operati modificarile de rigoare
Expunere succintă răspuns 08,06,2021	Bună ziua, am operat modificări în specificația tehnică.
Expunere succintă demers 08,06,2021	Buna ziua, MSMPS nu elibereaza careva autorizatii vis-a-vis de activitatea mentionata. Acest fapt este usor de depistat accesind lista actelor permissive eliberate in Republica

	Moldova, inclusiv de catre MSMPs. Solicitam respectuos sa excludeti cerinta data.
Expunere succintă răspuns 08,06,2021	am exclus cerințele referitoare la autorizațiile emise de MSMPs.
Expunere succintă demers 08,06,2021	În calitate de răspuns la Clarificarea nr. 6 s-a indicat: Filtru de protecție pentru utilizator contra contaminării cu covid-19 , se solicită ca și accesoriu. Solicităm respectuos, să fie clarificat: Filtru de protecție contra Covid-19 - în calitate de costum pentru Operatorul sistemului? Sau dacă Vă referiți că ar fi un accesoriu al dispozitivului cu aceasta funcție - în acest caz, la care etapă se face filtrarea împotriva Covid-19? În timpul încărcării deșeurilor? Sau în timpul descărcării deșeurilor după autoclavare? Sau în timpul prelucrării lor cu shredder/autoclavare? Dacă în timpul încărcării deșeurilor - colectarea deșeurilor în pungi speciale se face nemijlocit la locul generării deșeurilor. Astfel, ele sunt izolate de mediu deja până a fi transportate la dispozitiv. În timpul descărcării deșeurilor după autoclavare - deja încărcătura este sterilă, nu are rost de vorbit despre protecția operatorului împotriva COVID-19. Iar în timpul măcinării/autoclavării deșeurile sunt izolate de operator și de mediu înconjurător - sistemul ar trebui să fie absolut ermetic, să nu fie vreo scurgere de abur în timpul autoclavării. Deci, rămâne întrebarea: Filtru de protecție contra Covid-19 - în calitate de costum pentru Operatorul sistemului? Sau dacă Vă referiți că ar fi un accesoriu al dispozitivului cu aceasta funcție - în acest caz, la care etapă se face filtrarea împotriva Covid-19? Dacă punctul dat în specificație a fost comis din eroare, solicităm respectuos să fie exclus din specificația tehnică
Expunere succintă răspuns 09,06,2021	Filtru de protecție pentru utilizator contra contaminării cu covid-19-este un filtru contra contaminării încrucișate cu Covid-19 și va servi ca siguranță dublă în procesul de mărunțire și decontaminarea deșeurilor.Operatorul va fi echipat cu costum de protecție asigurat de către angajator.
Expunere succintă demers 08,06,2021	S-a solicitat respectuos răspuns la întrebarea: Timpul maxim pentru deșeuri densitate medie – 35 min deșeuri umede, lichide – 50 min. De unde așa informație? Durata ciclului depinde nu de gradul de umiditate a deșeurilor, dar de alți factori, cum ar fi materialul, structura, volumul/greutatea totală. Concretizăm întrebarea: Vă referiți la timpul de autoclavare? Dacă da, atunci în cazul dat durata autoclavării presupune un timp fixat pentru orice tip de încărcătură. Sau Vă referiți la timpul total de procesare? Atunci timpul dat depinde, după cum s-a menționat anterior, de mai mulți factori. Înainte de autoclavare, încărcătura se îmbibă cu abur până se atinge un

	prag de temperatură/presiune setată pentru corectitudinea procesului, și îmbibarea aceasta poate să varieze în dependența de materialul, structura, volumul/greutatea totală. De aceea solicităm clarificări și detalii clare la acest subiect - ce s-a avut în vedere prin indicarea parametrului dat.
Expunere succintă răspuns 09,06,2021	Se solicită timpul maxim pentru un ciclu complet de decontaminare a deșeurilor medicale cu densitate medie-35 min și pentru deșeuri umede-timp maxim 50 min.
Expunere succintă demers 08,06,2021	Ne referim respectuos încă o dată la subiectul întrebării: Capacitatea de fărâmițare și decontaminare pentru deșeuri cu densitate medie – cel puțin 12 kg/oră, pentru deșeuri umede sau lichide – cel puțin 20 kg/oră. Ce se are în vedere: durata fărâmițării cel puțin 12...20 kg/oră? Sau durata decontaminării cel puțin 20 kg/oră? Dar dacă deșeuri is amestecate – și umede, și uscate? Dacă parametru se referă la viteza fărâmițării, se va aștepta ca 20 kg de deșeuri să se macine timp de cel puțin 1 oră? S-a indicat: „Cel puțin 1 oră”: Se poate și mai mult de 1 oră? Solicităm respectuos răspunsuri punct după punct, să fie o elucidare clară a solicitărilor emise. Mulțumim anticipat! Iar dacă punctul dat în specificație a fost comis din eroare, solicităm respectuos să fie exclus din specificația tehnică
Expunere succintă răspuns 09,06,2021	În specificațiile tehnice este stipulat destul de clar, în viziunea noastră-Capacitatea de fărâmițare și decontaminare pentru deșeuri cu densitate medie-cel puțin 12 kg/oră, pentru deșeuri umede sau lichide -20 kg/oră. Solicităm să cunoaștem care este capacitatea dispozitivului de procesare a deșeurilor în dependență de tipul acestora.
Expunere succintă demers 08,06,2021	Mulțumim pentru oferirea unui răspuns clar! Rugăm respectuos ca aceasta completarea clarificatoare să fie inclusă textual în specificația tehnică solicitată
Expunere succintă răspuns 09,06,2021	Se va ține cont de solicitarea Dstre
Expunere succintă demers 08,06,2021	Concretizare: la întrebarea precedentă - Mulțumim pentru oferirea unui răspuns clar!... Ne-am referit nu la Clarificarea nr. 3 Cauzată de o greșeală de tipar - ne-am referit la Clarificarea nr. 4. Deci, mulțumim pentru oferirea unui răspuns clar la clarificarea nr. 4! Rugăm respectuos ca aceasta completarea clarificatoare să fie inclusă textual în specificația tehnică solicitată
Expunere succintă răspuns 09,06,2021	Se va ține cont de solicitarea respectivă.
Expunere succintă demers 08,06,2021	În calitate de calificare pentru parametru „Încărcarea – automat”, ați indicat: Deșeurile vor fi colectate în saci de polietilenă, care, ulterior vor fi încărcate în camera de autoclavare. Deci, reiese că încărcarea deșeurilor în

	camera de sterilizare se efectuează manual, de către operatorul sistemului. Rezultă, că clarificarea indicată intră în contradicție cu parametru sus-menționat. Deci, dacă punctul dat în specificație a fost comis din eroare, solicităm respectuos să fie exclus din specificația tehnică sau să intervină o corectare acestuia în sensul corespunderii cu clarificările indicate anterior pe platformă - ÎNCĂRCAREA ÎN DISPOZITIV - DE CĂTRE OPERATOR
Expunere succintă răspuns 09,06,2021	Procesul de încărcare automată presupune închiderea Shreder-ului, a mecanismului de presare, sterilizare, formarea vacuumului în regim automat , fără a fi necesar ca operatorul să participe la acest proces.
Expunere succintă demers 08,06,2021	În calitate de clarificare pentru parametru „Termoprinter integrat, cu transmiterea datelor pe USB”, ați indicat: Cu transmiterea datelor pe un purtător extern USB. Considerăm că s-a oferit un răspuns neclar și evaziv. În întrebare s-a indicat clar: Termoprinter are rol de a imprima hârtie cu raportul ciclului de sterilizare, dar de nu a transmite date prin USB. În contextul dat, solicităm respectuos să fie elucidat momentul: se termoprinterul trebuie să transmită informație pe stick USB? Sau s-a avut în vedere că însuși dispozitivul trebuie să posede interfața USB pentru stocarea datelor pe stick? Dacă s-a avut în vedere ultima variantă, solicităm respectuos confirmarea acesteia, la fel și corectarea textuală în specificația tehnică: TERMOPRINTER INTEGRAT; și separat: POSIBILITATEA STOCĂRII DATELOR DE PE DISPOZITIV PRIN INTERFAȚA USB
Expunere succintă răspuns 09,06,2021	Se va include în specificația tehnică-„termoprinter integrat'', cu posibilitatea stocării datelor de pe dispozitiv prin interfața USB.
Expunere succintă demers 08,06,2021	Mulțumim pentru oferirea unui răspuns clar! Rugăm respectuos ca aceasta completare clarificatoare să fie inclusă textual în specificația tehnică solicitată: „Amenajarea spațiului: conectarea comunicațiilor (apă, canalizare, electricitate) existente în camera unde va fi instalat dispozitivul nemijlocit la aparat - se va face de către operator economic.”
Expunere succintă răspuns 09,06,2021	Se vor include în specificația tehnică detaliile respective. Totodată se va solicita ca fiecare ofertă să includă tot ce va fi necesar pentru instalarea utilajului în spațiul în care va fi instalat.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Au fost operate modificări în specificarea tehnică solicitată și criteriile privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție.
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[BAP]08.062021,09.06.2021.
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[2 zile]

5. Până la termenul-limită (data 01 iulie 2021 ora14:41), au depus oferta 4 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRLMedist Grup	1018600004516	Anghel Gabriela
	SRL ERICON	1003600000316	Bunic Gheorghe
	SRL GBG MLD	1003600117582	Ciaicovschi Tudor
	SRL ANCOTEC SISTEM	1003600119209	Matei Vasile

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Descrierea criteriului/cerinței	SRLMedist Grup	SRL ERICON	SRL GBG MLD
DUAЕ completat conform formularului propus de către autoritatea publică contractantă	+	+	+
Oferta,,Formularul F3.1 din,Documentația standart aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.173/2018-original –confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	+	+	+
Specificații de preț Formularul F4.2 din,Documentația standart aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.173/2018-original –confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	+	+	+
Specificația tehnică deplină solicitată Formularul F4.1. 2 din,Documentația standart aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.173/2018-original –confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	+	+	+
Garanția pentru ofertă 2% din valoarea ofertei fără tva, original, transfer sau garanție bancară, conform Formularului F3.2. 2 din,Documentația	+	+	+

standart aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.173/2018-original –confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.			
Documente confirmatoare și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	+	+	+
Declarația ofertantului Originală,confirmată prin semnătura electronică, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării. Instalarea va fi efectuată în decurs de 10 zile din data livrării acestuia.	+	+	+
Declarație de la ofertant Cu privire la garantarea perioadei de reacție-jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 48 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	+	+	+
Declarație de la ofertant care certifică că toate echipamentele sunt neutilizate și corespund cu specificațiile și cerințele tehnice confirmat prin semnătura electronica a Ofertantului	+	+	+
Declarație de la ofertant Original-confirmată prin semnătură electronică, în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2020.	+	+	+
Declarație de la ofertant cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	+	+	+
Declarație de la ofertant cu privire la instruirea personalului privind utilizarea dispozitivului medical instalat	+	+	+

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice-copie, confirmată prin semnătură electronică. Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal)	+	+	+
Garanția de bună execuție. La adjudecarea contractului operatorul economic câștigătorii vor prezenta garanția de bună execuție în valoare de 5%	+	+	+

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
	SRL MEDSIST	1795000.00	1 bucată	+	-
	SRL ERICON	1798000.00	1 bucată	+	-
	SRL GBG-MLD	1800000.00	1 bucată	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
---------------------------------	------------------------------------

SRL MEDIST GRUP	Specificațiile tehnice ale ofertantului SRL Medist Grup nu corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire , și anume, 1. S-a solicitat: Metoda de sterilizare: sterilizare/ autoclavarea cu aburi S-a oferit: Încălzire prin frecare (Căldură nepresurizată în aer umed)(broșura) 2. S-a solicitat- Capacitatea de încărcare- mai mult de 12 kg pe ciclu. Ofertantul nu a menționat exact ,(doar 15 kg/h) 3.S-a solicitatCapacitatea de fărâmițare și decontaminare pentru deșeuri cu densitate medie- cel puțin 12 kg/oră, pentru deșeuri umede sau lichide – cel puțin 20 kg/oră. Dispozitivul oferit nu corespunde cerințelor-nu procesează deșeuri umede sau lichide(manual, pag.6) 4. Nu corespunde: S-a solicitat: Tip- „ Shredder”, încorporat, cu mecanism automat de presare a deșeurilor către „Shredder”. S-a oferit: Lame rotative și contra-lame fixe., acestea vor avea un timp de utilizare scurt față de shredder, si nu va permite mărunțirea tuturor deșeurilor (seringi, sticlă) Nu se acceptă alt mecanism de fărâmițare în afară de shredder. 5.Nu corespunde S-a solicitat cu sistemă de dedurizare a apei. Operatorul economic menționează ca dispozitivul oferit nu necesită sistem de dedurizare a apei, aceasta fiind obligatoriu din motiv că apa este de calitate proastă, elementele de încălzire se deteriorează pe parcurs, aducând costuri adiționale. Pag 7 la Formularul Specificatii tehnice . 6.Nu corespunde S-a solicitat cu filtru de protecție anti COVID -19.Este menționat doar filtru Hepa și carbon activ.
SRL ERICON	1. Nu corespunde cerinței de a prelucra deșeurile lichide. 2. Nu corespunde-nu dispune de mecanism automat de presare a deșeurilor către shredder. 3. Nu corespunde.S-a solicitat temperatura pentru decontaminare prin autoclavare- min 135 gradeC. Se oferă 121-143

	gradeC. Temperatura de 121 gradeC nu se acceptă. 4. Nu corespunde. S-a solicitat dispozitiv cu sistemă de dedurizare a apei. În oferta propusă nu se regăsește cerința respectivă, aceasta fiind obligatorie din motiv că apa de calitate proastă acționează asupra elementelor de încălzire, deteriorându-le, pe parcurs solicitând costuri adiționale. 5. Nu corespunde. În oferta propusă nu se regăsește filtru de protecție pentru utilizator contra contaminării cu Covid-19.
--	--

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☒

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:




Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Dispozitiv de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală	SRL GBG-MLD	1 bucată	1800000.00	1800000.00	2160000.00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Mărcuță Vasile	Președinte	
2	Guțanu Nina	Secretar	
3	Tulbure Victor	Membru	
4	Lazar Vera	Membru	
5	Ivanov Victor	Membru	
6	Zmeu Sergiu	Membru	
7	Cioară Tatiana	Membru	
8	Tipa Savelii	Membru	