

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Serviciiul medical al MAI

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1766406793903 / 21528878 din 13.01.2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți pentru analizoare și teste rapide pentru anul 2026					Lot - 6 , 7	Pagina 1 din 2
Denumirea bunurilor /serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 6 Teste rapide						
6.1. Test rapid Strept.hemolitic grupa A	Strep A Rapid Test Cassette Nr.catalog IST-502	China	Hangzhou ALLTEST Biotech CO.,LTD	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Strep A Rapid Test Cassette - Test rapid Strept.hemolitic grupa A Nr. inregistrarii la AMDM- DM000377319 Conform cerintilor generale Se anexeaza : instructiune si certificatul de conformitate ,CE	ISO,CE
6.2. Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale	H.Pylori Antigen Rapid Test Cassette Nr. catalog IHP-602	China	Hangzhou ALLTEST Biotech CO.,LTD	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	H.Pylori Antigen Rapid Test Cassette -Test caseta. set din eprubetă cu bufer și pipetă dozator. Conform cerintilor generale. Nr. inregistrarii la AMDD- DM000377308 Se anexeaza : instructiune si certificatul de conformitate ,CE	ISO,CE
6.3. Determinarea calitativa a calprotectinei în materiile fecale prin metoda imunocromatografică, test rapid	Calprorectin Rapid Test Cassette Nr.catalog OCAL-602	China	Hangzhou ALLTEST Biotech CO.,LTD	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Calprorectin Rapid Test Cassette -Test caseta pentru determinarea calprotectinei în materii fecale. Conform cerintilor generale. Se anexeaza : instructiune si certificatul de conformitate ,CE	ISO,CE
6.4. Troponin I,test rapid	CTnI Rapid Test Cassette, Nr.catalog CTI-402	China	Hangzhou ALLTEST Biotech CO.,LTD	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	CTnI Rapid Test Cassette -Teste imunocromatografice, p/u determinarea troponinei I. Conform cerintelor generale. Nr. Inregistrarii la AMDM-DM000377338 Se anexeaza : instructiune de utilizare si certificatul de conformitate ,CE	ISO,CE
Lot 7 Teste rapide compatibile cu aparatul de tip închis Finecare						
7.1. Ddimer,test rapid	D-Dimer Test rapid cantitativ Nr.catalog W211	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	D -dimer test rapid cantitativ -din ser, plasma, sânge integral Metoda: FIA- imunofluorescentă . Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu Analizatorul FIA Meter Plus FS-113 Nr.inregistrarii la AMDM-DM000372782; ANALIZATOR - FS-113 DM000372759 Se anexeaza : instructiune si certificatul de conformitate ,CE	ISO,CE

7.2. cTnI/NP,pro BNP,test rapid,cantitativ	cTnI/NP,pro BNP Test rapid cantitativ Nr.catalog W223	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Determinarea cTnI/NP,pro BNP test rapid cantitativ din ser, plasma, sânge integral Metoda: FIA- imunofluorescență Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu Analizatorul FIA Meter Plus Nr.inregistrării la AMDM- DM000372767; Se anexeaza : instructiune si certificatul de conformitate ,CE	ISO,CE
7.3. PCT ,test rapid,cantitativ	PCT Test rapid cantitativ Nr.catalog W210	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	. PCT ,test rapid,cantitativ din ser, plasma, sânge integral Metoda: FIA- imunofluorescență Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu Analizatorul FIA Meter Plus Nr.inregistrării la AMDM- DM000372783; Se anexeaza : instructiune si certificatul de conformitate ,CE	ISO,CE
7.4. cTnI/CKMB/Myo.test rapid	cTnI/CKMB/Myo Test rapid cantitativ, Nr.Catalog W216	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Determinarea cTnI/CK-MB/Myo prin triplu test din ser, plasma, sânge integral .Metoda: FIA- imunofluorescență Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu Analizatorul FIA Meter Plus Nr.inregistrării la AMDM- DM000372763; Se anexeaza : instructiune si certificatul de conformitate ,CE	ISO,CE

Nume: Varman Irina **În calitate de:** Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, Dokucaev 6, of.61

Semnat electronic