

Specificatii Tehnice

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1691662565855** din **28.08.2023** nr. **21087920** Alternativa nr.

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2023 (repetat 3)**

Pagina 1 din 1

Cod CPV	Descrierea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde dpreferinta
1	2	3	4	5	6	7	
33100000-1	Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4	NL0116200	China	Shandong Haidike Medical Products CO.,LTD	Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	Capron(Nylon) / steril împletit -USP 1-METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	ISO, CE
33100000-1	Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3	NL2016200	China	Shandong Haidike Medical Products CO.,LTD	Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	Capron(Nylon) / steril împletit -USP 2/0-METRIC 3, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	ISO, CE
33100000-1	Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5	NL0216200	China	Shandong Haidike Medical Products CO.,LTD	Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	Capron(Nylon) / steril împletit -USP 2-METRIC 5, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril..	ISO, CE
33100000-1	Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2	NL3016200	China	Shandong Haidike Medical Products CO.,LTD	Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	Capron(Nylon) / steril împletit -USP 3/0, -METRIC 2, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril..	ISO, CE
33100000-1	Poliglicolic acid (PGA)	PGA00F0160	China	Shandong Haidike Medical Products CO.,LTD	Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Poliglicolic acid (PGA) USP 0 , L-75cm, 1ac 1/2, rotund 60mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
33100000-1	Poliglicolic acid (PGA)	PGA01F0160	China	Shandong Haidike Medical Products CO.,LTD	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid (PGA). USP 1, L- 75cm, 1ac 1/2 rotund, 60mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
33100000-1	Polipropilen (monofilament)	PP30F0124	China	Shandong Haidike Medical Products CO.,LTD	Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament). USP 3/0 ,L – 75 cm, 1/2 ac rotund 24 mm , corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură Nr inregistrarii AMDM - DM000377295	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele : **Varman Irina** , În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Profilabdiagnostic SRL** Adresa: **mun. Chisinău, str. Docuceaev,6**