

 <b>СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА</b>	<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b> ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19 тел.: 4722/34-56-85 факс: 4722/31-59-03 Internet: <a href="http://www.vladmiva.ru">www.vladmiva.ru</a> e-mail: <a href="mailto:postmaster@vladmiva.ru">postmaster@vladmiva.ru</a>
<b>ИЗДЕЛИЕ</b>	<b>УНИЦЕМ</b> (белый/светло-желтый/золотисто-желтый/бактерицидный)
<b>УПАКОВКА</b>	Порошок (банка) 50 г Жидкость (флакон) 30 г или Порошок (банка) 100 г Жидкость (флакон) 60 г
<b>ОПИСАНИЕ</b>	Цинк-фосфатный двухкомпонентный стоматологический цемент
<b>ПО ТРЕБОВАНИЯМ</b>	В соответствии с ГОСТ Р 15013-94, ГОСТ Р 51609-2000, ГОСТ Р 51744-2001 и директивой ЕЭС 93/42 ЕС
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ</b>	
Материал (вещество)	РЕГ. № CAS (Стомат. ассоц.)
	Кол. (%)
<u>Жидкость:</u>	
Кислота ортофосфорная	7664-38-2 ~25,0 %
Вода дистиллированная	— ~60,0 %
Модификатор	— ~15,0
<u>Порошок:</u>	
Окись цинка	1314-13-2 ~60,0
Окись магния	1309-48-4 ~15,0 %
Окись кремния	12506-18-2 ~20,0 %
Бактерицидная добавка	14808-60-7 ~5,0 %
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>  В СООТВЕТСТВИИ С УПОМЯНУТЫМ ГОСТ Р 51744-2001	
<b>СЕРТИФИКАЦИИ</b>	ГОССТАНДАРТ РОССИИ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
Дата: 25/05/2011 <b>СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА</b>	Подпись, печать 