

Specificații tehnice									
Numărul licitației:		LP nr. MD-1668064857335					Data: 01.12.2022		Alternativa nr.: n/a
Denumirea licitației:		Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator, reactivi și dezinfectanți conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2023							Pagina: 1 din 4
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
331000 00-1	1	Pipetă, tip VII	Pipetă, tip VII	1501 DM000036298	Italia	Aptaca	conform Anuntului de participare	Pipeta Pasteur 1 ml Destinație: pentru pipetarea componentelor în realizarea examinărilor de laborator imunohematologice. Proprietăți: a) din plastic transparent; b) nesterile;c) gradată;d) volum 1 ml. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate.	CE,ISO
331000 00-1	3	Con, tip V	Con, tip V	1402/G DM000036334	Italia	Aptaca	conform Anuntului de participare	Destinație: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăți: din plastic, volum 2-200mcl. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, condiții de păstrare) și notificarea „DE UZ UNIC”.	CE,ISO
331000 00-1	4	Con, tip VI	Con, tip VI	1001/G DM000036244	Italia	Aptaca	conform Anuntului de participare	Destinație: pentru realizarea examinărilor de laborator. Proprietăți: din plastic, volum 100-1000mcl. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, condiții de păstrare) și notificarea „DE UZ UNIC”.	CE,ISO
331000 00-1	7	Eprubetă, tip VI	Eprubetă, tip VI	6005/MOC DM000035787	Italia	Aptaca	conform Anuntului de participare	Destinație: pentru investigarea funcției hemostazei. Proprietăți: a) din plastic; b) volum 10 ml; c) fără gel/soluții de conservare și/sau anticoagulanți; d) formă conică negradată. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate.	CE,ISO

331000 00-1	9	Tub Eppendorf, tip II	Tub Eppendorf, tip II	1003 DM000035165	Italia	Aptaca	conform Anuntului de participare	Destinație: pentru stocarea probelor de laborator și păstrarea în seroteca. Proprietăți: a) volum de 1,5 ml; b) din plastic; c) cu capac plat; d) capacul se va închide ermetic. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie) și notificarea „DE UZ UNIC”. Prezența mostrei: 5 unități	CE,ISO
331000 00-1	10	Ricipient pentru colectarea urinei (Urocultor)	Ricipient pentru colectarea urinei (Urocultor)	2220 DM000035630	Italia	Aptaca	conform Anuntului de participare	Destinație: pentru colectarea urinei Proprietăți: din plastic cu capac, volum 200 ml formă conică negradată Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare).	CE,ISO
331000 00-33	45	Geloză nutritivă	Geloză nutritivă	610036 DM000040734	Italia	Liofilchem	conform Anuntului de participare	Destinație: Pentru examinări diagnostice in- vitro de laborator. Proprietăți: Pulbere pal –galbue, solubilă în apă. Forma de ambalare: livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare componentă..	CE,ISO
331000 00-58	70	Test pentru determinarea AgHBs,	Test pentru determinarea AgHBs,	Teste: 2G22-35 ARCHITECT HBsAg Qualitative II -1000 teste; Componente, accesorii, consumabile necesare testarii: Architect IA Common Diluent 7D82-50; Architect IA Pre-Trigger Solution 6E23-68; Architect IA Probe Conditioning Solution 1L56- 40; Architect IA Reaction Vessels 7C15-03; Architect IA Replacement Caps 4D19-01; Architect IA Sample Cups 7C14-01; Architect IA Septums 4D18-03; Architect IA Trigger Solution 6C55-63; Architect IA Wash Buffer 10L 6C54-88; HBsAg qualitative Calibrator Kit (Architect IA) 2G22-01; HBsAg qualitative Control Kit (Architect IA) 2G22-10; Natriumhypochlorit 0,5% 002527-1010.01; Hypochlorite 0,5% - 3917.	Irlanda	Abbott Ireland Diagnostic Division	conform Anuntului de participare	Conform Anexa 1	EC Certificat; Declarație de conformitate ; ISO 9001

331000 00-59	71	Test pentru determinarea anticorpilor anti-HCV,	Test pentru determinarea anticorpilor anti-HCV,	Teste: 6C37-38 ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit (1x500 Tests) -1000 teste; Componente, accesorii, consumabile necesare testarii: Architect IA Common Diluent 7D82-50; Architect IA Pre-Trigger Solution 6E23-68; Architect IA Probe Conditioning Solution 1L56-40; Architect IA Reaction Vessels 7C15-03; Architect IA Replacement Caps 4D19-01; Architect IA Sample Cups 7C14-01; Architect IA Septums 4D18-03; Architect IA Trigger Solution 6C55-63; Architect IA Wash Buffer 10L 6C54-88; Anti-HCV Calibrator Kit (Architect IA) 6C37-02; Anti-HCV Control Kit (Architect IA) 6C37-15; Natriumhypochlorit 0,5% 002527-1010.01; Hypochlorite 0,5% - 3917.	Germania	Abbott GmbH	conform Anuntului de participare	Conform Anexa 1	EC Certificat; Declaratie de conformitate ; ISO 9001; ISO 13485.
331000 00-60	72	Test pentru determinarea anticorpilor anti Treponema Pallidum,	Test pentru determinarea anticorpilor anti Treponema Pallidum,	Teste: 8D06-42 ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit (1x x500Tests) -500 teste; Componente, accesorii, consumabile necesare testarii: Architect IA Common Diluent 7D82-50; Architect IA Pre-Trigger Solution 6E23-68; Architect IA Probe Conditioning Solution 1L56-40; Architect IA Reaction Vessels 7C15-03; Architect IA Replacement Caps 4D19-01; Architect IA Sample Cups 7C14-01; Architect IA Septums 4D18-03; Architect IA Trigger Solution 6C55-63; Architect IA Wash Buffer 10L 6C54-88; Syphilis Calibrator Kit (Architect IA) 8D06-04; Syphilis Control Kit (Architect IA) 8D06-13; Natriumhypochlorit 0,5% 002527-1010.01; Hypochlorite 0,5% - 3917.	Germania	Abbott GmbH	conform Anuntului de participare	Conform Anexa 1	Declaratie de conformitate ; ISO 9001; ISO 13485.

331000 00-61	73	Test pentru determinarea simultană a Ag HIV-1 p24 și abticipilor anti-HIV1/anti-HIV2,	Test pentru determinarea simultană a Ag HIV-1 p24 și abticipilor anti-HIV1/anti-HIV2,	Teste: 4J27-37 ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit (1x x500Tests) -1000 teste; Componente, accesorii, consumabile necesare testării: Architect IA Common Diluent 7D82-50; Architect IA Pre-Trigger Solution 6E23-68; Architect IA Probe Conditioning Solution 1L56-40; Architect IA Reaction Vessels 7C15-03; Architect IA Replacement Caps 4D19-01; Architect IA Sample Cups 7C14-01; Architect IA Septums 4D18-03; Architect IA Trigger Solution 6C55-63; Architect IA Wash Buffer 10L 6C54-88; HIV Ag/Ab Calibrator Kit (Architect IA) 4J27-03; HIV Ag/Ab Control Kit (Architect IA) 4J27-12; Natriumhypochlorit 0,5% 002527-1010.01; Hypochlorite 0,5% - 3917.	Germania	Abbott GmbH	conform Anuntului de participare	Conform Anexa 1	EC Certificat; Declarație de conformitate ; ISO 9001; ISO 13485.
331000 00-62	74	Reagent Albumina	Reagent Albumina	ALBU-0600 DM000304989	Franta	Elitech	conform Anuntului de participare	Destinație: pentru aprecierea albuminei în sângele uman. Proprietăți: Metoda de determinare – fotometrică, determinare cinetică; Tipul reagentului - lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu prezența standardului la set; Material pentru investigații - ser/plasmă umană, plasma EDTA. Forma de ambalare: Flacoane cu volumul de 2*125 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	CE,ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ceaicovski Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2