

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680177467862 din 11/06/2023						
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 51						
Spirograf cu stația de lucru și imprimantă	MiniSpir	Italia	MIR	Conform Anexei Nr.1	Conform Anexei Nr.1	CE, ISO
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011

Lot 51. Spirograf cu stația de lucru și imprimantă	Model: MiniSpir, MIR, Italia
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
Stația de lucru de tip laptop cu maus sau PC cu monitor, tastatură și maus. Stația de lucru cu softul necesar preinstalat și minim 3 porturi USB. Tip spirograf – portabil, cu suport de masă, pentru conexiune la stația de lucru. Tip măsurare – bidirecțională. Diapazonul de volum minim necesar: 0 - 8 l. Diapazonul de flux minim necesar: 0 - 16 l/s. Eroarea admisibilă flux minim 5%. Eroarea admisibilă volum minim 5%. Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie. Parametri măsurați: FVC, FEV1, PEF, FEV1/FVC, FEV25/75. Rezultatul în format PDF. Rezultatul să conțină: datele despre pacient; graficele FVC(volum-flux, timp-volum); tabela cu măsurări (parametru, unitatea, valoarea estimată, valoarea calculată fără medicament, valoarea calculată cu medicament la necesitate, valorile transformată în procente). Comunicare cu stația de lucru prin cablu, port USB, minim 1,5m.. Stocarea rezultatelor într-o bază de date minim 1000 pacienți. Unitatea de stocare în tip SSD. Sistemul de măsurare (de exemplu: turbina, muștiuc cu membrană) să fie autoclavabil. Accesorii: USB flash cu softul necesar inclusiv parolele necesare/licența dacă este cazul; USB flash 3.0 minim 16 GB pentru export; Imprimantă pentru hârtie A4 și cablu de conectare la stația de lucru; Cablu/bloc alimentare pentru PC și imprimantă. Consumabile și accesorii pentru investigații: - În cazul accesoriilor reutilizabile tip muștiuc – 16 bucăți; - În cazul accesoriilor de unică utilizare tip filtre/muștiuc – pentru 500 investigații; Clește pentru nas tip adult – 5 bucăți; Clește pentru nas tip pediatric – 5 bucăți; Seringă de calibrare – doar dacă este cazul. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022.	Da, Stația de lucru de tip laptop cu maus sau PC cu monitor, tastatură și maus. Da, Stația de lucru cu softul necesar preinstalat și minim 3 porturi USB. Da, Tip spirograf – portabil, cu suport de masă, pentru conexiune la stația de lucru. Da, Tip măsurare – bidirecțională. Da, Diapazonul de volum minim necesar: 0 - 10 l. Da, Diapazonul de flux minim necesar: 0 - 16 l/s. Da, Eroarea admisibilă flux 5%. Da, Eroarea admisibilă volum 2,5%. Da, Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie. Da, Parametri măsurați: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3,FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%,PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575,FET, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF,FIV1/FIVC%, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, tI, tE,ti/tTOT, VT/tI, MVV Da, Rezultatul în format PDF. Da, Rezultatul să conțină: datele despre pacient; graficele FVC(volum-flux, timp-volum); tabela cu măsurări (parametru, unitatea, valoarea estimată, valoarea calculată fără medicament, valoarea calculată cu medicament la necesitate, valorile transformată în procente). Da, Comunicare cu stația de lucru prin cablu, port USB, minim 1,5m.. Da, Stocarea rezultatelor într-o bază de date minim 1000 pacienți. Da, Unitatea de stocare în tip SSD. Da, Oferta include turbine de o singura-utilizare calculate pentru 500 investigatii, care nu necesita autoclavare Accesorii: Da, USB flash cu softul necesar inclusiv parolele necesare/licența dacă este cazul; Da, USB flash 3.0 minim 16 GB pentru export; Da, Imprimantă pentru hârtie A4 și cablu de conectare la stația de lucru; Da, Cablu/bloc alimentare pentru PC și imprimantă. Consumabile și accesorii pentru investigații: Da, În cazul accesoriilor de unică utilizare tip filtre/muștiuc – pentru 500 investigații; Da, Clește pentru nas tip adult – 5 bucăți; Da, Clește pentru nas tip pediatric – 5 bucăți; Seringa de calibrare nu este necesară pentru turbinele de unică utilizare care sunt calibrate din fabrica Cerințe de certificare: Da, Anul producerii minim 2022.

Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Da, Termen de garanție 24 luni din momentul instalării. Da, Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Da, Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Da, În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Da, Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Da, Manual de utilizator în limba română și engleză Da, Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Da, Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.
--	---