

Specificații tehnice

Nr. Lot		Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	
15	Microcatetere	Freepass TJMC14, TJMC10, TJMC16, TJMC18	China	Beijing Taijiweiyee Technology Co., Ltd.	Microcatetere Sa fie compatibil DMSO Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE Realizat din otel inoxidabil ranforsat Construcia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate Construcia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf. Dimensiuni : Microcateter diametru intern 0.021” , diamentru extern proximal 2.7F-2.8 F / distal 2.3-2.4F , lungime totala minim 150cm Microcateter diametru intern 0.027” , diamentru extern proximal 2.8F / distal 2.3-2.8F , lungime totala minim 130 cm SAU Microcatetere destinate livrarii materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular inclusiv neurovascular, dimensiuni 2.5/2.0F și 3.1/2.6F, diametru intern distal 0,021” și 0,027”, compatibil cu ghid de 0,014”, acoperire hidrofila, lungime minim 150cm; construcție multisegmentara reinforzata cu coil, markeri radioopaci distali. SAU Microcatetere destinate livrarii materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular inclusiv neurovascular; dimensiuni:2.8/2.3F și 3.0/2.6F, diametru intern capăt distal de 0,021” și 0,027”, compatibilitate cu ghid 0,018”; construcție tip braid/coil.	Microcatetere Sa fie compatibil DMSO Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE Realizat din otel inoxidabil ranforsat Construcia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate Construcia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf. Dimensiuni : Microcateter diametru intern 0.021” , diamentru extern proximal 2.8 F / distal 2.3F , lungime totala minim 150cm Microcateter diametru intern 0.027” , diamentru extern proximal 2.8F / distal 2.5F , lungime totala minim 130 cm Corespunde cu specificări, vezi catalog cu numărul de lot respectiv pag.1-2	DM000824653 DM000824643 DM000824655 DM000824660	
52	Set inflator cu manometru tip B	Angiopower LP-P-30, LP-P-30S, LP-P-40, LP-P-40S	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: siringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: siringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, 30/40 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient 20 ml, transparent, tub din silicon de lungimea 33 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Corespunde cu specificări, vezi catalogul cu nr. de lot pag.1-2	DM000838671, DM000838673, DM000838674, DM000838672	
63	Filtru distal pentru protecție embolica	Proender TJEP03-190, TJEP04-190, TJEP05-190, TJEP06-190, TJEP07-190, TJEP08-190, TJEP03-320, TJEP04-320, TJEP05-320, TJEP06-320, TJEP07-320, TJEP08-320	China	Beijing Taijiweiyee Technology Co., Ltd.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Filtru distal pentru protecție embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrilor inferioare • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014” - 0.018”) • 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatibil • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat (disponibil de minim 190cm sau 320cm) • 5 Markeri de vizibilitate • Ac pentru irigare inclus • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm • 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm si 210 µm • Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase • Filtrul are libertate de miscare longitudinala si rotationala pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita manipulari ce pot induce vasospasm) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametru ghid 0,014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Filtru distal pentru protecție embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrilor inferioare • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014” - 0.018”) • 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatibil • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat (disponibil de minim 190cm sau 320cm) • 2 markeri radioopaci + buclă din Pt /Au • Ac pentru irigare inclus • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm • 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm • Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase • Filtrul are libertate de miscare longitudinala si rotationala pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita manipulari ce pot induce vasospasm) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametru ghid 0,014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000826314, DM000826315, DM000826332, DM000826309, DM000826316, DM000826334, DM000826313, DM000826310, DM000826307, DM000826338, DM000826314, DM000826315, DM000826332, DM000826309, DM000826316, DM000826334, DM000826313, DM000826310, DM000826307, DM000826338	
105	Set introductor radial scurt	Shoocin, RS040518-SS45-IN20, RS040521-SS45-IN20, RS040525-SS45-IN20, RS040718-SS45-IN20, RS040721-SS45-IN20, RS040725-SS45-IN20, RS050518-SS45-IN20, RS050521-SS45-IN20, RS050525-SS45-IN20, RS050718-SS45-IN20, RS050721-SS45-IN20, RS050725-SS45-IN20, RS060518-SS45-IN20, RS060521-SS45-IN20, RS060525-SS45-IN20, RS060718-SS45-IN20, RS060721-SS45-IN20, RS060725-SS45-IN20, RS041121-SS45-IN20, RS042421-SS70-IN20, RS051121-SS45-IN20, RS052421-SS70-IN20, RS061121-SS45-IN20, RS062421-SS70-IN20, RS070521-SS45-IN20, RS070521-SS70-IN20, RS071121-SS45-IN20, RS072421-SS70-IN20, RS070718-SS45-IN20, RS070718-SS70-IN20, RS071118-SS45-IN20, RS071118-SS70-IN20...	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor radial scurt Ac angiografic de 20-22G si fir de ghidare mic de 0,018 ”/ 0,46mm - 0,021”/0,53mm , introductorul, acul si ghidul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea tecii de 7 cm-10cm .Miniguide cu lungimi de 40-45cm, cu marimi disponibile obligatorie de 4-7 F. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor radial scurt Ac angiografic de 20G si fir de ghidare mic de 0,018 ”/ 0,46mm - 0,021”/0,53mm , introductorul, acul si ghidul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea tecii de 5cm-24cm .Miniguide cu lungimi de 45cm, cu marimi disponibile obligatorie de 4-7 F. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Corespunde cu specificări, vezi catalogul cu nr. de lot pag.1-2	DM000842430, DM000842557, DM000842558, DM000842433, DM000842434, DM000842435, DM000842436, DM000842437, DM000842438, DM000842439, DM000842440, DM000842441, DM000842499, DM000842444, DM000842446, DM000842447, DM000842448, DM000842576, DM000842575, DM000842450, DM000842453, DM000842454, DM000842455, DM000842456, DM000842461, DM000842462, DM000842457, DM000842458, DM000842459, DM000842460	

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1758113424534 din 01.11.2025					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
106	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	Shoocin , RS040518-SS45-IN20, RS040521-SS45-IN20, RS040525-SS45-IN20, RS040718-SS45-IN20, RS040721-SS45-IN20, RS040725-SS45-IN20, RS050518-SS45-IN20, RS050521-SS45-IN20, RS050525-SS45-IN20, RS050718-SS45-IN20, RS050721-SS45-IN20, RS050725-SS45-IN20, RS060518-SS45-IN20, RS060521-SS45-IN20, RS060525-SS45-IN20, RS060718-SS45-IN20, RS060721-SS45-IN20, RS060725-SS45-IN20, RS041121-SS45-IN20, RS042421-SS70-IN20, RS051121-SS45-IN20, RS052421-SS70-IN20, RS061121-SS45-IN20, RS062421-SS70-IN20, RS070521-SS45-IN20, RS070521-SS70-IN20, RS071121-SS45-IN20, RS072421-SS70-IN20, RS070718-SS45-IN20, RS070718-SS70-IN20, RS071118-SS45-IN20, RS071118-SS70-IN20...	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung "Side port" cu robinet cu trei cai Toate conțin valva siliconată și dilator. Teaca este prevăzută cu zona pentru sutura în cazul cind este nevoie de a o sutura de piele. Teaca este rezistentă la kinking, se poate spala și steriliza ușor Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introductorul trebuie sa fie prevăzută cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni: 4,5,6 F Lungime: 11 - 23cm, Ac de punctie de 20-21G lungime de 4-5 cm; minighid de 0,018 inch și 35-40 cm lungime Sau 0.021" inch și 35-45 cm lungime	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung "Side port" cu robinet cu trei cai Toate conțin valva siliconată și dilator. Teaca este prevăzută cu zona pentru sutura în cazul cind este nevoie de a o sutura de piele. Teaca este rezistentă la kinking, se poate spala și steriliza ușor Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introductorul trebuie sa fie prevăzută cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni: 4,5,6,7 F Lungime: 5-24cm, Ac de punctie de 20G lungime de 4-5 cm; minighid de 0,018 inch și 35-40 cm lungime Sau 0.021" inch și 35-45 cm lungime Corespunde cu specificații, vezi catalogul cu nr. de lot pag.1-2	DM000842430, DM000842557, DM000842558, DM000842433, DM000842434, DM000842435, DM000842436, DM000842437, DM000842438, DM000842439, DM000842440, DM000842441, DM000842699, DM000842444, DM000842446, DM000842447, DM000842448, DM000842576, DM000842575, DM000842450, DM000842453, DM000842454, DM000842455, DM000842456, DM000842461, DM000842462, DM000842457, DM000842458, DM000842459, DM000842460
117	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Balancium GWB185-0, GWB185-0J, GWB300-0, GWB300-0J, GWB185-S0, GWB185-S0J, GWB300-S0, GWB300-S0J	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Acoperit cu material hidrofiliic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formeii in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii 185-190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Acoperit cu material hidrofiliic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formeii in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf 0.6gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Cerinte minime obligatorii: Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii 185cm și 300cm Diametru 0,014" Corespunde cu specificații, vezi catalogul cu nr. de lot pag.1-2	DM000834046, DM000834083, DM000834074, DM000834072, DM000834085, DM000834047, DM000834044, DM000834091, DM000834090, DM000834096, DM000834089, DM000834092, DM000834069, DM000834078, DM000834070, DM000834087, DM000834084, DM000834067, DM000834075, DM000834095, DM000834066, DM000834094, DM000834081, DM000834086
119	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Balancium GWB185-1, GWB185-1J, GWB300-1, GWB300-1J, GWB185-S1, GWB185-S1J, GWB300-S1, GWB300-S1J, GWB185-2, GWB185-2J, GWB300-2, GWB300-2J, GWB185-S2, GWB185-S2J, GWB300-S2, GWB300-S2J	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Acoperit cu polimer hidrofiliic în porțiunea distală. Ghidul sa fie drept sau in forma de J si Incarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Prin construc tia sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. Miezul construit din otel inoxidabil. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii185-190cm și 300cm Diametru de 0,014" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	Acoperit cu polimer hidrofiliic în porțiunea distală. Ghidul sa fie drept sau in forma de J si Incarcatura la varf de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Prin construc tia sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. Miezul construit din otel inoxidabil. Cerinte minime obligatorii: Dimesiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii 185cm și 300cm Diametru de 0,014" Corespunde cu specificații, vezi catalogul cu nr. de lot pag.1-2	DM000834046, DM000834083, DM000834074, DM000834072, DM000834085, DM000834047, DM000834044, DM000834091, DM000834090, DM000834096, DM000834089, DM000834092, DM000834069, DM000834078, DM000834070, DM000834087, DM000834084, DM000834067, DM000834075, DM000834095, DM000834066, DM000834094, DM000834081, DM000834086
122	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar	Balancium GWB185-1, GWB185-1J, GWB300-1, GWB300-1J, GWB185-S1, GWB185-S1J, GWB300-S1, GWB300-S1J	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzută pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Miez din otel inoxidabil Durasteel. Acoperire distală hidrofiliă pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport intermediar. Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf intre 1-1,5 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametrul nu mai mare de 0.014". Disponibil la lungimi de 185-190cm și 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzută pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Miez din otel inoxidabil Durasteel. Acoperire distală hidrofiliă pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport intermediar. Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf intre 1-1,5 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. Cerinte minime obligatorii: Dimesiuni obligatorii Diametrul 0.014". Disponibil la lungimi de 185cm și 300cm Corespunde cu specificații, vezi catalogul cu nr. de lot pag.1-2	DM000834046, DM000834083, DM000834074, DM000834072, DM000834085, DM000834047, DM000834044, DM000834091, DM000834090, DM000834096, DM000834089, DM000834092, DM000834069, DM000834078, DM000834070, DM000834087, DM000834084, DM000834067, DM000834075, DM000834095, DM000834066, DM000834094, DM000834081, DM000834086

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1758113424534		din 01.11.2025			
Obiectul achiziției:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
127	Baloane PTCA noncompliance	NC Tadpole LPNRX15006 LPNRX15008 LPNRX15010 LPNRX15012 LPNRX15015 LPNRX15020 LPNRX15025 LPNRX15030 LPNRX20006 LPNRX20008 LPNRX20010 LPNRX20012 LPNRX20015 LPNRX20020 LPNRX20025 LPNRX20030 LPNRX22006 LPNRX22008 LPNRX22010 LPNRX22012 LPNRX22015 LPNRX22020 LPNRX22025 LPNRX22030 LPNRX25006 LPNRX25008 LPNRX25010 LPNRX25012 LPNRX25015 LPNRX25020 LPNRX25025 LPNRX25030 LPNRX27006 LPNRX27008 LPNRX27010 LPNRX27012 LPNRX27015 LPNRX27020 LPNRX27025 LPNRX27030 LPNRX30006 LPNRX30008 LPNRX30010 LPNRX30012 LPNRX30015 LPNRX30020 LPNRX30025 LPNRX30030 LPNRX32006 LPNRX32008 LPNRX32010 LPNRX32012 LPNRX32015 LPNRX32020 LPNRX32025 LPNRX32030 LPNRX35006 LPNRX35008 LPNRX35010 LPNRX35012 LPNRX35015 LPNRX35020 LPNRX35025 LPNRX35030 LPNRX37006 LPNRX37008 LPNRX37010 LPNRX37012 LPNRX37015 LPNRX37020 LPNRX37025 LPNRX37030 LPNRX40006 LPNRX40008 LPNRX40010 LPNRX40012 LPNRX40015 LPNRX40020 LPNRX40025 LPNRX40030 LPNRX45006 LPNRX45008 LPNRX45010 LPNRX45012 LPNRX45015 LPNRX45020 LPNRX45025 LPNRX45030 LPNRX50006 LPNRX50008 LPNRX50010 LPNRX50012 LPNRX50015 LPNRX50020 LPNRX50025 LPNRX50030	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane PTCA RX noncompliance. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Markeri radiopaci din platina iridium: 2. Presiune nominală: 10-14 atm. Presiune RPB: 18 – 22atm în funcție de diametrul balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime shaft : 140± 5cm Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni), Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la 2,0- 2,3 Fr . Distal:- pina la 2,7 Fr.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane PTCA RX noncompliance. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Markeri radiopaci din platina iridium: 2. Presiune nominală: 14 atm. Presiune RPB: 22atm în funcție de diametrul balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime shaft : 135cm Diametre balon: de la 1,5 mm la 5,0 mm Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni), Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la 2,0- 2,3 Fr . Distal:- pina la 2,7 Fr. Corespunde cu specificări, vezi catalogul cu nr. de lot pag.1-2	DM000833808, DM000833783, DM000833754, DM000833789, DM000833734, DM000833752, DM000833779, DM000833744, DM000833776, DM000834534, DM000833650, DM000833740, DM000833726, DM000833651, DM000833812, DM000833712, DM000833772, DM000834545, DM000833760, DM000833810, DM000833819, DM000833768, DM000833739, DM000833724, DM000833689, DM000833742, DM000833686, DM000833694, DM000833713, DM000833758, DM000833816, DM000833823, DM000833747, DM000833648, DM000833729, DM000833766, DM000833778, DM000833710, DM000833683, DM000833827, DM000833763, DM000833762, DM000833708, DM000833791, DM000833751, DM000833774, DM000833722, DM000833699, DM000833761, DM000833828, DM000833715, DM000833693, DM000833647, DM000833788, DM000833765, DM000833709, DM000833817, DM000833716, DM000833731, DM000833833, DM000833764, DM000833738, DM000833735, DM000833786, DM000833649, DM000833727, DM000833813, DM000833814, DM000833718, DM000834539, DM000833720, DM000833821, DM000833804, DM000833781, DM000833815, DM000833750, DM000833830, DM000833696, DM000833749, DM000833745, DM000833757, DM000833771, DM000833773, DM000833748, DM000833832, DM000833732, DM000833770, DM000833746, DM000833806, DM000833825, DM000833753, DM000833685, DM000833743, DM000833702, DM000833818, DM000833775
128	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant	NC Tadpole LPNRX15006 LPNRX15008 LPNRX15010 LPNRX15012 LPNRX15015 LPNRX15020 LPNRX15025 LPNRX15030 LPNRX20006 LPNRX20008 LPNRX20010 LPNRX20012 LPNRX20015 LPNRX20020 LPNRX20025 LPNRX20030 LPNRX22006 LPNRX22008 LPNRX22010 LPNRX22012 LPNRX22015 LPNRX22020 LPNRX22025 LPNRX22030 LPNRX25006 LPNRX25008 LPNRX25010 LPNRX25012 LPNRX25015 LPNRX25020 LPNRX25025 LPNRX25030 LPNRX27006 LPNRX27008 LPNRX27010 LPNRX27012 LPNRX27015 LPNRX27020 LPNRX27025 LPNRX27030 LPNRX30006 LPNRX30008 LPNRX30010 LPNRX30012 LPNRX30015 LPNRX30020 LPNRX30025 LPNRX30030 LPNRX32006 LPNRX32008 LPNRX32010 LPNRX32012 LPNRX32015 LPNRX32020 LPNRX32025 LPNRX32030 LPNRX35006 LPNRX35008 LPNRX35010 LPNRX35012 LPNRX35015 LPNRX35020 LPNRX35025 LPNRX35030 LPNRX37006 LPNRX37008 LPNRX37010 LPNRX37012 LPNRX37015 LPNRX37020 LPNRX37025 LPNRX37030 LPNRX40006 LPNRX40008 LPNRX40010 LPNRX40012 LPNRX40015 LPNRX40020 LPNRX40025 LPNRX40030 LPNRX45006 LPNRX45008 LPNRX45010 LPNRX45012 LPNRX45015 LPNRX45020 LPNRX45025 LPNRX45030 LPNRX50006 LPNRX50008 LPNRX50010 LPNRX50012 LPNRX50015 LPNRX50020 LPNRX50025 LPNRX50030	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare; Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-4,0 mm; Lungimea balonului 8-30 mm ; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ; SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi- 1.5, 2,3,4cm; Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă. SAU Balon semicompliant, presiune nominală-18ATM; RBP-14atm (pentru diametre 2-6mm) 16atm (pentru diametru 1.5mm); compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-140cm; Compatibilitate teci-4F,5F în dependenta de diametru; Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă. Diametre: 1.5-5mm; Lungimi balon: 2-4cm (diametru 1.5mm) si 2-20cm (diametru 2-5mm).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare; Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 1.5-5,0 mm; Lungimea balonului 6-30 mm ; Corespunde cu specificări, vezi catalogul cu nr. de lot pag.1-2	DM000833808, DM000833783, DM000833754, DM000833789, DM000833734, DM000833752, DM000833779, DM000833744, DM000833776, DM000834534, DM000833650, DM000833740, DM000833726, DM000833651, DM000833812, DM000833712, DM000833772, DM000834545, DM000833760, DM000833810, DM000833819, DM000833768, DM000833739, DM000833724, DM000833689, DM000833742, DM000833686, DM000833694, DM000833713, DM000833758, DM000833816, DM000833823, DM000833747, DM000833648, DM000833729, DM000833766, DM000833778, DM000833710, DM000833683, DM000833827, DM000833763, DM000833762, DM000833708, DM000833791, DM000833751, DM000833774, DM000833722, DM000833699, DM000833761, DM000833828, DM000833715, DM000833693, DM000833647, DM000833788, DM000833765, DM000833709, DM000833817, DM000833716, DM000833731, DM000833833, DM000833764, DM000833738, DM000833735, DM000833786, DM000833649, DM000833727, DM000833813, DM000833814, DM000833718, DM000834539, DM000833720, DM000833821, DM000833804, DM000833781, DM000833815, DM000833750, DM000833830, DM000833696, DM000833749, DM000833745, DM000833757, DM000833771, DM000833773, DM000833748, DM000833832, DM000833732, DM000833770, DM000833746, DM000833806, DM000833825, DM000833753, DM000833685, DM000833743, DM000833702, DM000833818, DM000833775

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1758113424534 din 01.11.2025					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
129	Baloane noncompliance pentru dilatare leziuni calcificate	NC Tadpole LPNRX15006 LPNRX15008 LPNRX15010 LPNRX15012 LPNRX15015 LPNRX15020 LPNRX15025 LPNRX15030 LPNRX20006 LPNRX20008 LPNRX20010 LPNRX20012 LPNRX20015 LPNRX20020 LPNRX20025 LPNRX20030 LPNRX22006 LPNRX22008 LPNRX22010 LPNRX22012 LPNRX22015 LPNRX22020 LPNRX22025 LPNRX22030 LPNRX25006 LPNRX25008 LPNRX25010 LPNRX25012 LPNRX25015 LPNRX25020 LPNRX25025 LPNRX25030 LPNRX27006 LPNRX27008 LPNRX27010 LPNRX27012 LPNRX27015 LPNRX27020 LPNRX27025 LPNRX27030 LPNRX30006 LPNRX30008 LPNRX30010 LPNRX30012 LPNRX30015 LPNRX30020 LPNRX30025 LPNRX30030 LPNRX32006 LPNRX32008 LPNRX32010 LPNRX32012 LPNRX32015 LPNRX32020 LPNRX32025 LPNRX32030 LPNRX35006 LPNRX35008 LPNRX35010 LPNRX35012 LPNRX35015 LPNRX35020 LPNRX35025 LPNRX35030 LPNRX37006 LPNRX37008 LPNRX37010 LPNRX37012 LPNRX37015 LPNRX37020 LPNRX37025 LPNRX37030 LPNRX40006 LPNRX40008 LPNRX40010 LPNRX40012 LPNRX40015 LPNRX40020 LPNRX40025 LPNRX40030 LPNRX45006 LPNRX45008 LPNRX45010 LPNRX45012 LPNRX45015 LPNRX45020 LPNRX45025 LPNRX45030 LPNRX50006 LPNRX50008 LPNRX50010 LPNRX50012 LPNRX50015 LPNRX50020 LPNRX50025 LPNRX50030	China	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017”) Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporați din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2.0-6.0 mm; Lungimea balonului 6-30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017”) Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporați din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 1.5-5.0 mm; Lungimea balonului 6-30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ; Corespunde cu specificări, vezi catalogul cu nr. de lot pag.1-2	DM000833808, DM000833783, DM000833754, DM000833789, DM000833734, DM000833752, DM000833779, DM000833744, DM000833776, DM000834534, DM000833650, DM000833740, DM000833726, DM000833651, DM000833812, DM000833712, DM000833772, DM000834545, DM000833760, DM000833810, DM000833819, DM000833768, DM000833739, DM000833724, DM000833689, DM000833742, DM000833686, DM000833694, DM000833713, DM000833758, DM000833816, DM000833823, DM000833747, DM000833648, DM000833729, DM000833766, DM000833778, DM000833710, DM000833685, DM000833827, DM000833763, DM000833762, DM000833708, DM000833791, DM000833751, DM000833774, DM000833722, DM000833699, DM000833761, DM000833828, DM000833715, DM000833693, DM000833647, DM000833788, DM000833765, DM000833709, DM000833817, DM000833716, DM000833731, DM000833833, DM000833764, DM000833738, DM000833735, DM000833786, DM000833649, DM000833727, DM000833813, DM000833814, DM000833718, DM000834539, DM000833720, DM000833821, DM000833804, DM000833781, DM000833815, DM000833750, DM000833830, DM000833696, DM000833749, DM000833745, DM000833757, DM000833771, DM000833773, DM000833748, DM000833832, DM000833732, DM000833770, DM000833746, DM000833806, DM000833825, DM000833753, DM000833685, DM000833743, DM000833702, DM000833818, DM000833775
147	Sistem de protectie impotriva emboliilor	Proender TJEP03-190, TJEP04-190, TJEP05-190, TJEP06-190, TJEP07-190, TJEP08-190, TJEP03-320, TJEP04-320, TJEP05-320, TJEP06-320, TJEP07-320, TJEP08-320	China	Beijing Taijiweiyee Technology Co., Ltd.	Filtru distal pentru protectie embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: 0.014” • 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatibile • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat ≥ 180cm • 4 markeri radioopac SAU Cel puțin 2 markeri radioopaci + buclă din Pt /Au • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 4 variante de marime: 5, 6, 7, 8 mm • filtru cu pori de 100µ SAU cel puțin 80-160µm • Crossabilitate excelentă - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F	Filtru distal pentru protectie embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: 0.014” Da, pag.1 • 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatibile Da, pag.1 • Dispozitiv tip „Rapid exchange” Da, pag.1 • Fir de capturare incorporat ≥ 180cm Da, 190 si 320cm, pag.1 • 4 markeri radioopac SAU Cel puțin 2 markeri radioopaci + buclă din Pt /Au Da, pag.1 • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 4 variante de marime: 5, 6, 7, 8 mm Da, pag.1 • filtru cu pori de 100µ SAU cel puțin 80-160µm Da, pag.1 • Crossabilitate excelentă Da, pag.1 - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F Corespunde cu specificări, vezi catalogul cu nr. de lot pag.1-2	DM000826314, DM000826315, DM000826332, DM000826309, DM000826316, DM000826334, DM000826313, DM000826310, DM000826307, DM000826338, DM000826314, DM000826315, DM000826332, DM000826309, DM000826316, DM000826334, DM000826313, DM000826310, DM000826307, DM000826338

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau, Str.**