

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1708446090851 din 19.04.2024							
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	E700/500	China	Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	Descriere: Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Da Numărul de sateliți 2 Da Temperatura culorii Reglabilă , 4000-5500 ±500 K Da Reglarea intensității luminei Da Indexul de culoare Ra ≥ 95 Da Indexul de culoare R13 ≥ 100 Da Dimensiunea câmpului,cm Focusabil Da Diametrul 24-34 cm +/-2 cm Da Adâncimea ≥ 80 cm Da Distanța de lucru 0.7-1.5 m Da Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux la 100 cm Da satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux la 100 cm Da Rotația ≥ 270 grade Da Ajustare pe verticală ≥80 cm Da Cresterea temperaturii în campul operator <1° C Da Alimentarea electrică 220V, 50Hz Da Durata medie de viață a LED-urilor ≥ 60000 h Da Mișcarea capului luminous ≥ 4 grade de libertate Da Mînere detașabile sterilizabile Da Panou de control integrat în lampa principal Da Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video Da Înălțimea podului 3-4 m Da	Descriere: Da, Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți model E700/500 Parametru Specificația Da, Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Da, Numărul de sateliți 2 Da, Temperatura culorii Reglabilă , 3000-5500 ±500 K Da, Reglarea intensității luminei Da, Indexul de culoare Ra 96 Da, Indexul de culoare R13(Skin Color) 100 Da, Dimensiunea câmpului,cm Focusabil Da, Diametrul 15 - 35 cm Da, Adâncimea ≥ 80 cm Da, Distanța de lucru 0.7-1.5 m Da, Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 180 000 lux la 100 cm , reglabil de la 93000 pana la 180,000 lux. Da, satelitul nr.2 : 160 000 lux la 100 cm, reglabil de la 83000 pana la 160,000 lux. Da, Rotația 540 grade Da, Ajustare pe verticală ≥80 cm Da, Cresterea temperaturii în campul operator <1° C Da, Alimentarea electrică 220V, 50Hz Da, Durata medie de viață a LED-urilor 80000 h Da, Mișcarea capului luminous ≥ 4 grade de libertate Da, Mînere detașabile sterilizabile Da, Panou de control integrat în lampa principală Da, Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video. <u>Va fi livrat în configurația de livrare un al 3-lea brat pentru monitor.</u> <u>Când beneficiarul va decide sa instaleze în viitor monitorul specialiștii de la MedPunkt SRL vor instala al 3-lea brat pentru monitor. De asemenea, camera video de tip intern, când beneficiarul va decide să o achiziționeze, va putea fi instalata în viitor de specialiștii noștri în mânerul lămpii. În configurația de livrare sunt incluse și</u>	CE

						<u>vor fi instalate în interiorul brațelor toate cablurile electrice necesare pentru camera video și monitor.</u> Da, Înălțimea podului 3-4 m . <u>Lampa chirurgicală cu 2 sateliți E700/500 este înregistrată în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sub numărul DM000377091</u> <i>Vedeți Catalogul atașat MICARE PowerLED model E700/500 (pag.3 tabela cu parametric Technical Sheet). De asemenea, la pag.2 al catalogului referitor la camera video este indicat "HDI-SDI Camera Optional, Integrated cameras are fully enclosed inside the light head, records for risk, management, and optimize understanding and learning....Removable Sterilizer Handle Can Be Easily Replaced by Internal Camera", iar informația mai detaliată despre camera video și al 3-lea braț pentru monitor o găsiți la pag.4 a catalogului.</i> <i>Vedeți Specificația tehnică atașată a producătorului Specification E700/500 Ceiling mounted Surgical Light.</i>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MedPunkt SRL

mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11, of.59