

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1743604121101								
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.5)								
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3	33100000-1	Antropometru pentru nou născuți	PH07-014	China	Pro-Health Plastic	Antropometru pliabil Poziționare orizontală Simplu de utilizat prin fixarea pozitiei capului si culisarea partii de sprijin a picioarelor. Diviziune: 2-5 mm Scala: ≤20 -≥ 99 cm	Antropometru pliabil da Poziționare orizontală da Simplu de utilizat prin fixarea pozitiei capului si culisarea partii de sprijin a picioarelor. da Diviziune: 2-5 mm da Scala: ≤20 -≥ 99 cm da	CE, ISO,Declarație de conformitate

IO	33100000-1	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	CMS60D	China	Contec Medical Systems Co., LTD	"Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤3 % Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2% Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Puterea semnalului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Display LED sau LCD obligatoriu Alarmer Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu Sensor deconectat obligatoriu Sensor epuizat obligatoriu Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață ≥ 8 ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului	"Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. da Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil obligatoriu da Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu da Interval de măsurare Diapazon 0-100% da Rata de măsurare 80 - 100, ≤3 % da Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2% da 30 - 250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% da Pulsul ±1 bpm da Afișaj SPO2 obligatoriu da Valoare pulsului obligatoriu da Puterea semnalului obligatoriu da Indicator baterie descărcată obligatoriu da Display LED sau LCD obligatoriu da Alarmer Auditiv obligatoriu da Vizual obligatoriu da SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu da Sensor deconectat obligatoriu da Sensor epuizat obligatoriu da Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu da Alimentare Baterie reîncărcabilă de la 220V 50Hz nu Durata de viață ≥ 20 ore da Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului da, ESA0008 Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului da, ESA0015 Bloc de alimentare de la rețeaua electrică , să se indice codul produsului nu Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului da, 2 AA Husă pentru transportare 1 buc. nu, să se indice codul produsului	CE, ISO, Declarație de conformitate	DM000428821
----	------------	---	--------	-------	---------------------------------	---	--	-------------------------------------	--------------------

13	33100000-1	Incubator (termostat) 15 - 25l	TC-20	Ucraina	MH-3MA	Incubator (termostat) 15 - 25 l Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere." Termostat utilizat în laborator Capacitate 15-25 l Domeniul de temperatură programabil în diapazon 37 - 60 grade Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora, divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz Cerințe: Anul producerii minim 2024 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce	Incubator (termostat) 15 - 25 l Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere." Termostat utilizat în laborator Capacitate 20l da Domeniul de temperatură programabil în diapazon 37 - 60 grade da, 5-70° Rezoluția de programare ≤ 1 grad da Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt da Afișaj LCD sau LED da Control Microprocesor da Usa dubla da Usa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox da Alarmă vizuala si sonora, divergență față de temperatura setată da Alimentarea 220 V, 50 Hz da Cerințe: Anul producerii minim 2024 da Garanție minim 24 luni da Servicii de meenanță prevntivă pe perioada de garanție da Manuale de utilizare limba romana Training pentru utilizatori, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. da Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. da Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce	Declarație de conformitate
Numele, Prenumele Stela POTINGA		În calitate de: Administrator						
Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova								