

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1684740403757 din 29 mai 2023, 14:30 - 6 iun 2023, 14:30

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a utilajului medical pe sem. II, 2023

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
50420000-5	Mentenanța anuală pentru Analizator biochimic BIOBASE BK-400	-	-	-	Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Verificare și calibrarea pompei de vacuum; Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne și a acelor de probă ; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 intervenții și la solicitarea inginerului local.	Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică Curățarea părților de lucru; Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Verificare și calibrarea pompei de vacuum; Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne și a acelor de probă ; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 intervenții și la solicitarea inginerului local.	CE/ISO
50420000-5	Mentenanța anuală pentru Aparat radiografie dentară 5/12	-	-	-	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maxime a generatorului); Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 intervenții și la solicitarea inginerului local.	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maxime a generatorului); Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 intervenții și la solicitarea inginerului local.	CE/ISO
50420000-5	Mentenanța anuală pentru Complex radiodiagnostic digital Sonia Vision-Shmimadzu	-	-	-	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maxime a generatorului); Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânele, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie; Testarea funcționalității printerului și a cititorului de pelicule, cu implementarea mentenanțelor preventive conform manualului	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maxime a generatorului); Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânele, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie; Testarea funcționalității printerului și a cititorului de pelicule, cu implementarea mentenanțelor preventive conform manualului tehnic; Instruirea personalului medical; Efectuarea	CE/ISO

					tehnice; Instruirea personalului medical; Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 intervenții și la solicitarea inginerului local.	mentenanței preventive conform manualului tehnic; Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 intervenții și la solicitarea inginerului local.	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**