

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Spitalul Raional Sîngerei.

Achiziției comercială: 21052223, ocds-b3wdp1-MD-1645526502298							Data: 28.02.2022	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și consumabile de laborator (anul 2022)							Lot:	Pagina 1 din 1
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 2. Reagenți pentru investigații hematologice compatibile cu Analizatorul hematologic automat 3 diff de tip închis Avantor/BeneSphera H32								
1	33600000-6	Diluent pentru Analizator hematologic	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	Diluent pentru Analizator hematologic . Diluentul să fie compatibil cu Analizatorul hematologic automat Avantor/BeneSphera H32. Diluentul să fie pe bază de apă și să conțină: NaCl, Na2SO4 , HCl procain și alți conservanți în soluție tampon anorganică.	Diluent pentru Analizator hematologic. Reagenți pentru investigații hematologice compatibile cu Analizatorul hematologic automat 3 diff de tip închis Avantor / BeneSphera H32. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33600000-6	Soluție de spălare pentru Analizator hematologic.	Dia-Cleaner Micros	Ungaria	Diagon	Soluție de spălare pentru Analizator hematologic. Soluția de spălare să fie compatibilă cu Analizatorul hematologic automat Avantor/BeneSphera H32. Soluția de spălare pentru Analizator hematologic automat 3 diff să fie pe bază de apă și să conțină: Poly- oxo-ethylene-alkyl-alcohol, NaCl, Na2SO4 și alți conservanți în soluție tampon anorganică. Ambalaj 900 ml.	Soluție de spălare pentru Analizator hematologic. Reagenți pentru investigații hematologice compatibile cu Analizatorul hematologic automat 3 diff de tip închis Avantor / BeneSphera H32. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33600000-6	Reagent lichid pentru lizarea hematiilor pentru Analizator hematologic	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	Reagent lichid pentru lizarea hematiilor pentru Analizator hematologic. Reagentul lichid pentru lizarea hematiilor să fie compatibil cu Analizatorul hematologic automat Avantor/BeneSphera H32 și să nu conțină în componența sa cianură(CN FREE). Reagentul lichid pentru lizarea hematiilor pentru Analizator hematologic automat 3 diff să fie pe bază de apă și să conțină: Poly- oxo-ethylene-alkyl-alcohol, NaCl, Na2SO4 și alți conservanți în soluție tampon anorganică.	Reagent lichid pentru lizarea hematiilor pentru Analizator hematologic. Reagenți pentru investigații hematologice compatibile cu Analizatorul hematologic automat 3 diff de tip închis Avantor / BeneSphera H32. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33600000-6	Material de control cu 8 parametri, cu valori joase(Low), normale(Normal) și majorate(High) ale parametrilor hematologici pentru verificarea și calibrarea	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	Material de control cu 8 parametri, cu valori joase(Low), normale(Normal) și majorate(High) ale parametrilor hematologici pentru verificarea și calibrarea Analizatorului hematologic automat 3 diff de Avantor/BeneSphera H32. Materialul de control să poată fi verificat la următorii parametri hematologici: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV pentru efectuarea controlului calității acestor parametri și asigurarea preciziei și acurateții de funcționare a Analizatorului hematologic automat .	Material de control cu 18 parametri, cu valori joase (Low), normale (Normal) și majorate (High) ale parametrilor hematologici pentru verificarea și calibrarea Analizatorului hematologic automat 3 diff de tip închis Avantor/BeneSphera H32. Materialul de control să poată fi verificat la următorii parametri hematologici: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV pentru efectuarea controlului calității acestor parametri și asigurarea preciziei și acurateții de funcționare a Analizatorului hematologic automat. Compatibil cu analizatorul hematologic BeneSphera H 32. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33600000-6	Soluție Hipoclorit de sodiu de 0,5 %	Diaclean Cell	Ungaria	Diagon	Soluție Hipoclorit de sodiu de 0,5 % pentru curățarea camerelor de numărare în Analizatorul hematologic automat Avantor/BeneSphera H32	Soluție concentrată de Hipoclorid, 0,5% pentru curățarea camerelor de numărare în Analizatorul hematologic automat Avantor/BeneSphera H32. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 28.02.2022
Valabilitatea ofertei - 30 zile.