


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1657284768597 din 08.07.2022						
Obiectul achiziției: Echipament si Mobilier medical						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 3						
Stativ pentru perfuzie dotat cu suporturi pentru sticla/solutii perfuzabile		Moldova	Metancor-Com	<p>Construcție solidă din oțel inoxidabil de înaltă calitate, AISI 304, rezistent la coroziune și dezinfectanți. Diametru tubului interior: 1,5-2cm, diametrul tubului exterior: 2,5-3cm.</p> <p>Stativul trebuie să fie dotat cu 4 cârlige în cruce de plastic, și 1-2 suporturi din plastic pentru sticla/solutii perfuzabile: h 28-30 cm, d=9,5-10 cm. Greutatea maximă admisibilă pe cârlig 2 kg per cârlig.</p> <p>Reglarea înălțimii – de la 160 cm la 220 cm, se face cu ajutorul unui inel amplasat la mijlocul stativului.</p> <p>Stativul trebuie să fie mobil, dotat cu 35 roți, asigurând stabilitate mai mare. Diametru la baza – 60 cm. Picioarele stativului trebuie să fie fabricate din profil patrat, cu latura 2 cm.</p>	<p>Construcție solidă din oțel inoxidabil de înaltă calitate, AISI 304, rezistent la coroziune și dezinfectanți. Diametru tubului interior: 1,5-2cm, diametrul tubului exterior: 2,5-3cm.</p> <p>Stativul trebuie să fie dotat cu 4 cârlige în cruce de plastic, și 1-2 suporturi din plastic pentru sticla/solutii perfuzabile: h 28-30 cm, d=9,5-10 cm. Greutatea maximă admisibilă pe cârlig 2 kg per cârlig.</p> <p>Reglarea înălțimii – de la 160 cm la 220 cm, se face cu ajutorul unui inel amplasat la mijlocul stativului.</p> <p>Stativul trebuie să fie mobil, dotat cu 35 roți, asigurând stabilitate mai mare. Diametru la baza – 60 cm. Picioarele stativului trebuie să fie fabricate din profil patrat, cu latura 2 cm.</p> <p><u>La solicitarea beneficiarului Metancor-Com poate înlocui cârlige din plastic la cârlige din inox care va mări substantial termenul de exploatare</u></p> <p><u>Fără modificarea costului</u></p>	
TOTAL: 10 buc						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pereu Corneliu În calitate de: Administrator Ofertantul: Metancor-Com Adresa: MD-2037, mun. Chișinău, str.Uzinelor, 169