

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds=b3wdp1-MD-1771835579873 din 23 febr 2026						
Obiectul achiziției: Reactive și consumabile						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul VI Reagenți și consumabile pentru analizorul prin metoda imunofluorescentă – ferment dependent (sistem închis) BIOMERIEUX MINI VIDAS						
Anti-HCV	30308.VIDAS Anti-HCV (HCV)	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® Anti-HCV este un test automat calitativ pentru utilizarea pe instrumentele din gama VIDAS®, pentru detectia anticorpilor IgG pentru virusul hepatitei C (anti-HCV) în serul sau plasma (heparina) umana folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent, code de bare - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrate: la 28 de zile. Probe: ser sau plasmă (litu heparina). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
Cortizol	30451-30. VIDAS Cortisol S (CORS)	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® Cortisol S este un test cantitativ automat destinat utilizării pe familia de instrumente VIDAS®, pentru determinarea cantitativă a cortizolului în ser, plasmă (litu-heparină sau EDTA) sau urină umană, folosind tehnica ELFA (Analiza enzimelor în fluorescență). Testul VIDAS® Cortisol S ajută la diagnosticarea sau tratarea tulburărilor corticoadrenale. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent, code de bare - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrate: la 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litu-heparină, EDTA) sau urina umane recoltate pe o perioadă de 24 de ore (cu sau fără acid boric). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
Vitamin D	30463. VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL (VITD)	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® 25 OH Vitamin D TOTAL (VITD) este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS pentru determinarea 25- hidroxitaminei D Totale în serul sau plasma umana folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, code de bare - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrate: 56 de zile. Probe: ser sau plasmă umană. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
Vitamin B12 Total	424106. VIDAS Vitamin B12 TOTAL (VB12)	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® Vitamin B12 TOTAL (VB12) este o analiză cantitativă automată pentru utilizarea cu gama de aparate VIDAS®, pentru măsurarea cantitativă a vitaminei B12 totale din serul și plasma umane (heparină), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). VIDAS® Vitamin B12 TOTAL este destinată utilizării ca ajutor în evaluarea statusului vitaminei B12 la persoanele adulte suspectate de deficiență a vitaminei B12 sau cu risc de a avea niveluri scăzute de vitamina B12. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, code de bare - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrate: 84 de zile. Probe: Ser sau plasmă umană (heparinat de litru). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
AFP	30413.VIDAS AFP (AFP)	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® AFP este un test automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a alfa-proteinei umane în serul, plasma umană sau lichidul amniotic, utilizând tehnica ELFA. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent, code de bare - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrate: 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litu-heparină sau EDTA) sau lichid amniotic. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
CEA	30453. VIDAS CEA (S) (CEAS)	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® CEA (S) este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a antigenului carcinoembrionic (CEA) în serul sau plasma umană (heparinat de litru) folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, code de bare - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrate: 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litu-heparină). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
D-Dimere	30455-02. VIDAS® D-Dimer Exclusion ITP®(DEX2)	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® D-Dimer Exclusion ITP® este un test cantitativ automat destinat utilizării pe aparatele din gama VIDAS® în vederea determinării imuno-enzimatică a produșilor de degradare a fibrinei (FbDP) în plasma umană (citrat de sodiu), utilizând tehnica ELFA [Enzyme Linked Fluorescent Assay (Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență)]. Este indicată utilizarea VIDAS® D-Dimer Exclusion ITP® împreună cu un model de evaluare a probabilității clinice pretest pentru a exclude tromboza venoasă profundă (DVT) și embolismul pulmonar (EP) în cazul pacienților tratați în ambulatoriu suspectați de DVT sau de EP. Este indicată utilizarea VIDAS® D-Dimer Exclusion ITP® cu regula de decizie clinică (CDR) HERDOO2 pentru evaluarea riscului de recurență a tromboembolismului venos (VTE) în cazul femeilor cu un VTE inițial neprovocat. Stratificarea riscului prin această regulă CDR reprezintă un instrument care ajută la ghidarea duratei terapiei anticoagulante orale. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, code de bare - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrate: 28 de zile. Probe: plasma (citrat triodic (0,109 mol/l / 3,2% sau 0,129 mol/l / 3,8%). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
Testosteron	414320. VIDAS Testosterone II (TES2).	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® Testosterone II este un test cantitativ automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS în vederea determinării cantitative a testosteronului total în serul și plasma umane, utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay (Analiza enzimelor în fluorescență). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent, code de bare - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrate: la 28 de zile. Probe: ser sau plasmă. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
Prolactin	30410. VIDAS Prolactin (PRL).	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® Prolactin este un test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru determinarea imunoenzimatică a prolactinei umane în serul sau plasma umană (litu-heparină), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent, code de bare - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrate: la 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litu-heparină). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
LH	30406. VIDAS LH (LH)	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® LH este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de dispozitive VIDAS pentru a determina hormonul luteinizant uman în ser sau plasmă (litu heparin) prin utilizarea tehnicii Enzyme-Linked Fluorescent Assay (ELFA) — Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent, code de bare - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrate: la 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litu-heparină). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO

FSH	30407. VIDAS FSH (FSH)	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® FSH este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS pentru a determina hormonul de stimulare foliculară uman în serul sau plasma umană (heparinat de litu), folosind tehnica ELFA (Analiza reacțiilor enzimactice în fluorescență). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent, cod de bare - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litu-heparin). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
Estradiol	30431. VIDAS Estradiol II	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® Estradiol II (E2II) este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de aparate VIDAS®, pentru măsurarea cantitativă a 17 β-estradiolului total din serul sau plasma umană (litu-heparin), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimactice în fluorescență). Testul VIDAS® E2 II este utilizat ca ajutor în diagnosticarea și tratarea diverselor disfuncții sexuale hormonale și în evaluarea funcției placentare în cazul sarcinilor ce prezintă complicații. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent, cod de bare - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: 56 de zile. Probe: ser sau plasmă (litu-heparin). Nu folosiți tuburi cu EDTA. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
CA125	30426. VIDAS® CA 125 II (125)	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® CA 125 II este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS®, pentru măsurarea determinanților antigenici OC 125 din serul sau plasma umană (heparinat de litu sau EDTA) folosind tehnica ELFA (Analiza reacțiilor enzimactice în fluorescență). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent, cod de bare - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litu-heparin sau EDTA). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
CA15.3	30429. VIDAS CA 15 (153)	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® CA 15-3 este un test cantitativ automatizat pentru utilizarea pe instrumentele care fac parte din familia VIDAS pentru măsurarea cantitativă a nivelurilor de CA15-3 în serul sau plasmă umană (litu heparin sau EDTA) utilizând tehnica ELFA (testul de imunofluorescență legat de enzimă). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent, cod de bare - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser sau plasmă umană (litu heparin sau EDTA). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
CA 19.9	30427. VIDAS CA 19-9 (199)	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® CA 19-9 este un test cantitativ automatizat pentru utilizarea pe instrumentele care fac parte din familia VIDAS pentru măsurarea determinanților antigenici reactivi în serul sau plasma umană (litu heparin sau EDTA) utilizând tehnica ELFA (testul de fluorescență legat de enzimă). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent, cod de bare - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litu-heparin sau EDTA). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
Free T3	30402. VIDAS FT3 (FT3)	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	VIDAS® FT3 este un test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a nivelurilor de triiodotironină liberă (FT3) în serul sau plasma umană (litu-heparin), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent, cod de bare - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Tipul probelor: ser sau plasmă (litu-heparin). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
VIDAS QCV – Control calității Vidas	30706. Quality Control VIDAS® (QCV)	Franța	bioMérieux SA	Set cu reagenți, calibratori, cu codul de bare. Metoda imunofluorescentă – ferment dependent.	Quality Control VIDAS® (QCV). Testarea automată pentru utilizarea în sistemul VIDAS® pentru detectarea funcționării anormale a mecanismelor de pipetare ale instrumentelor VIDAS® și MINI VIDAS® și a sistemelor optice. 1kit-60teste	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: Director
Ofertantul: SRL "Mediclin AM" Adresa: Chisinau, str. Vasile Alecsandri 141 et 1