

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Cererea Ofertelor de Preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1649747622226 din 22.04.2022						
Obiectul de achiziție: Reagenți și consumabile secția laborator 2022						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 4 REAGENȚI PENTRU CERCETĂRI ALE SISTEMULUI DE HEMOSTAZĂ PENTRU COAGULOMETRU HELENA C1						
Tromboplastin-Li, 10ml/100teste	735	Federația Rusă	Tehnology-Standard	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea11-14 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea12-18 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator	094	Federația Rusă	Tehnology-Standard	CE, reagent thrombin liofilizat , uscat, soluție tampon imidazole concentrate , plasma calibrator liofilizat uscat ,set 21ml pentru 100 teste	CE, reagent thrombin liofilizat , uscat, soluție tampon imidazole concentrate , plasma calibrator liofilizat uscat ,set 21ml pentru 100 teste. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Control plasmă cu nivel normal	774	Federația Rusă	Tehnology-Standard	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Control plasmă cu nivel crescut	775	Federația Rusă	Tehnology-Standard	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml.	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml.. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Plasmă calibrator pentru Protrombină și fibrinogen	773	Federația Rusă	Tehnology-Standard	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml	CE, plasma cu valori predeterminate cu limitele ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1ml. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOTUL 10						
Veselă și articole de ustensilă						
Cuve pentru coagulometru HelenaC1(1000buc.)	317077	Italia	Syntesys	Cuve formă conică,plasticCertificat ISO, CE Certificat de calitate de la producător	Cuve formă conică,plasticCertificat ISO, CE Certificat de calitate de la producător vom prezenta conform lotului livrat. Catalogul producătorului se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO
LOTUL 14 REAGENȚI PENTRU CERCETĂRI ALE SISTEMULUI DE HEMOSTAZĂ PENTRU COAGULOMETRU HELENA C1						

Tromboplastin-Li, 10ml/100teste	735	Federația Rusă	Tehnology-Standard	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea11-14 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea12-18 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator	094	Federația Rusă	Tehnology-Standard	CE, reagent thrombin liofilizat , uscat, soluție tampon imidazole concentrate , plasma calibrator liofilizat uscat ,set 21ml pentru 100 teste	CE, reagent thrombin liofilizat , uscat, soluție tampon imidazole concentrate , plasma calibrator liofilizat uscat ,set 21ml pentru 100 teste. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

LOTUL 16 Reagenți și seturi pentru investigații imunologice

HBs Ag	71004	SUA	LumiQuick	Teste rapide pentru determinarea calitativă HbsAg în ser certificat de calitate de la producător	Teste rapide pentru determinarea calitativă HbsAg în ser, certificat de calitate de la producător. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Anti HCV	71030	SUA	LumiQuick	Teste rapide pentru determinarea calitativă Anti HCV în ser certificat de calitate de la producător	Teste rapide pentru determinarea calitativă Anti HCV în ser certificat de calitate de la producător. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Troponine, I	CG2001	China	Getein Biotech	sensibilitatea 100%, specificitatea 100% cu sol. TMB, omologat în RM; ISO, CE, certificat de calitate de la producător	Înregistrat în Registrul de Stat al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în RM NR.DM000089078 Ordin A07.PS-01.Rg04-95 din 04.04.2018; ISO, CE, certificat de calitate de la producător. Instrucțiunea se anexează.	Declarație de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

LOTUL 20

Veselă și articole de ustensilă

Eprubete cu heparină	318650	Italia	Syntesys	Eprubete cu heparină,cu capac ,cu etichetă Certificat ISO, CE Certificat de calitate de la producător	Eprubete cu heparină,cu capac ,cu etichetă , 10ml. Certificat ISO, CE Certificat de calitate de la producător vom prezenta conform lotului livrat. Catalogul producătorului se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Cuve pentru coagulometru HelenaC1(1000buc.)	317077	Italia	Syntesys	Cuve formă conică,plasticCertificat ISO, CE Certificat de calitate de la producător	Cuve formă conică,plasticCertificat ISO, CE Certificat de calitate de la producător vom prezenta conform lotului livrat. Catalogul producătorului se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație

LOTUL 24 REAGENȚI PENTRU CERCETĂRI ALE SISTEMULUI DE HEMOSTAZĂ PENTRU COAGULOMETRU HELENA C1

Tromboplastin-Li, 10ml/100teste	735-1fl 10ml	Federația Rusă	Tehnology-Standard	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea11-14 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste	CE, amestec de tromboplastină cu clorură de calciu , liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea12-18 sec ISI1-1,1, pentru determinarea indicelui de protrombină, protrombinei după Quick în plasma , INR, set cu 1000 teste. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
---------------------------------	--------------	----------------	--------------------	--	--	---

LOTUL 26 Reagenți și seturi pentru investigații imunologice

HBs Ag	71004	SUA	LumiQuick	Teste rapide pentru determinarea calitativă HbsAg în ser certificat de calitate de la producător	Teste rapide pentru determinarea calitativă HbsAg în ser, certificat de calitate de la producător. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Anti HCV	71030	SUA	LumiQuick	Teste rapide pentru determinarea calitativă Anti HCV în ser certificat de calitate de la producător	Teste rapide pentru determinarea calitativă Anti HCV în ser certificat de calitate de la producător. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9