

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: 21009047	Data: 04.07.2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației : Dispozitive medicale pentru IMSP Spitalul raional Glodeni	Lot: 3	Pagina

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot:3						
3310000 0-1	Aparat radiologic mobil	MobileDaRt Evolution MX7 Version	Japonia	Shimadzu GmbH	Conform cerintelor expuse in anexa nr.1	Anexat	CE

Semnat: _____

Numele, prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec” SRL

Adresa: str.Zaikin, 37, Chisinau

Anexa nr. 1 la Specificații tehnice (F4.1)

Lotul 3.

3.1. Aparat radiologic mobil, cantitate – 1buc.

Descriere	Sistem radiografic digital pe consolă mobilă motorizat	MabileDArt Evolution MX7 Version	
Parametru	Specificație		
ANOD TUB Raze X	Capacitate termică, HU	≥ 1000000	Da, 1060000 HU
	kVp, Diapazon	≥ 40-130 pas min 1 kV	Da, 40-133
	mAs Diapazon	≥ 0,32-320	Da, 0,32-320
	mAs Diapazon	Ajustabil min 60 pasi	Da
	Pata focală, mm	0,7 -1,3	Da, 0,7 -1,3
	Putere generator	min 32kW	Da, 32
	Rating 100kV	min 320 mA	Da, 320
	Timp de expunere	0,001-3.2 s	Da, 0,001-3.2 s
SID DIAPAZON, cm	≥ 100	Da	
INDICATORI	Tip	Digital	Da
	kVp	Digital	Da
	mAs	Digital	Da
COMPUTER	CPU	≥2.2 GHz, ≥2 nuclee	Da, 2,4 GHz
	Sistem de operare	Windows 7 sau echivalent	Da
	Memorie	≥ 4GB	Da
	Hard disk	≥ 320GB 2,5" SATA	Da
	WiFi	≥ 802.11b/g	Da
DETECTOR DIGITAL	DR	DA	Da, CXDI-701 C Wireless
	Rezoluție matrice	≥ 3408x4256 pixels	2800 x 3408 pixels
	Pixel	≤ 100 μm	125
	Gradație	≥ 16 biti	16
	Dimensiune, cm	≥ 35x43	35x43
	Timp pînă la apariția imaginii	Max 5 sec	3 s
	Tip conectare la unitate	Serial, USB, Eth, WiFi	Da
MONITOR	Încorporat	da	Da
	Touch screen	da	Da
	Diagonală, in	≥ 19"	17
Protectie	Posibilitatea de prevenire a coleziune in fata	da	da
CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR	da ,LED	da	

CERINȚE ALIMENTARE	Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fișă de rețea de tip F “Schuko”	da
	Electricitate: 220 Volți monofazic, Frecvența 50 Hertz	da
	Baterie internă	da
	Cablu Minim 4 m	5 m