

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1783519156779
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2026 LP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Periodicitatea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv și Hemodenamic Mennen – 1 dispozitiv	Trinias C12	Japonia	Shimadzu	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate.	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate.	CE	trimestrial
2.Angiograf Trinias F12, Prod. Shimadzu, Anul 2024 - 1 dispozitiv	Trinias F12	Japonia	Shimadzu	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate.	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni	CE	trimestrial

					neplanificate.		
3.X-ray general, Flexavision F3+ CH200M, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv	Flexavision F3+ CH200M	Japonia	Shimadzu	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariției unor defecțiuni neplanificate.	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariției unor defecțiuni neplanificate.	CE	semestrial
4.X-ray general, Sonialvision G4, Prod. Shimadzu, Anul 2023 - 1 dispozitiv	Sonialvision G4	Japonia	Shimadzu	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariției unor defecțiuni neplanificate.	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariției unor defecțiuni neplanificate.	CE	semestrial
5.Cititor de casete X- ray FCR CAPSULA XLII, Anul 2014 - 1 dispozitiv	FCR CAPSULA XLII	Japonia	Fujifilm	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute.	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute.	CE	semestrial

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Andrei Botnaru În calitate de: Director

Ofertantul: Neotec SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37