

Specificații tehnice Anexa nr.22

Numărul procedurii de achiziție 21384319 din 07.04.2025							
Obiectul achiziției: Achiziționarea Consumabilelor pentru OMNI BBRAUN și alte Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Teste si lancete pentru determinarea glicemiei	Clever Check TD-4302	Taiwan	TaiDoc	Stripuri/Teste de control pentru măsurarea nivelului de glicemie în sânge + Lancete/ace glicemice	Teste si lancete pentru determinarea glicemiei, compatibile cu glucometrul Clever Check.	CE, ISO
2.	Glucometru Clever Check TD 4116	Clever Check TD-5084	Taiwan	TaiDoc	Timp de măsurare: Până la 10 secunde. Volumul unei picături de sânge. Până la 1,0 µl. Interval de măsurare: de la 0,6 la 33,3 mmol/l.	Timp de măsurare: 7 secunde. Volumul unei picături de sânge. 0,7 µl. Interval de măsurare: de la 0,6 la 33,3 mmol/l.	CE, ISO
Oferim cu titlu gratuit – 40 glucometre Clever Check – 4116 , compatibile cu teste Clever Check TD-4302 și lanțete Clever Check TD-5084							

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Nicolai Podoleanu În calitate de: Administrator

Ofertantul: Polisano Prim SRL Adresa: or.Chișinău, str. Nicolae Testemițanu 3/18